名称：深圳市中测计量检测技术有限公司

地址：广东省深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区宝安桃花源科技创新园蚝业分园厂房 B 栋 3 层、4 层

注册号：CNAS L4085

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2026 年 08 月 03 日　　截止日期：2030 年 07 月 27 日

附件 5　认可的校准和测量能力范围

注：“测量仪器名称”栏仪器名称前标注*的项目可开展现场校准。

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
一.几何量测量仪器							
1	针规、三针	长度	针规、三针校准规范 JJF1207	针规：　直径(0.1～10)mm	U=0.3μm		2026-08-03
				针规：直径(10～25)mm	U=0.4μm		2026-08-03
				三针：直径(0.118～6.585)mm	U=0.2μm		2026-08-03
2	圆柱螺纹量规	长度	圆柱螺纹量规校准规范 JJF1345	塞规：M(1～150)mm	U=2.3μm+1.6×10^{-5}L		2026-08-03
				环规：M(4～150) mm	U=4.1μm+1.1×10^{-5}L		2026-08-03

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				环规：M(2～10) mm	U=7 μm		2026-08-03
3	塞尺	长度	塞尺检定规程 JJG62	d：(0.02～0.10)mm	U=1.3 μm		2026-08-03
				d：(0.10～3.00)mm	U=2.6 μm		2026-08-03
4	*磁性、电涡流式覆层厚度测量仪	长度	磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程 JJG818	H：(0～2000) μm	U=0.3 μm+4×$10^{-3}H$		2026-08-03
				厚度片 H：(0.5～50) μm	U=0.3 μm		2026-08-03
				厚度片 H:(0.05～10)mm	U_{rel}=0.3%		2026-08-03
5	*触针式表面粗糙度测量仪	粗糙度	触针式表面粗糙度测量仪校准规范 JJF1105	Ra(0.070～0.10) μm	U_{rel}=6.0%		2026-08-03
				Ra(0.10～3.20) μm	U_{rel}=4.0%		2026-08-03
				Ra(3.20～6.50) μm	U_{rel}=3.0%		2026-08-03
6	*平板	平面度	平板检定规程 JJG117	100mm×100mm～4000mm×2500mm	U=0.6 μm+1×$10^{-6}L$;L-平板对角线长度		2026-08-03
7	半径样板	长度	半径样板校准规范 JJF 2187	R：(0.1～10) mm	U=6 μm		2026-08-03
				R：(10～200) mm	U=10 μm		2026-08-03
8	*工具显微镜	长度	工具显微镜检定规程 JJG56	(0～200)mm	U=0.4 μm+6×$10^{-6}L$	不测分度头、分度台	2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
9	*公法线千分尺	长度	公法线千分尺检定规程 JJG82	(0～200)mm	U=1.0μm+7×10^{-6}L		2026-08-03
				校对用量杆：(25～175)mm	U=0.4μm+5×10^{-6}L		2026-08-03
10	框式水平仪和条式水平仪	角度	框式水平仪和条式水平仪校准规范 JJF1084	(0.02～0.10)mm/m	U_{rel}=5.9%		2026-08-03
11	*通用角度尺	角度	通用角度尺校准规范 JJF 1959	(0～360)°	U=1′		2026-08-03
12	螺纹样板	长度	螺纹样板检定规程 JJG60	螺距：(0.4～6.35)mm	U=3 μm		2026-08-03
13	*厚度表	长度	厚度表校准规范 JJF1255	分度值/分辨力 0.1mm：(0～30)mm	U=0.02 mm		2026-08-03
				分度值/分辨力 0.01mm：(0～30)mm	U=5 μm		2026-08-03
				分度值/分辨力 0.001mm：(0～30)mm	U=2 μm		2026-08-03
14	*超声波测厚仪	长度	超声波测厚仪校准规范 JJF1126	(0.5～15)mm	U=0.02 mm		2026-08-03
				(15～75) mm	U=0.03 mm		2026-08-03
				(75～200) mm	U=0.07 mm		2026-08-03
15	*平尺	直线度	平尺校准规范 JJF1097	(300～6300)mm	U=0.6μm+0.6×10^{-6}L		2026-08-03
16	刀口形直尺	直线度	刀口形直尺检定规程 JJG63	(0～175)mm	U=0.3μm		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(175～300) mm	U=0.7 μm		2026-08-03
				(300～500)mm	U=1.0 μm		2026-08-03
17	刮板细度计	长度	刮板细度计检定规程 JJG905	(0～25) μm	U=0.5 μm		2026-08-03
				(25～100) μm	U=0.8 μm		2026-08-03
				(100～150) μm	U=1.1 μm		2026-08-03
18	*线缆计米器	长度	线缆计米器检定规程 JJG987	(1～9999)m	U_{rel}=0.20%		2026-08-03
19	*激光测径仪	长度	激光测径仪校准规范 JJF1250	(0.1～25)mm	U=0.6 μm+1.1×$10^{-5}L$		2026-08-03
20	*跳动检查仪	长度	跳动检查仪校准规范 JJF1109	(0～500)mm	U=2.0 μm		2026-08-03
21	*生物显微镜	放大倍数	生物显微镜校准规范 JJF1402	4x～100x	U_{rel}=1%		2026-08-03
		长度		(0～10)mm	U=3 μm		2026-08-03
22	钢直尺	长度	钢直尺检定规程 JJG1	(0～1000)mm	U=0.06mm		2026-08-03
				(1000～2000)mm	U=0.09mm		2026-08-03
23	钢卷尺	长度	钢卷尺检定规程 JJG4	(0～100)m	U=0.1mm+2×$10^{-5}L$		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
24	*螺纹千分尺	长度	螺纹千分尺检定规程 JJG25	测微头：(0～100)mm	U=1.0μm		2026-08-03
				测微头：(100～200)mm	U=1.6μm		2026-08-03
				螺距：(0.4～7.0)mm	U=5μm		2026-08-03
				校对用量杆：(25～175)mm	U=1.2μm		2026-08-03
25	*带表卡规	长度	带表卡规校准规范 JJF1253	(5～100)mm	U=5μm		2026-08-03
26	木直(折)尺	长度	木直(折)尺检定规程 JJG2	(0～3000)mm	U=0.3mm		2026-08-03
27	纤维卷尺、测绳	长度	纤维卷尺、测绳检定规程 JJG5	(0～100)m	U=0.1mm+3×$10^{-5}L$		2026-08-03
28	直角尺	垂直度	直角尺检定规程 JJG7	H：(50～500)mm	U=2μm		2026-08-03
		长度		(50～500)mm	U=0.1mm		2026-08-03
29	方箱	垂直度	方箱检定规程 JJG194	(100～500)mm	U=2μm		2026-08-03
30	*指示类量具检定仪	长度	指示类量具检定仪检定规程 JJG201	(0～100)mm	U=0.3μm+5×$10^{-6}L$		2026-08-03
31	*测长机	长度	测长机校准规范 JJF1066	微米标尺：(0～100)μm	U=0.3μm		2026-08-03
				毫米标尺：(0～100)mm	U=0.8μm		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				分米标尺：(0～1000)mm	U=0.8μm+5×10^{-6} L_n		2026-08-03
32	*测长仪	长度	测长仪校准规范 JJF1189	(0～1000)mm	U=0.2μm+1.5×10^{-6} L		2026-08-03
				(1000～3000)mm	U=0.3μm+2×10^{-6} L		2026-08-03
33	*光学计	长度	光学计检定规程 JJG45	-100μm～+100μm	U=0.1μm		2026-08-03
34	*接触式干涉仪	长度	接触式干涉仪检定规程 JJG101	(-10～+10)μm	U=0.1μm		2026-08-03
35	*锡膏厚度测量仪	长度	锡膏厚度测量仪校准规范 JJF 1965	(20～400) μm	U=1.1μm		2026-08-03
36	焊接检验尺	长度	焊接检验尺校准规范 JJF 2161	主尺：(0～60) mm	U=0.004mm		2026-08-03
				(0～60) mm	U=0.07mm		2026-08-03
		角度		(0～180)°	U=8′		2026-08-03
37	*组合式角度尺	长度	组合式角度尺校准规范 JJF1132	直尺(0～300)mm	U=0.05mm		2026-08-03
		角度		角度尺(0～180)°	U=10′		2026-08-03
38	*电感测微仪	长度	电感测微仪校准规范 JJF1331	(0～10) μm	U=0.03μm		2026-08-03
				(10～100)μm	U=0.2μm		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(100～1000) μm	U=1.0 μm		2026-08-03
39	电子水平仪和合像水平仪	角度	电子水平仪和合像水平仪检定规程 JJG103	合像水平仪：(-5～+5) mm/m	U=0.003mm/m		2026-08-03
				电子水平仪：(-5～+5) mm/m	U=0.001mm/m		2026-08-03
40	*圆度测量仪	圆度	圆度、圆柱度测量仪检定规程 JJG429	(0.5～25) μm	U_{rel}=2.5%		2026-08-03
41	*关节臂式坐标测量机	长度	关节臂式坐标测量机校准规范 JJF1408	R：(300～1000) mm	U=20 μm		2026-08-03
42	*气动测量仪	长度	气动测量仪检定规程 JJG356	浮标式：(-80～+80) μm	U=1.9μm		2026-08-03
				电子柱式：(-50～+50) μm	U=1.5μm		2026-08-03
43	小零件试验器	长度	小零件试验器校准规范 JJF(中测)8	(1～100) mm	U=0.02mm		2026-08-03
44	试验指(可触及探头)	长度	试验指(可触及探头)校准规范 JJF(中测)9	(1～200) mm	U=0.02mm		2026-08-03
45	玩具测试模块(A、B、C)	长度	玩具测试模块(A、B、C)校准规范 JJF(中测)10	(0～100) mm	U=0.02mm		2026-08-03
46	锐利尖端测试器	长度	锐利尖端测试器校准规范 JJF(中测)11	(0～50) mm	U=0.02mm		2026-08-03
47	咬啮测试器	长度	咬啮测试器校准规范 JJF(中测)12	(1～120) mm	U=0.02mm		2026-08-03
		角度		(0～180)°	U=2′		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
48	奶嘴测试器	长度	奶嘴测试器校准规范 JJF(中测)13	(1～120)mm	U=0.04mm		2026-08-03
		角度		(0～360)°	U=2′		2026-08-03
49	*通用卡尺	长度	通用卡尺检定规程 JJG30	(0～300)mm	U=0.01mm		2026-08-03
				(300～500)mm	U=0.02mm		2026-08-03
				(500～1000)mm	U=0.03mm		2026-08-03
				(1000～2000)mm	U=0.06mm		2026-08-03
50	*高度卡尺	长度	高度卡尺检定规程 JJG31	(0～300)mm	U=0.01mm		2026-08-03
				(300～500)mm	U=0.02mm		2026-08-03
				(500～1000)mm	U=0.03mm		2026-08-03
51	*千分尺	长度	千分尺检定规程 JJG21	(0～500)mm	$U=0.6\,\mu m+4\times10^{-6}L$	校对用量杆不做现场校准	2026-08-03
				校对用量杆：(25～475)mm	$U=0.3\,\mu m+5\times10^{-6}L$		2026-08-03
52	*指示表	长度	指示表检定规程 JJG34	分度值 0.001mm：(0～5)mm	$U=0.7\,\mu m+3\times10^{-4}L$		2026-08-03
				分度值 0.002mm：(0～10)mm	$U=0.9\,\mu m+3\times10^{-4}L$		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				分度值 0.01mm：（0～100）mm	U=3.1 μm+2×$10^{-5}$$L$		2026-08-03
				分度值 0.　　1mm：（0～100）mm	U=8.2 μm+1×$10^{-5}$$L$		2026-08-03
				分辨力 0.001mm：（0～30）mm	U=1.3 μm+8×$10^{-5}$$L$		2026-08-03
				分辨力 0.005mm：（0～50）mm	U=4.3 μm+1×$10^{-5}$$L$		2026-08-03
				分辨力 0.01mm：（0～100）mm	U=8.2 μm+1×$10^{-5}$$L$		2026-08-03
53	*杠杆表	长度	杠杆表检定规程 JJG35	杠杆千分表：（0～0.4）mm	U=1.2 μm		2026-08-03
				数显式杠杆千分表：（0～0.4）mm	U=2 μm		2026-08-03
				杠杆百分表：（0～1）mm	U=4 μm		2026-08-03
				数显式杠杆百分表：（0～1）mm	U=7 μm		2026-08-03
54	*测量内尺寸千分尺	长度	测量内尺寸千分尺校准规范 JJF1411	内测千分尺：（5～200）mm	U=0.6 μm+5×$10^{-6}$$L$		2026-08-03
				三点内径千分尺：（5～150）mm	U=0.9 μm+7×$10^{-6}$$L$		2026-08-03
55	内径千分尺	长度	内径千分尺检定规程 JJG22	（13～1000）mm	U=0.7 μm+6×$10^{-6}$$L$		2026-08-03
				校对用的卡规：（50～250） mm	U=0.6 μm+3×$10^{-6}$$L$		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
56	*带表千分尺	长度	带表千分尺检定规程 JJG427	(0～50)mm	U=1.0μm		2026-08-03
				(50～100)mm	U=1.2μm		2026-08-03
57	*杠杆式千分尺、杠杆卡规	长度	杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程 JJG26	(25～50)mm	U=1.2μm		2026-08-03
				(50～100)mm	U=1.5μm		2026-08-03
58	*内径表	长度	内径表校准规范 JJF1102	千分表：(10～450)mm	U=1.2 μm		2026-08-03
				百分表：(2～450)mm	U=4 μm		2026-08-03
59	*深度指示表	长度	深度指示表检定规程 JJG830	分度值 0.01mm:(0～100)mm	U=1.4μm+1×$10^{-5}L$		2026-08-03
				分度值 0.001mm:(0～30)mm	U=0.4μm+1×$10^{-5}L$		2026-08-03
				分辨力 0.01mm:(0～100)mm	U=6.3μm+1×$10^{-5}L$		2026-08-03
				分辨力 0.005mm:(0～50)mm	U=3.1μm+1×$10^{-5}L$		2026-08-03
				分辨力 0.001mm:(0～50)mm	U=1.1μm+1×$10^{-5}L$		2026-08-03
				校对用量具：(1～175)mm	U=0.3μm+3×$10^{-6}L$		2026-08-03
60	*数显测高仪	长度	数显测高仪校准规范 JJF1254	(0～800)mm	U=0.4μm+1.3×$10^{-6}L$		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
61	*百分表式卡规	长度	百分表式卡规检定规程 JJG109	(0～50)mm	U=3.0μm		2026-08-03
				(50～100)mm	U=4.0μm		2026-08-03
62	*读数、测量显微镜	长度	读数、测量显微镜检定规程 JJG571	读数显微镜，分度值 0.0005mm：(0～1)mm	U=0.5 μm		2026-08-03
				读数显微镜，分度值 0.001mm：(0～1)mm	U=0.5 μm		2026-08-03
				读数显微镜，分度值 0.0025mm：(0～2)mm	U=0.8 μm		2026-08-03
				读数显微镜，分度值 0.005mm：(0～4)mm	U=1.0 μm		2026-08-03
				读数显微镜，分度值 0.01mm：(0～8)mm	U=2.0 μm		2026-08-03
				读数显微镜，分度值 0.025mm：(0～2)mm	U=2.0 μm		2026-08-03
				读数显微镜，分度值 0.05mm：(0～4)mm	U=3.0 μm		2026-08-03
				测量显微镜：(0～50)mm	U=1.5 μm		2026-08-03
63	π 尺	长度	π尺校准规范 JJF1423	D：9mm～16m	U=0.01mm+6×$10^{-6}L$		2026-08-03
64	*深度千分尺	长度	深度千分尺检定规程 JJG24	(0～300)mm	U=0.7μm+5×$10^{-6}L$		2026-08-03
				校对量具：(25～175)mm	U=0.3μm+3×$10^{-6}L$		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
65	*投影仪	长度	投影仪校准规范 JJF1093	(0～300)mm	U=1.1μm+2×10^{-6}L		2026-08-03
66	*影像测量仪	长度	影像测量仪校准规范 JJF1318	(0～500)mm	U=0.7μm+2×10^{-6}L		2026-08-03
67	*坐标测量机	长度	坐标测量机校准规范 JJF1064	(0～1000)mm	U=0.2μm+1.5×10^{-6}L	测量范围大于1000mm，只测x，y，z轴方向。	2026-08-03
				(1000～10000)mm	U=0.1μm+1.8×10^{-6}L		2026-08-03
				探测误差：Φ(25～25.4)mm	U=0.5μm		2026-08-03
68	*金相显微镜	长度	金相显微镜校准规范 JJF 1914	(0～10)mm	U=1.8μm		2026-08-03
		放大倍数		4x～100x	U_{rel}=1%		2026-08-03
69	量块	长度	量块检定规程 JJG146	(0.5～100) mm	U=0.15μm+2×10^{-6}L(k=2.7)		2026-08-03
				(100～1000) mm	U=0.5μm+5×10^{-6}L(k=2.7)		2026-08-03
70	光滑极限量规	长度	光滑极限量规检定规程 JJG343	塞规 D：(1～200)mm	U=0.6μm+5×10^{-6}L		2026-08-03
				环规 D：(5～200)mm	U=0.9μm+6×10^{-6}L		2026-08-03
71	挠曲测试器	长度	挠曲测试器校准规范 JJF(中测)14	(1～200)mm	U=0.02mm		2026-08-03
		角度		(0～180)°	U=2′		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
72	压力头	长度	压力头校准规范 JJF(中测)15	(0～50)mm	U=0.04mm		2026-08-03
73	*导体伸长率仪	长度	导体伸长率仪检定规程 JJG（粤）005	(1～400)mm	U_{rel}=0.3%		2026-08-03
		速度		(3～7)mm/s	U=0.1mm/s		2026-08-03
		伸长率		(0.1～100)%	U=0.3%		2026-08-03
74	初粘性测试仪	角度	初粘性测试仪校准规范 JJF(中测)3	(0～90)°	U=0.7°		2026-08-03
		长度		(0～200)mm	U=0.006 mm		2026-08-03
75	*X 射线荧光镀层测厚仪	长度	X 射线荧光镀层测厚仪校准规范 JJF1306	(0.55～10) μm	U_{rel}=10%		2026-08-03
76	*X 射线测厚仪	辐射量	X 射线测厚仪检定规程 JJG480	(0.1～10) μSv/h	U_{rel}=15%		2026-08-03
		长度		(0～30)mm	U=5 μm		2026-08-03
77	*引伸计	长度	引伸计检定规程 JJG 762	(0.1～0.3)mm	U=0.7 μm		2026-08-03
				(0.3～25)mm	U_{rel}=0.14%		2026-08-03
				标距:(0～600)mm	U=0.06 mm		2026-08-03
78	*扭簧比较仪	长度	扭簧比较仪检定规程 JJG 118	分度值 0.1 μm：(-10～+10) μm	U=0.02 μm		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				分度值 0.2 μm：(-20～+20) μm	U=0.03 μm		2026-08-03
				分度值 0.5 μm：(-50～+50) μm	U=0.06 μm		2026-08-03
				分度值 1 μm：(-100～+100) μm	U=0.2 μm		2026-08-03
				分度值 2 μm：(-120～+120) μm	U=0.2 μm		2026-08-03
				分度值 5 μm：(-150～+150) μm	U=0.5 μm		2026-08-03
				分度值 10 μm：(-300～+300) μm	U=1 μm		2026-08-03
79	*中心距卡尺	长度	中心距卡尺校准规范 JJF(冀)180	(0～500)mm	U=0.02mm		2026-08-03
80	*砖用卡尺	长度	砖用卡尺校准规范 JJF(浙)1109	弯曲度尺:(-15～+30)mm	U=0.03mm		2026-08-03
				主尺:(45～500)mm	U=0.14mm		2026-08-03
81	*机械式比较仪	长度	机械式比较仪检定规程 JJG39	分度值 0.5 μm：(-50～+50) μm	U=0.1 μm		2026-08-03
				分度值 1 μm：(-100～+100) μm	U=0.2 μm		2026-08-03
				分度值 2 μm：(-200～+200) μm	U=0.3 μm		2026-08-03
				分度值 5 μm：(-150～+150) μm	U=0.6 μm		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				分度值 10 μm：(-400～+400) μm	U=1.2 μm		2026-08-03
82	*橡胶、塑料薄膜测厚仪	长度	橡胶、塑料薄膜测厚仪校准规范 JJF1488	(0～30)mm	U=2.2 μm		2026-08-03
83	*曲轴量表	长度	曲轴量表校准规范 JJF(浙)1170	(0～5)mm	U=0.005mm		2026-08-03
84	*面差尺	长度	面差尺校准规范 JJF(冀)154	塑料定值面差尺:(0～20)mm	U=5 μm		2026-08-03
				数显式面差尺:(-50～50)mm	U=0.01mm		2026-08-03
				游标式面差尺:(-50～50)mm	U=0.02mm		2026-08-03
85	*内测卡尺	长度	内测卡尺校准规范 JJF(浙)1091	(0～500)mm	U=0.01mm		2026-08-03
86	*测槽千分尺	长度	测槽千分尺检定规程 JJG（军工）56	(0～50)mm	U=1 μm		2026-08-03
87	*冲击试样缺口投影仪	长度	冲击试样缺口投影仪校准规范 JJF(浙)1133	半径：(0～15)mm	U=5 μm		2026-08-03
				(0～100)mm	U=1.1μm		2026-08-03
		放大倍数		50×	U_{rel}=0.34%		2026-08-03
		角度		(43～47)°	U=2′		2026-08-03
88	*电机线圈游标卡尺	长度	电机线圈游标卡尺检定规程 JJG 566	(0～60)mm	U=0.02mm		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
89	*底壁厚测量仪	长度	底壁厚测量仪校准规范 JJF(冀)152	(0～25)mm	U=0.004mm		2026-08-03
90	林格曼烟气黑度望远镜	林格曼黑度	林格曼烟气黑度望远镜校准规范 JJF(冀)144	A 类:(0～5)级	U=0.04 级		2026-08-03
91	*光栅式测微仪	长度	光栅式测微仪校准规范 JJF 1682	(0～100)mm	U=0.15 μm+2×$10^{-6}L$		2026-08-03
92	*滚动轴承宽度测量仪	长度	滚动轴承宽度测量仪检定规程 JJG885	(-100～+100) μm	U=0.3 μm		2026-08-03
93	*引伸计标定器	长度	引伸计标定器校准规范 JJF1096	(0～0.3)mm	U=0.15 μm		2026-08-03
				(0.3～25)mm	U_{rel}=0.04%		2026-08-03
94	*线位移传感器	长度	线位移传感器校准规范 JJF1305	(0～1000)mm	U=1.0 μm+4×$10^{-6}L$		2026-08-03
95	*大量程电子数显千分表	长度	大量程电子数显千分表校准规范 JJF(浙) 1135	(0～30)mm	U=3 μm		2026-08-03
				(30～50)mm	U=4 μm		2026-08-03
96	*跌落地板	长度	跌落地板校准规范 JJF(中测)16	厚度：(0.1～100)mm	U=0.05mm		2026-08-03
				高度：(0.3～2)m	U=0.6mm		2026-08-03
		硬度		(10～100)HA(HD)	U=1.5HA(HD)		2026-08-03
97	球压试验装置	长度	球压试验装置校准规范 JJF(中测)17	R2.5mm	U=0.02mm		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		力值		20N	U=0.2N		2026-08-03
98	锐利边缘测试器	长度	锐利边缘测试器校准规范 JJF(中测)18	9.4mm	U=0.04mm		2026-08-03
		力值		(5.5～6)N	U=0.04N		2026-08-03
		粗糙度		Ra(0～0.4) μm	U=0.05 μm		2026-08-03
		速度		(19～27)mm/s	U=0.3mm/s		2026-08-03
99	*光学接触角测量仪	角度	光学接触角测量仪校准规范 JJF 2099	(3～120)°	U=0.1°		2026-08-03
100	*表面轮廓表	长度	表面轮廓表校准规范 JJF 1476	(0～6.5)mm	U=1.5 μm		2026-08-03
101	*楔形塞尺	长度	楔形塞尺校准规范 JJF 1548	I 型:(0～60)mm	U=11 μm		2026-08-03
				II 型:(0～15)mm	U=12 μm		2026-08-03
				数显:(0～40)mm	U=7 μm		2026-08-03
102	*圆锥尺	长度	圆锥尺校准规范 JJF (皖)89	(0～60)mm	U=0.01mm		2026-08-03
103	楔形切割法漆膜测厚仪	长度	楔形切割法漆膜测厚仪校准规范 JJF (冀)150	(0～10)mm	U=2 μm		2026-08-03
		角度		(0～90)°	U=2′		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
104	关节测角器	长度	关节测角器校准规范 JJF (浙)1173	(0～1000)mm	U=0.3 mm		2026-08-03
		角度		(0～360)°	U=0.22°		2026-08-03
105	外壳对人和设备的防护检验用试具	长度	外壳对人和设备的防护检验用试具校准规范 JJF (辽)288	(0～200)mm	U=2.8 μm+1.3×$10^{-5}L$		2026-08-03
				(200～500)mm	U=0.04 mm+6×$10^{-5}L$		2026-08-03
		角度		(0～360)°	U=2′		2026-08-03
106	水平尺	长度	水平尺校准规范 JJF 1085	(100～1000)mm	U=0.4 mm		2026-08-03
		角度		(0.5～10)mm/m	U_{rel}=8.0%		2026-08-03
107	*体视显微镜	放大倍数	体视显微镜校准规范 JJF (冀)211	0.5x～10x	U_{rel}=1.0%		2026-08-03
		长度		(0～10)mm	U=3 μm		2026-08-03
108	*电解式(库仑)测厚仪	长度	电解式(库仑)测厚仪校准规范 JJF 1707	(0.5～13.2) μm	U_{rel}=6.1%		2026-08-03
109	*奇数沟千分尺	长度	奇数沟千分尺检定规程 JJG 182	(1～85)mm	U=1.3 μm		2026-08-03
				校对用量具：(5～65)mm	U=0.4 μm+2×$10^{-6}L$		2026-08-03
110	水位计	长度	水位计检定规程 JJG (交通) 168	(0～100)m	U=0.1 mm+2×$10^{-5}L$		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
111	*特殊结构的外径千分尺	长度	特殊结构的外径千分尺校准规范 JJF（皖）120	(0～100)mm	U=0.6 μm+4×$10^{-6}L$		2026-08-03
				校对用量杆:(25～75)mm	U=0.3 μm+3×$10^{-6}L$		2026-08-03
112	手持式激光测距仪	长度	手持式激光测距仪检定规程 JJG 966	(0～5)m	U=1.0 mm		2026-08-03
113	标准环规	长度	标准环规检定规程 JJG 894	D：(5～200) mm	U=0.7 μm+6×$10^{-6}L$		2026-08-03
114	倾角仪	角度	倾角仪校准规范 JJF 1915	电子数显倾角仪：(0～360)°	U=0.4′		2026-08-03
				光学倾斜仪：(-120～+120)°	U=7.0″		2026-08-03
115	指针式角度规	角度	指针式角度规校准规范 JJF(苏)280	-180° ～+180°	U=0.09°		2026-08-03
116	多功能坡度测量仪	角度	多功能坡度测量仪校准规范 JJF(冀) 140	-90° ～+90°	U=0.3°		2026-08-03
117	*爬电距离(电气间隙)测试卡	长度	爬电距离(电气间隙)测试卡校准规范 JJF(陕)105	(0～10) mm	U=0.006 mm		2026-08-03
118	*大尺寸外径千分尺	长度	大尺寸外径千分尺校准规范 JJF 1088	(500～1000) mm	U=1.0 μm+5×$10^{-6}L$		2026-08-03
				校对用量杆：(500～1000) mm	U=0.3 μm+3×$10^{-6}L$		2026-08-03
119	*倒角卡尺	长度	倒角卡尺校准规范 JJF(桂)87	(0～10) mm	U=0.02 mm		2026-08-03
120	*接触(触针)式表面轮廓测量仪	长度	接触(触针)式表面轮廓测量仪校准规范 JJF(鲁)127	Z 轴：(0～100) mm	U=0.8 μm+3×$10^{-6}L$		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				X 轴：（0～100） mm	U=0.5 μm+2×$10^{-6}L$		2026-08-03
				R(4～15） mm	U=1.4 μm		2026-08-03
		角度		(10～150)°	U=16″		2026-08-03
121	光学仪器检具	长度	光学仪器检具校准规范 JJF 1941	标准芯轴 L：（100～500） mm	U=0.6 μm		2026-08-03
				偏心轴：（20～30） μm	U=0.4 μm		2026-08-03
				专用玻璃刻线尺：（0～300） mm	U=1.5 μm+1×$10^{-5}L$		2026-08-03
122	*容栅数显标尺	长度	容栅数显标尺校准规范 JJF 1280	（0～1000） mm	U=4 μm+1×$10^{-6}L$		2026-08-03
123	显微标尺	长度	显微标尺校准规范 JJF 1917	（0～100） mm	U=1.4 μm+1×$10^{-5}L$		2026-08-03
		角度		(0～360)°	U=3′		2026-08-03
124	*霍尔效应测厚仪	长度	霍尔效应测厚仪检定规程 JJG（粤）034	（0～1） mm	U=3 μm		2026-08-03
				（1～12） mm	U=2 μm+1×$10^{-2}H$		2026-08-03
				厚度片：（0～1） mm	U=4.0 μm		2026-08-03
				厚度片：（1～25.4） mm	U=3.8 μm+1.2×$10^{-2}H$		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
125	菲林尺	长度	菲林尺校准规范 JJF(蒙)107	线纹：(0～300) mm	U=3.2 μm+1.3×$10^{-5}L$		2026-08-03
				线条宽度：(0.01～10) mm	U=3.0 μm		2026-08-03
				圆直径：(0.01～10) mm	U=3.0 μm		2026-08-03
126	*铜箔测厚仪	长度	铜箔测厚仪校准规范 JJF(苏)258	(5～135) μm	U_{rel}=13%		2026-08-03
127	*基于结构光扫描的光学三维测量系统	长度	基于结构光扫描的光学三维测量系统校准规范 JJF 1951	球形状探测误差：Φ(8～25.4) mm	U=4 μm		2026-08-03
				尺寸探测误差：Φ(8～25.4) mm	U=7 μm		2026-08-03
				球心距：(0～1200) mm	U=3.9 μm+4×$10^{-5}L$		2026-08-03
128	*同心度检测仪	长度	同心度检测仪校准规范 JJF(苏)279	(0～30) μm	U=1.4 μm		2026-08-03
129	*激光测微仪	长度	激光测微仪校准规范 JJF 1663	(0.1～3) mm	U_{rel}=0.02%		2026-08-03
				(3～100) mm	U_{rel}=0.015%		2026-08-03
130	*滚筒跌落试验机	长度	滚筒跌落试验机校准规范 JJF(辽)357	(0～1000) mm	U=1.5 mm		2026-08-03
		角度		(39～41)°	U=5′		2026-08-03
131	*裂隙灯显微镜	放大倍数	裂隙灯显微镜校准规范 JJF（陕） 104	1×～100×	U_{rel}=1.6%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
二. 热学测量仪器							
1	*环境试验设备	温度	环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF1101	温度偏差：(-80～0)℃	U=0.40℃		2026-08-03
				温度均匀度：(-80～0)℃	U=0.04℃		2026-08-03
				温度波动度：(-80～0)℃	U=0.08℃		2026-08-03
				温度偏差：(0～250)℃	U=0.50℃		2026-08-03
				温度均匀度：(0～250)℃	U=0.05℃		2026-08-03
				温度波动度：(0～250)℃	U=0.09℃		2026-08-03
				温度偏差：(250～300)℃	U=0.60℃		2026-08-03
				温度均匀度：(250～300)℃	U=0.15℃		2026-08-03
				温度波动度：(250～300)℃	U=0.28℃		2026-08-03
		湿度		湿度偏差：10%RH～95%RH（20℃）	U=1.6%RH		2026-08-03
				湿度均匀度：10%RH～95%RH（20℃）	U=0.3%RH		2026-08-03
				湿度波动度:10%RH～95%RH（20℃）	U=0.4%RH		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
2	*盐雾试验箱	温度	盐雾试验箱校准规范 JJF2168	(30～70)℃	U=0.4℃		2026-08-03
		沉降率		(0.1～5)mL/(h·80cm^2)	U=0.2mL/(h·80cm^2)		2026-08-03
3	*数字温度指示调节仪	温度	数字温度指示调节仪检定规程 JJG617	(-100～0)℃	U=0.5℃	不测时间比例控制及PID控制	2026-08-03
				(0～200)℃	U=0.4℃		2026-08-03
				(200～1300)℃	U=0.7℃		2026-08-03
4	*模拟式温度指示调节仪	温度	模拟式温度指示调节仪检定规程 JJG951	热电阻：(-100～800)℃	U=(0.3～0.5)℃	不测时间比例控制及PID控制	2026-08-03
				热电偶：(-100～1300)℃	U=(0.5～0.7)℃		2026-08-03
5	*温度校准用恒温槽	温度	温度校准用恒温槽技术性能测试规范 JJF1030	温度均匀性：(-80～300)℃	U=0.007℃		2026-08-03
				温度波动性：(-80～300)℃	U=0.006℃		2026-08-03
6	温度变送器	温度	温度变送器校准规范 JJF1183	带传感器：(-80～100)℃	U=(0.3～0.2)℃		2026-08-03
				带传感器：(100～300)℃	U=(0.2～0.3)℃		2026-08-03
				带传感器：(300～1000)℃	U=(0.4～0.6)℃		2026-08-03
				不带传感器：(-200～1300)℃	U=(0.4～0.5)℃		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
7	机械式温湿度计	温度	机械式温湿度计检定规程 JJG205	(5～50)℃	U=0.5℃		2026-08-03
		湿度		30%RH～90%RH（20℃）	U=1.6%RH		2026-08-03
8	*箱式电阻炉	温度	箱式电阻炉校准规范 JJF1376	(300～800)℃	U=2.0℃		2026-08-03
				(800～1200)℃	U=2.2℃		2026-08-03
9	*温度校准仪	温度	温度校准仪校准规范 JJF1309	热电阻：(-200～800)℃	U=(0.12～0.18)℃		2026-08-03
				热电偶：(-200～1300)℃	U=(0.15～0.28)℃		2026-08-03
10	*温度、湿度、振动综合环境试验系统	温度	温度、湿度、振动综合环境试验系统校准规范 JJF1270	(-50～0)℃	U=0.4℃		2026-08-03
				(0～250)℃	U=0.5℃		2026-08-03
				(250～300)℃	U=0.6℃		2026-08-03
		湿度		10%RH～95%RH(20℃)	U=1.9%RH		2026-08-03
		加速度		（20～2000）Hz:(2～100)m/s^2	U_{rel}=3.5%		2026-08-03
11	数字式温湿度计	湿度	数字式温湿度计校准规范 JJF 1076	10%RH～95%RH(20℃)	U=1.0%RH		2026-08-03
		温度		(-40～80)℃	U=0.2℃		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
12	阻容法露点湿度计	温度	阻容法露点湿度计校准规范 JJF1272	露点温度：(-70～20)℃	U=(0.40~0.20) ℃		2026-08-03
13	工作用玻璃液体温度计	温度	工作用玻璃液体温度计检定规程 JJG130	(-80～0)℃	U=0.05℃	不适用于外标式玻璃液体温度计	2026-08-03
				(0～100)℃	U=0.04℃		2026-08-03
				(100～300)℃	U=0.15℃		2026-08-03
14	电接点玻璃水银温度计	温度	电接点玻璃水银温度计检定规程 JJG131	(-30～0)℃	U=0.08℃		2026-08-03
				(0～100)℃	U=0.05℃		2026-08-03
				(100～300)℃	U=0.15℃		2026-08-03
15	双金属温度计	温度	双金属温度计校准规范 JJF1908	(-80～0)℃	U=0.4℃		2026-08-03
				(0～300)℃	U=0.8℃		2026-08-03
16	工作用铜-铜镍热电偶	温度	工作用铜-铜镍热电偶检定规程 JJG368	(-80～0)℃	U=0.3℃		2026-08-03
				(0～300)℃	U=0.6℃		2026-08-03
17	廉金属热电偶	温度	廉金属热电偶校准规范 JJF1637	(-40～300)℃	U=0.8℃		2026-08-03
				(300～1200)℃	U=1.2℃		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
18	工业铂、铜热电阻	温度	工业铂、铜热电阻检定规程 JJG229	(-80～300)℃	0℃：U=0.035℃,其他:U=0.065℃		2026-08-03
19	压力式温度计	温度	压力式温度计校准规范 JJF1909	(-80～0)℃	U=0.4℃		2026-08-03
				(0～300)℃	U=0.7℃		2026-08-03
20	*工作用辐射温度计	温度	工作用辐射温度计检定规程 JJG856	(35～100)℃	U=0.7℃		2026-08-03
				(100～300)℃	U=1.9℃		2026-08-03
				(300～400)℃	U=2.4℃		2026-08-03
				(400～1000)℃	U=2.6℃		2026-08-03
				(1000～1200)℃	U=2.8℃		2026-08-03
21	*热像仪	温度	热像仪校准规范 JJF1187	(35～100)℃	U=0.7℃		2026-08-03
				(100～300)℃	U=1.5℃		2026-08-03
				(300～400)℃	U=1.9℃		2026-08-03
				(400～1000)℃	U=2.3℃		2026-08-03
				(1000～1200)℃	U=2.6℃		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
22	温湿度巡回检测仪	温度	温湿度巡回检测仪校准规范 JJF1171	(-60～0)℃	U=0.10℃	只校准温度巡回检测仪和温湿度巡回检测仪(温度部分)	2026-08-03
				(0～100)℃	U=0.08℃		2026-08-03
				(100～200)℃	U=0.18℃		2026-08-03
				(200～300)℃	U=0.22℃		2026-08-03
23	*工业过程测量记录仪	温度	工业过程测量记录仪检定规程 JJG74	热电阻：(-200～850)℃	U=(0.3～0.5)℃		2026-08-03
				热电偶：(-200～1300)℃	U=(0.6～0.8)℃		2026-08-03
24	*热电偶检定炉	温度	热电偶检定炉温度场测试技术规范 JJF1184	1000℃	U=0.3℃	不测 B 型偶炉	2026-08-03
25	热敏电阻测温仪	温度	热敏电阻测温仪校准规范 JJF1379	(-50～0)℃	U=0.09℃		2026-08-03
				(0～200)℃	U=0.13℃		2026-08-03
26	WBGT 指数仪温度计	温度	WBGT 指数仪温度计校准规范 JJF1407	(5～120)℃	U=0.4℃		2026-08-03
27	玻璃体温计	温度	玻璃体温计检定规程 JJG111	(30.0～43.0)℃	U=0.05℃		2026-08-03
28	表面温度计	温度	表面温度计校准规范 JJF1409	(35～400)℃	U=1.0℃		2026-08-03
29	*烙铁温度计	温度	烙铁温度计校准规范 JJF1629	(50～600)℃	U=(1.0～1.4)℃		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
30	*沙尘试验设备	温度	沙尘试验设备校准规范 JJF(军工)18	(20～80)℃	U=0.8℃		2026-08-03
		湿度		10%RH～30%RH（20℃）	U=1.6%RH		2026-08-03
		浓度		(0.1～15)g/m^3	U=(0.1～2)g/m^3		2026-08-03
		风速		(0.6～25)m/s	U=0.8m/s		2026-08-03
		沉降速率		(4～8)g/(m^2 • d)	U=1g/(m^2 • d)		2026-08-03
31	*淋雨试验设备	降雨强度	淋雨试验设备校准规范 JJF(军工)17	(80～120)mm/h	U=3mm/h		2026-08-03
		长度		雨滴直径：(0.5～4.5)mm	U=(0.1～0.3)mm		2026-08-03
		风速		(15～20)m/s	U=0.8m/s		2026-08-03
32	温度数据采集仪	温度	温度数据采集仪校准规范 JJF1366	(-80～0)℃	U=0.30℃	只测外置传感器型或整体密封型	2026-08-03
				(0～100)℃	U=0.10℃		2026-08-03
				(100～300)℃	U=0.20℃		2026-08-03
33	数字温度计	温度	数字温度计校准规范 JJF(川) 139	(-80～300)℃	U=0.06℃		2026-08-03
				(300～1200)℃	U=0.5℃		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
34	无源医用冷藏箱	温度	无源医用冷藏箱温度参数校准规范 JJF1676	(-20～20)℃	U=0.4℃		2026-08-03
35	*温度显示仪	温度	温度显示仪校准规范 JJF1664	(-200～1200)℃	U=(0.6～0.8)℃		2026-08-03
36	*干体式消解实验仪	温度	干体式消解实验仪检定规程 JJG(粤) 029	(20～300)℃	U=(0.3～0.9)℃		2026-08-03
		时间		(1～900)s	U=0.1s		2026-08-03
37	*真空干燥箱	温度	真空干燥箱校准规范 JJF(闽) 1093	(20～140)℃	U=0.4℃		2026-08-03
		压力		(-80～0) kPa	U=0.9 kPa		2026-08-03
38	*空气热老化试验箱	温度	空气热老化试验箱校准规范 JJF(津)94	(0～300)℃	U=0.5℃	只测自然对流式	2026-08-03
		换气次数		(8～50)次/小时	U=2 次/小时		2026-08-03
39	标准水银温度计	温度	标准水银温度计检定规程 JJG 161	(-60～300)℃	U=(0.03～0.07)℃		2026-08-03
40	红外体表温度计	温度	测量人体温度的红外温度计校准规范 JJF 1107	(20～42)℃	U=0.1℃		2026-08-03
41	医用电子体温计	温度	医用电子体温计检定规程 JJG 1162	(35～42)℃	U=0.05℃		2026-08-03
42	红外耳温计	温度	红外耳温计检定规程 JJG 1164	(35～42)℃	U=0.07℃		2026-08-03
43	*干体式温度校准器	温度	干体式温度校准器校准方法 JJF1257	(-80～100)℃	U=0.08℃		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(100～300)℃	U=0.15℃		2026-08-03
				(300～400)℃	U=0.3℃		2026-08-03
				(400～600)℃	U=0.5℃		2026-08-03
				(600～1000)℃	U=0.9℃		2026-08-03
				(1000～1200)℃	U=1.6℃		2026-08-03
44	*温湿度标准箱	温度	温湿度标准箱校准规范 JJF 1564	(5～50)℃	U=0.2℃		2026-08-03
		湿度		10%RH～90%RH（20℃）	U=1.6%RH		2026-08-03
45	矿用温度传感器	温度	矿用温度传感器检定规程 JJG(晋)15	(-10～100)℃	U=0.2℃		2026-08-03
46	温度开关	温度	温度开关温度参数校准规范 JJF 1632	(-30～300)℃	U=0.4℃		2026-08-03
47	表面铂电阻温度计	温度	表面铂电阻温度计校准规范 JJF 2137	(-60～200)℃	U=0.2℃		2026-08-03
				(200～400)℃	U=0.5℃		2026-08-03
48	铠装热电偶	温度	铠装热电偶校准规范 JJF 1262	(-40～300)℃	U=0.3℃		2026-08-03
				(300～1100)℃	U=0.9℃		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
49	热电偶补偿导线	温度	廉金属热电偶校准规范 附录 C 热电偶用补偿导线校准方法 JJF 1637	(-40～200)℃	U=0.2℃		2026-08-03
50	*长霉试验箱	温度	长霉试验箱校准规范 JJF(浙) 1161	(10～90)℃	U=0.3℃		2026-08-03
		湿度		20%RH～95%RH（20℃）	U=1.8%RH		2026-08-03
		风速		（0.1～2）m/s	U=0.2m/s		2026-08-03
51	工作用贵金属热电偶	温度	工作用贵金属热电偶检定规程 JJG 141	(300～1200)℃	U=1.0℃	只测 S 型、R 型	2026-08-03
52	*防潮柜	温度	防潮柜温度、湿度校准规范 JJF（苏）178	(5～60)℃	U=0.4℃		2026-08-03
		湿度		10%RH～60%RH （20℃）	U=1.8%RH		2026-08-03
53	*药品稳定性光照试验箱	温度	药品稳定性光照试验箱校准规范 JJF(川) 175	(10～65)℃	U=0.3℃		2026-08-03
		湿度		10%RH～90%RH（20℃）	U=1.8%RH		2026-08-03
		光照度		(50～10000)lx	U_{rel}=5%		2026-08-03
		紫外辐照度		（50～100） μW/cm²	U=12 μW/cm²		2026-08-03
54	精密露点仪	露点温度	精密露点仪检定规程 JJG 499	露点温度：(-20～20)℃	U=0.5℃	只测二级	2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
55	*生物人工气候箱	温度	生物人工气候箱校准规范 JJF(浙) 1102	(5～40)℃	U=0.3℃		2026-08-03
		湿度		50%RH～95%RH（20℃）	U=1.8%RH		2026-08-03
		光照度		(50～10000)lx	U_{rel}=5%		2026-08-03
56	*中空玻璃露点仪	温度	中空玻璃露点仪校准规范 JJF(闽) 1112	(-60～25)℃	U=0.3℃	现场只测半导体制冷式	2026-08-03
57	电动通风干湿表	温度	电动通风干湿表检定规程 JJG 993	(5～50)℃	U=0.1℃	只测工作级	2026-08-03
		湿度		20%RH～90%RH(20℃)	U=1.0%RH		2026-08-03
58	*崩解时限测试仪	温度	崩解时限测试仪校准规范 JJF1449	(5～40)℃	U=0.1℃		2026-08-03
		时间		吊篮往返：(1～120)s	U=0.2s		2026-08-03
				定时器：(300～3600)s	U=0.2s		2026-08-03
				崩解：513s、888s	U_{rel}=9.0%		2026-08-03
		长度		(0～100)mm	U=0.1mm		2026-08-03
59	*恒温加热台	温度	恒温加热台校准规范 JJF(军工)256	(50～400)℃	U=(1.0~1.6)℃		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
60	*二氧化碳培养箱	温度	二氧化碳培养箱校准规范 JJF(辽)463	(15～55)℃	U=0.1℃		2026-08-03
		二氧化碳浓度		0%～20%	U=0.7%		2026-08-03
61	*恒温培养振荡器	温度	恒温培养振荡器校准规范 JJF(辽)359	(5～100)℃	U=0.2℃		2026-08-03
		振荡频率		(0～400)r/min	U=1r/min		2026-08-03
		振幅		(0.1～35)mm	U=0.10mm		2026-08-03
62	冰箱温度计	温度	冰箱温度计检定规程 JJG(粤)073	(-20～60)℃	U=0.3℃		2026-08-03
63	*旋转蒸发仪	温度	旋转蒸发仪校准规范 JJF(鄂)80	(20～200)℃	U=0.3℃		2026-08-03
		转速		(10～280)r/min	U=1r/min		2026-08-03
		压力		(-95～0)kPa	U=0.3kPa		2026-08-03
64	*蒸汽灭菌器	温度	蒸汽灭菌器温度、压力校准规范 JJF(苏)96	(25～140)℃	U=0.14℃		2026-08-03
		压力		(5～400)kPa	U=0.2kPa		2026-08-03
65	*低气压试验箱	温度	低气压试验箱校准规范 JJF2119	(-80～200)℃	U=0.3℃		2026-08-03
		压力		(2～110)kPa （绝压）	U=0.07kPa		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
66	*冷冻干燥机	温度	冷冻干燥机校准规范 JJF2303	(-80～50)℃	U=0.6℃		2026-08-03
		压力		(1～1000)Pa	U=0.6Pa		2026-08-03
67	*液体恒温试验设备	温度	液体恒温试验设备温度性能测试规范 JJF2019	温度偏差：(-80～300)℃	U=0.25℃		2026-08-03
				温度均匀度：(-80～300)℃	U=0.15℃		2026-08-03
				温度波动度：(-80～300)℃	U=0.10℃		2026-08-03
68	*微波消解仪	温度	微波消解仪温度参数校准规范 JJF2143	(0～200)℃	U=0.6℃		2026-08-03
69	*恒温金属浴	温度	恒温金属浴校准规范 JJF2333	(-30～150)℃	U=0.6℃		2026-08-03
70	*控温电烙铁	温度	控温电烙铁校准规范 JJF(鄂)168	(200～480)℃	U=4.0℃		2026-08-03
71	*热封仪	温度	热封仪校准规范 JJF(石化)071	(20～300)℃	U=0.5℃		2026-08-03
		时间		(1～999)s	U=0.1s		2026-08-03
72	*医药产品冷链物流温控设施设备	温度	医药产品冷链物流温控设施设备校准规范 JJF(皖)176	(-30～40)℃	U=0.8℃		2026-08-03
73	*环氧乙烷灭菌设备	温度	环氧乙烷灭菌设备温度、湿度、压力参数校准规范 JJF(蒙)106	(30～60)℃	U=0.2℃		2026-08-03
		湿度		30%RH～80%RH	U=1.6%RH		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		压力		(-20～100)kPa	U=1.5kPa		2026-08-03
74	*紫外线加速耐候试验机	温度	紫外线加速耐候试验机校准规范 JJF(苏)273	(0～100)℃	U=0.3℃		2026-08-03
		湿度		10%RH～95%RH	U=1.6%RH		2026-08-03
		波长		(250～400)nm	U=1.0nm		2026-08-03
		紫外辐照度		（0.01～1.50）W/m^2	U_{rel}=10.0%		2026-08-03
		时间		(1～1800)s	U=4.0s		2026-08-03
75	*磁力加热搅拌器	温度	磁力加热搅拌器校准规范 JJF(黑)12	(20～300)℃	U=0.3℃		2026-08-03
		转速		(10～3000)r/min	U_{rel}=0.2%		2026-08-03
三.力学测量仪器							
1	丝网张力计	张力	丝网张力计校准规范 JJF1465	(1～60)N/cm	U=2.0%FS		2026-08-03
2	*工作测力仪	力值	工作测力仪检定规程 JJG455	0.1N～100kN	U_{rel}=0.4%		2026-08-03
3	*拉力、压力和万能试验机	力值	拉力、压力和万能试验机检定规程 JJG139	(1～500)N	U_{rel}=0.12%		2026-08-03
				(0.5～3000)kN	U_{rel}=0.16%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		位移		（0.1～1000）mm	U_{rel}=0.17%		2026-08-03
4	*扭矩扳子检定仪	扭矩	扭矩扳子检定仪检定规程 JJG797	(0.2～500)Nm	U_{rel}=0.3%		2026-08-03
5	*扭矩扳子	扭矩	扭矩扳子检定规程 JJG707	(0.2～2000)Nm	U_{rel}=1.2%		2026-08-03
6	*抗折试验机	力值	抗折试验机检定规程 JJG476	(0.2～10)kN	U_{rel}=0.4%		2026-08-03
		速度		(40～60)N/s	U=0.5N/s		2026-08-03
7	*专用工作测力机	力值	专用工作测力机校准规范 JJF1134	0.1N～2000kN	U_{rel}=0.16%		2026-08-03
8	*悬臂梁式冲击试验机	力矩	悬臂梁式冲击试验机检定规程 JJG608	(1～500)Nm	U_{rel}=0.25%		2026-08-03
		长度		(100～500)mm	U_{rel}=0.25%		2026-08-03
		能量		(0.01～50)J	U_{rel}=1.2%		2026-08-03
9	*摆锤式冲击试验机	力矩	摆锤式冲击试验机检定规程 JJG145	(1～500)Nm	U_{rel}=0.25%		2026-08-03
		长度		(100～500)mm	U_{rel}=0.25%		2026-08-03
		能量		(0.01～40)J	U=0.7J		2026-08-03
				(40～150)J	U_{rel}=1.9%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
10	*电子式万能试验机	力值	电子式万能试验机检定规程 JJG475	(1～500)N	U_{rel}=0.12%		2026-08-03
				(0.5～3000)kN	U_{rel}=0.16%		2026-08-03
		位移		（0.1～1000）mm	U_{rel}=0.17%		2026-08-03
		速度		（0～500）mm/min	U=0.14mm/min		2026-08-03
		长度		（0.1～0.3）mm	U=0.7 μm		2026-08-03
				（0.3～25）mm	U_{rel}=0.14%		2026-08-03
11	*电子天平	质量	电子天平检定规程 JJG1036，电子天平校准规范 JJF1847	1mg～20mg	U=0.001mg～0.003mg		2026-08-03
				20mg～500mg	U=0.003mg～0.004mg		2026-08-03
				0.5g～50g	U=0.004mg～0.020mg		2026-08-03
				50g～500g	U=0.02mg～0.13mg		2026-08-03
				500g～5000g	U=0.2mg～8.0mg		2026-08-03
				5kg～30kg	U=8mg～46mg		2026-08-03
				30kg～300kg	U=46mg～0.01kg		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
12	*数字指示秤	质量	数字指示秤检定规程 JJG539	(0～60)kg	U=（0.02～5）g		2026-08-03
				60kg～3t	U=5g～0.17kg		2026-08-03
13	*非自行指示秤	质量	非自行指示秤检定规程 JJG14	(0～10)kg	U=(0.4～1.5)g		2026-08-03
				(10～100)kg	U=(1.5～15)g		2026-08-03
				100kg～1t	U=15g～0.15kg		2026-08-03
14	*混凝土配料秤	质量	混凝土配料秤检定规程 JJG 1171	(0～500)g	U=0.1g	只做静态称量	2026-08-03
				500g～1kg	U=0.2g		2026-08-03
				(1～2)kg	U=0.5g		2026-08-03
				(2～20)kg	U=1.3g		2026-08-03
				(20～200)kg	U=0.01kg		2026-08-03
				(200～1000)kg	U=0.05kg		2026-08-03
				(1～3)t	U=0.6kg		2026-08-03
15	*架盘天平	质量	架盘天平检定规程 JJG156	（0.1～100）g	U=0.03g		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				0.1kg～5kg	U=0.03g～1.5g		2026-08-03
16	*机械天平	质量	机械天平检定规程 JJG98	（1～500）mg	U=0.03mg		2026-08-03
				500mg～1g	U=0.07mg		2026-08-03
				（1～500）g	U=0.1mg		2026-08-03
				500g～1kg	U=80mg		2026-08-03
				（1～30）kg	U=0.5g		2026-08-03
17	*模拟指示秤	质量	模拟指示秤检定规程 JJG13	（0～1000）g	U=（0.4～1.0）g		2026-08-03
				（1～200）kg	U=（1.0～15）g		2026-08-03
18	砝码	质量	砝码检定规程 JJG99	1mg～500mg	U=0.006mg～0.02mg		2026-08-03
				500mg～200g	U=0.02mg～0.3mg		2026-08-03
				200g～1kg	U=0.3mg～5mg		2026-08-03
				1kg～5kg	U=5mg～0.08g		2026-08-03
				5kg～25kg	U=0.08g～0.4g		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
19	转速表	转速	转速表检定规程 JJG105	(30～30000)r/min	U_{rel}=1.2×10^{-4}		2026-08-03
20	弹簧冲击器	能量	弹簧冲击器校准规范 JJF1475	(0.2～2)J	U_{rel}=1%		2026-08-03
		力值		(1～20)N	U_{rel}=1.3%		2026-08-03
		长度		(1～50)mm	U=0.05 mm		2026-08-03
21	常用玻璃量器	容量	常用玻璃量器检定规程 JJG196	(0.1～10)mL	U=0.004mL		2026-08-03
				(10～20)mL	U=0.006mL		2026-08-03
				(20～100)mL	U=0.02mL		2026-08-03
				(100～200)mL	U=0.04mL		2026-08-03
				(200～500)mL	U=0.07mL		2026-08-03
				(500～1000)mL	U=0.13mL		2026-08-03
				(1000～2000)mL	U=0.2mL		2026-08-03
		时间		(0.1～100)s	U=0.2s		2026-08-03
22	移液器	容量	移液器检定规程 JJG646	(0.1～1) μL	U_{rel}=5.0%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(1～10) μL	U_{rel}=2.6%		2026-08-03
				(10～500)μL	U_{rel}=0.5%		2026-08-03
				(500～1000)μL	U_{rel}=0.3%		2026-08-03
				(1000～10000)μL	U_{rel}=0.2%		2026-08-03
23	*金属维氏硬度计	硬度	金属维氏硬度计检定规程 JJG151	(175～600)HV，HV0.05～HV0.2	U_{rel}=3.9%		2026-08-03
				(175～800)HV，HV0.2～HV5	U_{rel}=1.5%		2026-08-03
				(175～800)HV，HV5～HV100	U_{rel}=1.2%		2026-08-03
24	*金属洛氏硬度计	硬度	金属洛氏硬度计 (A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T 标尺)检定规程 JJG112	(20～70)HRC	U=(0.7~0.9) HRC		2026-08-03
				(20～88)HRA	U=(0.7~0.9) HRA		2026-08-03
				(20～100)HRBW	U=0.9HRBW		2026-08-03
				(20～94) HRN	U=1.0HRN		2026-08-03
				(10～93 HRT	U=1.0HRT		2026-08-03
		时间		(1～30)s	U=0.2s		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
25	A 型邵氏硬度计	力值	A 型邵氏硬度计检定规程 JJG304	(1.3～8.1)N	U=0.01N		2026-08-03
		长度		(0～2.5）mm	U=0.01mm		2026-08-03
		角度		35°	U=3′		2026-08-03
26	D 型邵氏硬度计	力值	D 型邵氏硬度计检定规程 JJG1039	(1～45)N	U=0.05N		2026-08-03
		长度		(0～2.5）mm	U=0.01mm		2026-08-03
		角度		30°	U=3′		2026-08-03
27	AO 型邵氏硬度计	力值	AO 型邵氏硬度计校准规范 JJF1312	(0.1～8.1)N	U=0.01N		2026-08-03
		长度		(0～2.5）mm	U=0.01mm		2026-08-03
28	工作玻璃浮计	密度	工作玻璃浮计检定规程 JJG 42	（0.6500～2.0000）g/cm³	U=0. 0006g/cm³		2026-08-03
		酒精度		(0～100)%	U=0.08%		2026-08-03
		糖度		(0～80)%	U=0.04%		2026-08-03
		乳汁度		(15～40)m°	U=0.3m°		2026-08-03
		波美度		(0～70)Bh	U=0.03Bh		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		土壤度		(-5～50)s°	U=0.3s°		2026-08-03
29	空盒气压表和空盒气压计	压力	空盒气压表和空盒气压计检定规程 JJG272	(800～1060)hPa	U=0.8hPa		2026-08-03
30	*弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表	压力	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG52	（-0.1～250）MPa	U=0.35%FS		2026-08-03
31	*数字压力计	压力	数字压力计检定规程 JJG875	（-0.1～60）MPa	U=0.006%FS		2026-08-03
				(60～250)MPa	U=0.03%FS		2026-08-03
32	*弹性元件式精密压力表和真空表	压力	弹性元件式精密压力表和真空表检定规程 JJG49	(-0.1～250)MPa	U=0.03%FS		2026-08-03
33	*压力控制器	压力	压力控制器检定规程 JJG544	(-0.1～250)MPa	U=0.06%FS		2026-08-03
34	*压力变送器	压力	压力变送器检定规程 JJG882	(-0.1～60)MPa	U=0.006%FS		2026-08-03
				(60～250)MPa	U=0.03%FS		2026-08-03
35	*带弹簧管压力表的气体减压器	压力	带弹簧管压力表的气体减压器校准规范 JJF 1328	(0.01～25)MPa	U=1.0%FS		2026-08-03
36	*非接触式眼压计	压力	非接触式眼压计检定规程 JJG 1143	(0.93～6.65)kPa	U=0.2kPa		2026-08-03
37	*落锤式冲击试验机	质量	落锤式冲击试验机校准规范 JJF1445	（0～30）kg	U=0.1g		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		高度		(0～1000)mm	U=0.4 mm		2026-08-03
		速度		(0.5～10)m/s	U_{rel}=0.6%		2026-08-03
38	*果品硬度计	力值	果品硬度计检定规程 JJG 450	(5～50)N	U_{rel}=0.2%		2026-08-03
				(50～300)N	U_{rel}=0.4%		2026-08-03
		长度		(0～150)mm	U=0.01mm		2026-08-03
		角度		(50～70)°	U=0.05°		2026-08-03
39	*金属布氏硬度计	硬度	金属布氏硬度计检定规程 JJG 150	50HBW～125HBW	U_{rel}=1.9%		2026-08-03
				125HBW～225HBW	U_{rel}=2.0%		2026-08-03
				225HBW～650HBW	U_{rel}=2.0%		2026-08-03
40	*金属韦氏硬度计	硬度	金属韦氏硬度计检定规程 JJG 944	(8～18)HWA	U=0.3HWA		2026-08-03
41	*A 型巴氏硬度计	长度	A 型巴氏硬度计检定规程 JJG 610	(0～150)mm	U=2.5μm		2026-08-03
		角度		(0～60)°	U=3′		2026-08-03
		硬度		(40～90)HBa	U=1.6HBa		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
42	*塑料管材耐压试验机	压力	塑料管材耐压试验机校准规范 JJF1628	(0.1～25)MPa	U_{rel}=0.1%		2026-08-03
43	*界面张力计	张力	界面张力仪校准规范 JJF 1464	(0.01～5000)mN/m	U_{rel}=0.01%～0.14%		2026-08-03
44	*高强螺栓检测仪	力值	高强螺栓检测仪校准规范 JJF 1478	(5～500)kN	U_{rel}=0.4%		2026-08-03
		扭矩		(50～2000)Nm	U_{rel}=0.4%		2026-08-03
45	*液压扭矩扳手	扭矩	液压扭矩扳手检定规程 JJG(新)16	1kNm～30kNm	U_{rel}=1.4%		2026-08-03
46	专用玻璃量器	容量	专用玻璃量器检定规程 JJG 10	(1～50)mL	U=0.002mL		2026-08-03
				（50～100）mL	U=0.018mL		2026-08-03
47	医用注射器	容量	医用注射器检定规程 JJG18	（0.1～200）mL	U_{rel}=1%		2026-08-03
48	*液压千斤顶	力值	液压千斤顶检定规程 JJG621	(1～500)kN	U_{rel}=0.45%		2026-08-03
49	*包装件跌落试验机	长度	包装件跌落试验机检定规程 JJG(粤) 045	（0～2000）mm	U=1mm		2026-08-03
		角度		0° ～90°	U=0.5°		2026-08-03
50	*杯突试验机	长度	杯突试验机检定规程 JJG 583	（0.1～16）mm	U=0.01mm		2026-08-03
		力值		（0.01～10）kN	U=25N		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
51	*倾斜式微压计	压力	倾斜式微压计检定规程 JJG 172	(-2000～2000)Pa	U=0.6 %FS		2026-08-03
52	*液体相对密度天平	密度	液体相对密度天平检定规程 JJG 171	0.001～2.0000	U=0.0004		2026-08-03
53	精密杯形和U形液体压力计	压力	精密杯形和U形液体压力计检定规程 JJG 241	(-8～8)kPa	U=0.12%FS		2026-08-03
54	*里氏硬度计	硬度	里氏硬度计检定规程 JJG 747	(490～830)HLD	U=8HLD		2026-08-03
				(460～630)HLG	U=8HLG		2026-08-03
55	*脆碎度测定仪	转速	脆碎度测定仪校准规范 JJF(冀)168	(1～200)r/min	U_{rel}=1.1%		2026-08-03
		时间		(0.1～120)s	U=0.03s		2026-08-03
		计数		(50～500)圈	U=1 圈		2026-08-03
56	微量进样器	容量	微量进样器检定规程 JJG(冀)166	(0.1～1) μL	U=0.05 μL		2026-08-03
				(1～10) μL	U=0.14 μL		2026-08-03
				(10～50) μL	U=0.53 μL		2026-08-03
				(50～200) μL	U=1.8 μL		2026-08-03
				(200～1000) μL	U=3.4 μL		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
57	测振仪	加速度幅值	测振仪检定规程 JJG 676	(10～100)m/s²,(10～2000)Hz	U_{rel}=3.3%		2026-08-03
		速度		(0.5～100)mm/s	U_{rel}=3.3%		2026-08-03
		位移		(0.1～10)mm	U_{rel}=3.3%		2026-08-03
58	*机械式振动试验台	位移	机械式振动试验台检定规程 JJG 189	(0.1～1.0)mm	U_{rel}=3.5%		2026-08-03
		频率		(20～2000)Hz	U_{rel}=0.4%		2026-08-03
		加速度		(2～100)m/s², (20～2000)Hz	U_{rel}=3.1%		2026-08-03
		失真度		0.01%～100%	U_{rel}=0.03%		2026-08-03
		横向振动比		0.5%～100%	U_{rel}=0.2%		2026-08-03
		位移幅值均匀度		0.5%～100%	U_{rel}=2.2%		2026-08-03
59	*液压式振动试验系统	频率	液压式振动试验系统检定规程 JJG 638	(20～2000)Hz	U_{rel}=0.4%		2026-08-03
		加速度		2～100)m/s², (20～2000)Hz	U_{rel}=3.1%		2026-08-03
		失真度		0.01%～100%	U_{rel}=0.03%		2026-08-03
		横向振动比		0.5%～100%	U_{rel}=0.2%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		加速度幅值均匀度		0.5%～100%	U_{rel}=2.2%		2026-08-03
60	*电动振动试验系统	频率	电动振动试验系统检定规程 JJG 948	(20～2000)Hz	U_{rel}=0.4%		2026-08-03
		加速度		2～100)m/s^2,(20～2000)Hz	U_{rel}=3.1%		2026-08-03
		失真度		0.01%～100%	U_{rel}=0.03%		2026-08-03
		加速度幅值均匀度		0.5%～100%	U_{rel}=2.2%		2026-08-03
		横向振动比		0.5%～100%	U_{rel}=0.2%		2026-08-03
61	*电动水平振动试验台	频率	电动水平振动试验台检定规程 JJG 1000	(20～2000)Hz	U_{rel}=0.4%		2026-08-03
		加速度		(2～100)m/s^2,(20～2000)Hz	U_{rel}=3.1%		2026-08-03
		失真度		0.01%～100%	U_{rel}=0.03%		2026-08-03
		横向振动比		0.5%～100%	U_{rel}=0.2%		2026-08-03
		加速度幅值均匀度		0.5%～100%	U_{rel}=2.2%		2026-08-03
62	*压力式六氟化硫气体密度控制器	压力	压力式六氟化硫气体密度控制器检定规程 JJG 1073	(-0.1～0.9)MPa	U=0.0015MPa		2026-08-03
63	*携带式洛氏硬度计	硬度	携带式洛氏硬度计校准规范 JJF1594	(20～88) HRA	U=0.7HRA		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(20～100) HRBW	U=0.9HRBW		2026-08-03
				(20～70) HRC	U=0.8HRC		2026-08-03
				(70～94) HR15N	U=0.8HR15N		2026-08-03
				(42～86) HR30N	U=0.8HR30N		2026-08-03
				(20～77) HR45N	U=0.8HR45N		2026-08-03
				(67～93) HR15TW	U=1.0HR15TW		2026-08-03
				(29～82) HR30TW	U=1.0HR30TW		2026-08-03
				(10～72) HR45TW	U=1.0HR45TW		2026-08-03
		力值		(20～1500)N	U_{rel}=0.5%		2026-08-03
64	*超声硬度计	硬度	超声硬度计校准规范 JJF1436	(150～400)HV	U_{rel}=4.0%		2026-08-03
				(400～600)HV	U_{rel}=2.6%		2026-08-03
				(600～1000)HV	U_{rel}=1.5%		2026-08-03
		力值		(0.01～100)N	U_{rel}=1.0%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
65	*谷物容重器	容量	谷物容重器检定规程 JJG 264	(0～1000)mL	U=0.4mL		2026-08-03
		质量		(0～5000)g	U=0.6g		2026-08-03
66	*液态物料定量灌装机	容量	液态物料定量灌装机检定规程 JJG 687	1mL～300L	U_{rel}=0.3%		2026-08-03
		质量		1g～300kg	U_{rel}=0.2%		2026-08-03
67	*重力式自动装料衡器	质量	重力式自动装料衡器检定规程 JJG 564	1g～1000kg	U_{rel}=0.1%		2026-08-03
68	*电液伺服万能试验机	力值	电液伺服万能试验机检定规程 JJG 1063	(1～500)N	U_{rel}=0.12%		2026-08-03
				(0.5～3000)kN	U_{rel}=0.16%		2026-08-03
		长度		（0.1～0.3）mm	U=0.7 μm		2026-08-03
				（0.3～25）mm	U_{rel}=0.14%		2026-08-03
69	*携带式布氏硬度计	硬度	携带式布氏硬度计校准规范 JJF 1595	(75～125)HBW	U_{rel}=1.8%		2026-08-03
				(125～225)HBW	U_{rel}=1.5%		2026-08-03
				(225～650)HBW	U_{rel}=1.5%		2026-08-03
				（100～400）HBS10/3000	U_{rel}=1.5%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				（175～225）HBS5/750	U_{rel}=1.5%		2026-08-03
		力值		（0.3～30）kN	U_{rel}=0.5%		2026-08-03
70	*采血电子秤	质量	采血电子秤检定规程 JJG 815	(0～1000)g	U=0.2g		2026-08-03
				1kg～2kg	U=0.3g		2026-08-03
71	瓶口分液器	容量	瓶口分液器校准规范 JJF(冀)181	(0.1～200)mL	U_{rel}=0.3%		2026-08-03
72	*引线弯折试验机	角度	引线弯折试验机检定规程 JJG(粤）022	0° ～180°	U=0.5°		2026-08-03
		速率		弯折速率(1～100)次/分钟	U_{rel}=0.2%		2026-08-03
		质量		(1～1000)g	U=2g		2026-08-03
73	*测功装置	转速	测功装置检定规程 JJG653	(100～4000)r/min	U_{rel}=0.2%		2026-08-03
		扭矩		(5～500)N•m	U_{rel}=0.22%		2026-08-03
74	压电加速度计	加速度	压电加速度计检定规程 JJG233	(5～100)m/s²，(20～2000)Hz	U_{rel}=2.0%		2026-08-03
				(5～100)m/s²，160Hz	U_{rel}=1.4%		2026-08-03
75	*差压式气密检漏仪	压力	差压式气密检漏仪校准规范 JJF1986	(0～700)kpa	U=0.20%FS		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		泄漏量		(0.01～100)mL/min	U=0.03%FS		2026-08-03
76	*液体流量计	流量	液体流量计在线校准规范 JJF(川)159	(0.1～20000)m³/h	U_{rel}=1.7%		2026-08-03
		长度		管道壁厚:(0.02～100)mm	U=0.03mm		2026-08-03
				管道周长:(0～5)m	U=0.7mm		2026-08-03
77	*身高体重仪	质量	身高体重仪校准规范 JJF(湘) 44	(0～40)kg	U=(0.03～0.07)kg		2026-08-03
				(40～300)kg	U=(0.07～0.3)kg		2026-08-03
		长度		(0～200)cm	U=0.20cm		2026-08-03
78	*氦质谱检漏仪	漏率	氦质谱检漏仪校准规范 JJF(军工)186	（1×10^{-10}～1×10^{-5}）Pa·m³/s	U_{rel}=（16～21）%		2026-08-03
79	*明渠堰槽流量计	流量	明渠堰槽流量计 JJG711	（0.0001～40）m³/s	U_{rel}=1.8%	不校准与六种标准量水堰槽配接的明渠流量计。	2026-08-03
		液位		（10～1000）mm	U=0.6mm		2026-08-03
80	*电磁流量计	流量	电磁流量计在线校准规范 JJF2216	(0.1～20000)m³/h	U_{rel}=1.7%		2026-08-03
		长度		管道壁厚:(0.02～100)mm	U=0.02mm		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				管道周长:(0～5)m	U=0.7mm		2026-08-03
81	*电子固体密度天平	质量	电子固体密度天平校准规范 JJF2166	1mg～20mg	U=0.001mg～0.003mg		2026-08-03
				20mg～500mg	U=0.003mg～0.004mg		2026-08-03
				0.5g～50g	U=0.004mg～0.020mg		2026-08-03
				50g～500g	U=0.02mg～0.13mg		2026-08-03
				500g～5000g	U=0.2mg～8.0mg		2026-08-03
		密度		（0～10）g/cm^3	U=0.004g/cm^3		2026-08-03
82	*片剂硬度仪	力值	片剂硬度仪校准规范 JJF(津)119	（1～500）N	U_{rel}=0.2%		2026-08-03
		长度		（0～20）mm	U=0.03mm		2026-08-03
83	*蠕动泵	流量	蠕动泵校准规范 JJF（闽）1115	0.1mL/min～20L/min	U_{rel}=（0.2～1.0）%		2026-08-03
		转速		（20～600）r/min	U_{rel}=0.4%		2026-08-03
84	*软包装件密封性试验仪	压力	软包装件密封性试验仪校准规范 JJF2096	（-0.1～0）MPa	U=0.2kPa		2026-08-03
85	比重瓶	容量	比重瓶校准规范 JJF(吉)107	（0.1～250）mL	U_{rel}=0.1%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
86	*转速试验机	转速	转速试验机校准规范 JJF(辽)556	(30～20000)r/min	U_{rel}=0.3%		2026-08-03
87	*电子叉车秤	质量	电子叉车秤校准规范 JJF2283	(1～60)kg	U=(0.02～9)g		2026-08-03
				60kg～3t	U=9g～0.5kg		2026-08-03
88	*数字式气压计	压力	数字式气压计检定规程 JJG1084	（100～1200）hPa	U=0.13hPa		2026-08-03
89	塑料量器	容量	塑料量器校准规范 JJF（吉）108	（0.1～10）mL	U=0.003mL		2026-08-03
				（10～50）mL	U=0.02mL		2026-08-03
				（50～200）mL	U=0.04mL		2026-08-03
				（200～2000）mL	U=0.2mL		2026-08-03
		时间		（0.1～100）s	U=0.2s		2026-08-03
90	*实验室振动式液体密度仪	密度	实验室振动式液体密度仪校准规范 JJF2165	（650～2000）kg/m^3	U=0.06kg/m^3		2026-08-03
91	基桩动态测量仪	加速度	基桩动态测量仪检定规程 JJG930	(5～100)m/s^2，(20～2000)Hz	U_{rel}=3.0%		2026-08-03
		频率		20Hz～2kHz	U_{rel}=0.2%		2026-08-03
四.声学测量仪器							

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
1	*超声多普勒胎儿监护仪超声源	声强	超声多普勒胎儿监护仪超声源检定规程 JJG 394	(1～50)mW/cm^2	U_{rel}=13%		2026-08-03
		心率		(50～250)次/分	U_{rel}=0.7%		2026-08-03
		漏电流		(0.1～200)μA	U_{rel}=3.5%		2026-08-03
2	*医用超声诊断仪超声源	声强	医用超声诊断仪超声源检定规程 JJG 639	(1～50)mW/cm^2	U_{rel}=13%		2026-08-03
		长度		(1～20)mm	U=0.3mm		2026-08-03
3	*彩色多普勒超声诊断仪(血流测量部分)	血流速度	彩色多普勒超声诊断仪(血流测量部分)校准规范 JJF 1438	(20～100)cm/s	U_{rel}=6%		2026-08-03
		探测深度		(1～200)mm	U=1.6mm		2026-08-03
4	*超声多普勒胎心仪超声源	声强	超声多普勒胎心仪超声源检定规程 JJG 893	(1～50)mW/cm^2	U_{rel}=12%		2026-08-03
		超声频率		(1.5～5.0)MHz	U_{rel}=6%		2026-08-03
		漏电流		(0.1～200)μA	U_{rel}=3%		2026-08-03
5	*超声探伤仪	频率	超声探伤仪检定规程 JJG746	(0.5～ 25)MHz	U_{rel}=3.4%		2026-08-03
		等效输入噪音		(0.1～1000)μV	U_{rel}=15%		2026-08-03
		衰减器误差		(2～110)dB	U_{rel}=1.9%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		幅度线性		5%～90%	U=1.5%		2026-08-03
		时基线性		(0.1～10000)mm	U_{rel}=0.6%		2026-08-03
6	*声频信号发生器	频率	声频信号发生器检定规程 JJG 607	10Hz～20kHz	U_{rel}=0.04%		2026-08-03
		交流电压		20mV～100mV，(10Hz～1kHz)	U_{rel}=0.18%		2026-08-03
				20mV～100mV，(1kHz～20kHz)	U_{rel}=0.53%		2026-08-03
				100mV～10V，(10Hz～1kHz)	U_{rel}=0.18%		2026-08-03
				100mV～10V，(1kHz～20kHz)	U_{rel}=0.33%		2026-08-03
				10V～30V，(10Hz～20kHz)	U_{rel}=0.23%		2026-08-03
		失真度		0.03%～3%，(400Hz～10kHz)	U_{rel}=7.6%		2026-08-03
		阻抗		2Ω～10kΩ	U_{rel}=0.5%		2026-08-03
		衰减		0dB～50dB，(1kHz)	U=0.08dB		2026-08-03
7	*超声骨密度仪	声速	超声骨密度仪校准规范 JJF 1649	(1400～1700)m/s	U=18m/s		2026-08-03
				(2500～3000)m/s	U=28m/s		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
五.电磁学测量仪器							
1	*直流稳定电源	直流电压	直流稳定电源校准规范 JJF1597	±(10mV～1000V)	U_{rel}=0.006%		2026-08-03
		直流电流		±(0.001A～240A)	U_{rel}=0.08%～0.30%		2026-08-03
2	*钳形电流表	交流电流	钳形电流表校准规范 JJF1075	0.1A～100A (50Hz)	U_{rel}=0.30%		2026-08-03
				100A～1000A (50Hz)	U_{rel}=0.45%		2026-08-03
				1000A～2000A (50Hz)	U_{rel}=0.39%		2026-08-03
		直流电流		0.1A～100A	U_{rel}=0.30%		2026-08-03
				100A～1000A	U_{rel}=0.35%		2026-08-03
				1000A～2000A	U_{rel}=0.40%		2026-08-03
3	*耐电压测试仪	交流电压	耐电压测试仪检定规程 JJG795	0.1kV～15kV (50Hz)	U_{rel}=0.24%～0.62%		2026-08-03
		直流电压		0.1kV～15kV	U_{rel}=0.24%～0.58%		2026-08-03
		交流电流		0.1mA～200mA (50Hz)	U_{rel}=0.26%～0.62%		2026-08-03
		直流电流		0.1mA～200mA	U_{rel}=0.26%～0.58%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		时间		1s～999.9s	U_{rel}=0.23%～0.62%		2026-08-03
4	*直流数字电压表	直流电压	数字多用表校准规范 JJF1587	10mV～330mV	U=0.0023%V_x+1.2μV		2026-08-03
				330mV～3.3V	U=0.0013%V_x+2.3μV		2026-08-03
				3.3V～33V	U=0.0014%V_x+23μV		2026-08-03
				33V～330V	U=0.0021%V_x+0.18mV		2026-08-03
				330V～1000V	U=0.0021%V_x+1.8mV		2026-08-03
5	*交流数字电压表	交流电压	数字多用表校准规范 JJF1587	10mV～33mV (45Hz～1kHz)	U=0.018%V_x+7.0μV		2026-08-03
				33mV～330mV (45Hz～1kHz)	U=0.035%V_x+10μV		2026-08-03
				330mV～3.3V (45Hz～1kHz)	U=0.018%V_x+70μV		2026-08-03
				3.3V～33V (45Hz～1kHz)	U=0.018%V_x+0.70mV		2026-08-03
				33V～330V (45Hz～1kHz)	U=0.022%V_x+2.4mV		2026-08-03
				330V～1000V (45Hz～1kHz)	U=0.035%V_x+12mV		2026-08-03
6	*直流数字电流表	直流电流	数字多用表校准规范 JJF1587	100μA～330μA	U=0.018%I_x+0.023μA		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				330μA～3.3mA	U=0.012%I_x+0.058μA		2026-08-03
				3.3mA～33mA	U=0.012%I_x+0.29μA		2026-08-03
				33mA～330mA	U=0.012%I_x+2.9μA		2026-08-03
				330mA～1.1A	U=0.024%I_x+46μA		2026-08-03
				1.1A～3A	U=0.045%I_x+46μA		2026-08-03
				3A～11A	U=0.058%I_x+0.58mA		2026-08-03
				11A～20A	U=0.12%I_x+0.88mA		2026-08-03
				20A～50A	U=0.11%I_x+1.2mA		2026-08-03
				50A～100A	U=0.18%I_x+1.9mA		2026-08-03
7	*交流数字电流表	交流电流	数字多用表校准规范 JJF1587	100μA～330μA,(45Hz～1kHz)	U=0.15%I_x+0.12μA		2026-08-03
				330μA～3.3mA,(45Hz～1kHz)	U=0.12%I_x+0.17μA		2026-08-03
				3.3mA～33mA,(45Hz～1kHz)	U=0.046%I_x+2.3μA		2026-08-03
				33mA～330mA,(45Hz～1kHz)	U=0.046%I_x+23μA		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				330mA～1.1A，(45Hz～1kHz)	U=0.058%I_x+0.12mA		2026-08-03
				1.1A～3A，(45Hz～1kHz)	U=0.069%I_x+0.12mA		2026-08-03
				3A～11A，(45Hz～1kHz)	U=0.12%I_x+2.4mA		2026-08-03
				11A～20A，(45Hz～1kHz)	U=0.18%I_x+5.8mA		2026-08-03
				20A～50A，(50Hz)	U=0.13%I_x+7.3mA		2026-08-03
				50A～100A，(50Hz)	U=0.19%I_x+12mA		2026-08-03
8	*直流数字欧姆表	电阻	数字多用表校准规范 JJF1587	10Ω～110Ω	U=0.0035%R_x+1.8mΩ		2026-08-03
				110Ω～1.1kΩ	U=0.0032%R_x+2.3mΩ		2026-08-03
				1.1kΩ～11kΩ	U=0.0032%R_x+23mΩ		2026-08-03
				11kΩ～110kΩ	U=0.0032%R_x+0.23Ω		2026-08-03
				110kΩ～1.1MΩ	U=0.0038%R_x+2.4Ω		2026-08-03
				1.1MΩ～3.3MΩ	U=0.0069%R_x+35Ω		2026-08-03
				3.3MΩ～11MΩ	U=0.015%R_x+58Ω		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				11MΩ～33MΩ	U=0.029%R_x+2.9kΩ		2026-08-03
				33MΩ～110MΩ	U=0.058%R_x+3.5kΩ		2026-08-03
				110MΩ～330MΩ	U=0.35%R_x+0.12MΩ		2026-08-03
				330MΩ～1GΩ	U=1.7%R_x+0.58MΩ		2026-08-03
9	*数字多用表	直流电压	数字多用表校准规范 JJF1587	10mV～330mV	U_{rel}=0.0048%		2026-08-03
				330mV～3.3V	U_{rel}=0.0017%		2026-08-03
				3.3V～33V	U_{rel}=0.0019%		2026-08-03
				33V～330V	U_{rel}=0.0022%		2026-08-03
				330V～1000V	U_{rel}=0.0026%		2026-08-03
		交流电压		10mV～33mV (45Hz～1kHz)	U_{rel}=0.06%		2026-08-03
				33mV～330mV (45Hz～1kHz)	U_{rel}=0.03%		2026-08-03
				330mV～3.3V (45Hz～1kHz)	U_{rel}=0.03%		2026-08-03
				3.3V～33V (45Hz～1kHz)	U_{rel}=0.03%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				33V～330V（45Hz～1kHz）	U_{rel}=0.04%		2026-08-03
				330V～1000V（45Hz～1kHz）	U_{rel}=0.04%		2026-08-03
		直流电流		100μA～330μA	U_{rel}=0.029%		2026-08-03
				330μA～3.3mA	U_{rel}=0.024%		2026-08-03
				3.3mA～33mA	U_{rel}=0.024%		2026-08-03
				33mA～330mA	U_{rel}=0.026%		2026-08-03
				330mA～1.1A	U_{rel}=0.029%		2026-08-03
				1.1A～3A	U_{rel}=0.05%		2026-08-03
				3A～11A	U_{rel}=0.07%		2026-08-03
				11A～20A	U_{rel}=0.12%		2026-08-03
		交流电流		100μA～330μA（45Hz～1kHz）	U_{rel}=0.20%		2026-08-03
				330μA～3.3mA（45Hz～1kHz）	U_{rel}=0.13%		2026-08-03
				3.3mA～33mA（45Hz～1kHz）	U_{rel}=0.09%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				33mA～330mA (45Hz～1kHz)	U_{rel}=0.08%		2026-08-03
				330mA～1.1A (45Hz～1kHz)	U_{rel}=0.09%		2026-08-03
				1.1A～3A (45Hz～1kHz)	U_{rel}=0.09%		2026-08-03
				3A～11A (45Hz～1kHz)	U_{rel}=0.12%		2026-08-03
				11A～20A (45Hz～1kHz)	U_{rel}=0.19%		2026-08-03
		电阻		10Ω～110Ω	U_{rel}=0.022%		2026-08-03
				110Ω～1.1MΩ	U_{rel}=0.007%		2026-08-03
				1.1MΩ～3.3MΩ	U_{rel}=0.010%		2026-08-03
				3.3MΩ～11MΩ	U_{rel}=0.019%		2026-08-03
				11MΩ～33MΩ	U_{rel}=0.03%		2026-08-03
				33MΩ～110MΩ	U_{rel}=0.06%		2026-08-03
10	*电流表、电压表、功率表及电阻表	直流电压	电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 JJG124	10mV～750V	U_{rel}=0.30%		2026-08-03
		交流电压		10mV～750V (45Hz～65Hz)	U_{rel}=0.40%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		直流电流		100μA～20A	U_{rel}=0.46%		2026-08-03
		交流电流		100μA～20A (45Hz～65Hz)	U_{rel}=0.55%		2026-08-03
		电阻		10Ω～100MΩ	U_{rel}=0.52%		2026-08-03
				1kΩ～1MΩ	U_{rel}=0.48%		2026-08-03
				1MΩ～100MΩ	U_{rel}=0.50%		2026-08-03
11	*表面电阻测试仪	电阻	表面电阻测试仪校准规范 JJF1285	100Ω～100MΩ，(9～250)V	U_{rel}=0.45%		2026-08-03
				100MΩ～1GΩ，(9～250)V	U_{rel}=1.5%		2026-08-03
				1GΩ～10GΩ，(9～250)V	U_{rel}=2.3%		2026-08-03
				10GΩ～100GΩ，(9～250)V	U_{rel}=5.8%		2026-08-03
				10GΩ～1TΩ，(9～250)V	U_{rel}=6.0%		2026-08-03
		开路电压		(1～1000)V	U_{rel}=0.20%		2026-08-03
12	*泄漏电流测试仪	直流泄漏电流	泄漏电流测试仪检定规程 JJG843	10μA～100mA	U_{rel}=0.4%～0.6%		2026-08-03
		交流泄漏电流		10μA～100mA ，(40～60)Hz	U_{rel}=0.8%～1.0%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		试验电压		20V～500V,(40～60)Hz	U_{rel}=0.6%～0.8%		2026-08-03
		直流输入电阻		(80～2200)Ω	U_{rel}=0.16%		2026-08-03
		输入阻抗		(80～2200)Ω,(20Hz～1MHz)	U_{rel}=0.24%～0.50%		2026-08-03
		传输特性		10μA～20mA,(20Hz～1MHz)	U_{rel}=1.0%～1.5%		2026-08-03
13	*直流低电阻表	电阻	直流低电阻表检定规程 JJG837	10μΩ～1mΩ	U_{rel}=0.13%		2026-08-03
				1mΩ～10mΩ	U_{rel}=0.058%		2026-08-03
				10mΩ～10Ω	U_{rel}=0.016%		2026-08-03
				10Ω～20kΩ	U_{rel}=0.013%		2026-08-03
				20kΩ～100kΩ	U_{rel}=0.15%		2026-08-03
14	直流电阻箱	电阻	直流电阻箱检定规程 JJG982	10Ω～100Ω	U_{rel}=0.02%		2026-08-03
				100Ω～1000Ω	U_{rel}=0.025%		2026-08-03
				1kΩ～10kΩ	U_{rel}=0.028%		2026-08-03
				10kΩ～100kΩ	U_{rel}=0.032%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				100kΩ～1MΩ	U_{rel}=0.045%		2026-08-03
				1MΩ～10MΩ	U_{rel}=0.06%		2026-08-03
15	直流标准电阻器	电阻	直流标准电阻器检定规程 JJG166	10Ω～100Ω	U_{rel}=0.03%		2026-08-03
				100Ω～1000Ω	U_{rel}=0.03%		2026-08-03
				1kΩ～10kΩ	U_{rel}=0.03%		2026-08-03
				10kΩ～100kΩ	U_{rel}=0.03%		2026-08-03
				100kΩ～1MΩ	U_{rel}=0.03%		2026-08-03
				1MΩ～10MΩ	U_{rel}=0.05%		2026-08-03
16	直流电桥	电阻	直流电桥检定规程 JJG125	0.1Ω～10Ω	U_{rel}=0.6%	只校单臂电桥	2026-08-03
				10Ω～100Ω	U_{rel}=0.12%		2026-08-03
				100Ω～1000Ω	U_{rel}=0.14%		2026-08-03
				1kΩ～10kΩ	U_{rel}=0.20%		2026-08-03
17	*接地电阻表	电阻	接地电阻表检定规程 JJG366	10mΩ～100mΩ	U_{rel}=5.9%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				100mΩ～1Ω	U_{rel}=2.5%		2026-08-03
				1Ω～10Ω	U_{rel}=1.2%		2026-08-03
				10Ω～100Ω	U_{rel}=0.23%		2026-08-03
				0.1kΩ～1kΩ	U_{rel}=0.12%		2026-08-03
				1kΩ～10kΩ	U_{rel}=0.12%		2026-08-03
18	*接地导通电阻测试仪	直流电阻	接地导通电阻测试仪检定规程 JJG984	10mΩ～600mΩ	U_{rel}=0.25%		2026-08-03
		交流电阻		10mΩ～600mΩ	U_{rel}=0.30%		2026-08-03
		直流电流		(0.1～2.5)A	U_{rel}=0.18%		2026-08-03
				(2.5～30)A	U_{rel}=0.15%		2026-08-03
				(30～60)A	U_{rel}=0.40%		2026-08-03
		交流电流		(0.1～2.5)A,(50Hz、60Hz)	U_{rel}=0.20%		2026-08-03
				(2.5～30)A,(50Hz、60Hz)	U_{rel}=0.23%		2026-08-03
				(30～60)A,(50Hz、60Hz)	U_{rel}=0.43%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
19	*绝缘电阻表(兆欧表)	绝缘电阻	绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 JJG622	（10^2 ～10^7 ）Ω	U_{rel}=0.5%～0.8%		2026-08-03
				（10^7 ～10^8 ）Ω	U_{rel}=0.8%～1.4%		2026-08-03
				（10^8 ～10^9 ）Ω	U_{rel}=1.4%～1.8%		2026-08-03
				（10^9 ～10^{11} ）Ω	U_{rel}=1.8%～5.8%		2026-08-03
		电压		50V～1000V	U_{rel}=0.4%		2026-08-03
				1000V～5000V	U_{rel}=0.7%		2026-08-03
20	*高绝缘电阻测量仪(高阻计)	电阻	高绝缘电阻测量仪(高阻计)校准规范 JJF 2225	1kΩ～1MΩ	U_{rel}=1.0%		2026-08-03
				1MΩ～1GΩ	U_{rel}=1.4%		2026-08-03
				1GΩ～10GΩ	U_{rel}=2.4%		2026-08-03
				10GΩ～1TΩ	U_{rel}=6%		2026-08-03
		端钮电压		10V～1000V	U_{rel}=1.2%		2026-08-03
21	*电子式绝缘电阻表	电阻	电子式绝缘电阻表检定规程 JJG1005	（10^2 ～10^7 ）Ω	U_{rel}=0.5%～0.8%		2026-08-03
				（10^7 ～10^8 ）Ω	U_{rel}=0.8%～1.4%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				（10^8 ～10^9 ）Ω	U_{rel}=1.4%～1.8%		2026-08-03
				（10^9 ～10^{11} ）Ω	U_{rel}=1.8%～5.8%		2026-08-03
		电压		10V～1000V	U_{rel}=0.4%		2026-08-03
				1000V～5000V	U_{rel}=0.7%		2026-08-03
22	*电容器漏电流测试仪	直流电压	电容器漏电流测试仪检定规程 JJG(电子)306003	1V～10V	U_{rel}=0.15%		2026-08-03
				10V～100V	U_{rel}=0.18%		2026-08-03
				100V～1000V	U_{rel}=0.21%		2026-08-03
		直流电流		100μA～100mA	U_{rel}=0.6%		2026-08-03
		时间		(60～99)s	U=0.26s		2026-08-03
23	*钳形接地电阻仪	电阻	钳形接地电阻仪检定规程 JJG1054	100mΩ～1Ω	U_{rel}=6%		2026-08-03
				1Ω～10Ω	U_{rel}=1.2%		2026-08-03
				10Ω～2kΩ	U_{rel}=0.5%		2026-08-03
24	*变压比电桥	变压比	变压比电桥检定规程 JJG970	1～2000	U_{rel}=0.026%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
25	*静电碗带/脚盘测试仪	电阻	静电碗带/脚盘测试仪校准规范 JJF(电子)31502	200kΩ～10MΩ	U_{rel}=0.4%		2026-08-03
				10MΩ～100MΩ	U_{rel}=0.6%		2026-08-03
				100MΩ～200MΩ	U_{rel}=1.2%		2026-08-03
26	*高电压耐电压测试仪	直流电压	高电压耐电压测试仪检定规程 JJG(军工)18	1kV～100kV	U_{rel}=1.6%		2026-08-03
		交流电压		1kV～100kV,(50Hz)	U_{rel}=2.0%		2026-08-03
		直流电流		0.5mA～100mA	U_{rel}=1.0%		2026-08-03
		交流电流		0.5mA～100mA,(50Hz)	U_{rel}=1.0%		2026-08-03
		时间		1s～60s	U=0.26s		2026-08-03
27	*回路电阻测试仪	电流	回路电阻测试仪检定规程 JJG1052	（50～200）A	U_{rel}=0.1%		2026-08-03
		电阻		（10～20）μΩ	U_{rel}=0.30%		2026-08-03
				（20～100）μΩ	U_{rel}=0.14%		2026-08-03
				（100～500）μΩ	U_{rel}=0.06%		2026-08-03
				0.5mΩ～200mΩ	U_{rel}=0.06%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
28	*工频单相相位表	相位	工频单相相位表检定规程 JJG440	-180° ～180° (50Hz)	U=0.12°		2026-08-03
29	*互感器校验仪	比值差	互感器校验仪检定规程 JJG169	0.01%～10%	U_{rel}=0.3%		2026-08-03
		相位差		0.05′ ～50′	U_{rel}=0.3%		2026-08-03
30	*变压器有载分接开关测试仪	电阻	变压器有载分接开关测试仪校准规范 JJF(浙)1084	1Ω～40Ω	U=0.23%R_x+12mΩ		2026-08-03
		时间		1ms～999ms	U=16μs		2026-08-03
31	*双钳数字相位伏安表	交流电流	双钳数字相位伏安表校准规范 JJF(新)11	20mA～10A,(45Hz～65Hz)	U_{rel}=0.3%		2026-08-03
		交流电压		1V～500V,(45Hz～65Hz)	U_{rel}=0.3%		2026-08-03
		相位		0° ～360° ,(45Hz～65Hz)	U=0.12°		2026-08-03
32	*互感器综合特性测试仪	交流电压	互感器综合特性测试仪校准规范 JJF(津)51	1V～750V,(45Hz～65Hz)	U_{rel}=0.25%		2026-08-03
		交流电流		1A～100A,(45Hz～65Hz)	U_{rel}=0.35%		2026-08-03
		变比		1～5000	U_{rel}=0.15%		2026-08-03
33	*绝缘油介质损耗因数及体积电阻率测试仪	介质损耗因数	绝缘油介质损耗因数及体积电阻率测试仪校准规范 JJF1618	0.015%～1%	U=0.012%～0.069%		2026-08-03
		体积电阻率		100kΩ·m～100GΩ·m	U_{rel}=0.65%～6%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		温度		（60～120)℃	U=0.10℃		2026-08-03
		电容		100pF	U_{rel}=0.7%		2026-08-03
		直流电压		(0.1～1)kV	U_{rel}=0.1%		2026-08-03
		交流电压		(0.1～5)kV(45Hz～65Hz)	U_{rel}=0.2%		2026-08-03
34	磁强计	磁感应强度	(1 mT～2.5T)磁强计校准规范 JJF1832	(10～2000)mT	U_{rel}=0.6%～0.06%		2026-08-03
35	*磁粉探伤仪	交流周向磁化电流	磁粉探伤机校准规范 JJF1273	(1～5000)A,50Hz	U_{rel}=0.6%		2026-08-03
		交流纵向磁化电流		(1～5000)A,50Hz	U_{rel}=0.6%		2026-08-03
36	非接触式静电电压测量仪	电压	非接触式静电电压测量仪校准规范 JJF 1517	(0.1～20)kV	U_{rel}=3%		2026-08-03
37	*数字式交流电参数测量仪	交流电压	数字式交流电参数测量仪校准规范 JJF1491	(20～600)V,(50Hz)	U_{rel}=0.09%		2026-08-03
		交流电流		(0.01～20)A,(50Hz)	U_{rel}=0.12%		2026-08-03
		交流功率		(1～1000)W,(50Hz)	U_{rel}=0.15%		2026-08-03
				(1～10)kW,(50Hz)	U_{rel}=0.19%		2026-08-03
		功率因数		0.5～1	U=0.002		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		频率		(45～65)Hz	U_{rel}=0.06%		2026-08-03
38	标准电流互感器	比值差	测量用互感器检定规程 第1部分：标准电流互感器 JJG 1189.1	(5A～5000A)/(5A、1A)，5%I_n～120%I_n，(50Hz)	U_{rel}=0.1%～0.06%	不校二次负荷2.5VA以下。	2026-08-03
		相位差		0.001′～999.9′，5%I_n～120%I_n	U=2.5′～2′		2026-08-03
39	标准电压互感器	比值差	测量用互感器检定规程 第2部分：标准电压互感器 JJG 1189.2	35 kV/(100 V、100/$\sqrt{3}$V、100/3V)，20%U_n～120%U_n，(50Hz)	U_{rel}=0.026%～0.28%		2026-08-03
		相位差		0.001′～999.9′，20%U_n～120%U_n	U=1.9′～1.4′		2026-08-03
40	直流分流器	直流电流	直流分流器检定规程 JJG 1069	5A～2000A	U_{rel}=0.10%		2026-08-03
		直流电阻		1μΩ～10Ω，(5A～2000A)	U_{rel}=0.10%		2026-08-03
41	*防雷元件测试仪	起始动作电压	防雷元件测试仪校准规范 JJF 2177	(5～2000)V	U_{rel}=0.15%		2026-08-03
		恒流电流		1mA	U_{rel}=0.14%		2026-08-03
		直流漏电流		(1～200) μA	U_{rel}=0.3%～1.4%		2026-08-03
		直流击穿电压		（75～2000）V	U_{rel}=0.30%		2026-08-03
42	*过程仪表校验仪	直流电压输出	过程仪表校验仪校准规范 JJF 1472	(0.01～100)V	U_{rel}=0.006%		2026-08-03
		直流电流输出		(0.1～100)mA	U_{rel}=0.015%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		直流电阻输出		10Ω～10kΩ	U_{rel}=0.02%		2026-08-03
		直流电压测量		(0.01～300)V	U_{rel}=0.005%		2026-08-03
		直流电流测量		(0.01～100)mA	U_{rel}=0.012%		2026-08-03
		直流电阻测量		10Ω～100kΩ	U_{rel}=0.012%		2026-08-03
		热电阻模拟输出		(-200～800)℃	U=(0.3～0.5)℃		2026-08-03
		热电偶模拟输出		(-250～1300)℃	U=(0.6～0.8)℃		2026-08-03
		热电阻模拟测量		(-200～800)℃	U=(0.3～0.5)℃		2026-08-03
		热电偶模拟测量		(-250～1300)℃	U=(0.6～0.8)℃		2026-08-03
43	*医用漏电流测试仪	直流漏电流	医用漏电流测试仪检定规程 JJG 1188	10μA～100mA	U_{rel}=0.40%～0.70%		2026-08-03
		交流漏电流		10μA～100mA（40～60）Hz	U_{rel}=0.60%		2026-08-03
		直流输入电阻		（80～2200）Ω	U_{rel}=0.12%		2026-08-03
		输入阻抗		（80～2200）Ω（20Hz～1MHz）	U_{rel}=0.27%～0.40%		2026-08-03
		试验电压		20V～500V（40～60）Hz	U_{rel}=0.6%～0.8%		2026-08-03

国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		传输阻抗频率响应特性		（-70～0）dB，（20Hz～1MHz）	U=0.026dB～0.048dB		2026-08-03
44	直流大电流表	直流电流	直流大电流表检定规程 JJG(军工)195	100A～2000A	U_{rel}=0.023%		2026-08-03
45	*单相交流稳压电源	交流电压	单相交流稳压电源校准规范 JJF(辽) 194	(10～350)V,45Hz～440Hz	U_{rel}=0.20%		2026-08-03
		频率		45Hz～440Hz	U_{rel}=0.08%		2026-08-03
46	*数字式直流电参数测量仪	直流电压	数字式直流电参数测量仪校准规范 JJF(苏)302	1V～1000V	U_{rel}=0.016%		2026-08-03
		直流电流		10mA～1A	U_{rel}=0.032%		2026-08-03
				(1～20)A	U_{rel}=0.12%		2026-08-03
		直流功率		1W～20kW	U_{rel}=0.15%		2026-08-03
47	*氧化锌避雷器测试仪	参考电压	氧化锌避雷器测试仪校准规范 JJF 2194	(10～20)V，(45～65)Hz	U_{rel}=0.3%		2026-08-03
				(20～40)V，(45～65)Hz	U_{rel}=0.16%		2026-08-03
				(40～250)V，(45～65)Hz	U_{rel}=0.10%		2026-08-03
		全电流		(100～200)μA，(45～65)Hz	U_{rel}=0.17%		2026-08-03
				(0.2～20)mA，(45～65)Hz	U_{rel}=0.10%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		阻性电流		(50～100) μA，(45～65)Hz	U_{rel}=0.3%		2026-08-03
				(100～200) μA，(45～65)Hz	U_{rel}=0.17%		2026-08-03
				(0.2～20)mA，(45～65)Hz	U_{rel}=0.10%		2026-08-03
		容性电流		(100～200) μA，(45～65)Hz	U_{rel}=0.17%		2026-08-03
				（0.2～20）mA，(45～65)Hz	U_{rel}=0.10%		2026-08-03
		相位角		（0～90）°	U=0.06°		2026-08-03
48	*在运电子式交流电能表	电能	在运电子式交流电能表 JJG(粤)062	单相、三相平衡负载：(57.7～380)V/(0.1～5)A,cos φ=1.0，(50Hz)	U_{rel}=0.20%		2026-08-03
				单相、三相平衡负载：(57.7～380)V/(5～100)A,cos φ=1.0,(50Hz)	U_{rel}=0.24%		2026-08-03
				单相、三相平衡负载：(57.7～380)V/(0.1～5)A,(cos φ=0.5L、0.8C),(50Hz)	U_{rel}=0.23%		2026-08-03
				三相不平衡负载：(57.7～380)V/(0.1～5)A,cos φ=1.0,(50Hz)	U_{rel}=0.23%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				三相不平衡负载：(57.7～380)V/(5～100)A,cos Φ=1.0,(50Hz)	U_{rel}=0.26%		2026-08-03
				三相不平衡负载：(57.7～380)V,(5～100)A,cos Φ=0.5L,(50Hz)	U_{rel}=0.32%		2026-08-03
		日计时误差		(-99.99～99.99)s/d	U=0.06s/d		2026-08-03
		时间		北京时间:00h00min00s～23h59min59s	U=2s		2026-08-03
49	*钳形泄漏电流表	直流泄漏电流	钳形泄漏电流表检定规程 JJG(冀)3007	1mA～60A	U_{rel}=0.30%		2026-08-03
		交流泄漏电流		1mA～60A，(45～400)Hz	U_{rel}=0.30%		2026-08-03
50	*雷击计数器校验仪	开路峰值电压	雷击计数器校验仪校准规范 JJF(鄂)130	(0.1～5)kV	U_{rel}=3.6%		2026-08-03
		工频电流		(0.2～50)mA,50Hz	U_{rel}=0.20%		2026-08-03
51	*充电平板检测仪	静电电压	充电平板检测仪校准规范 JJF(电子) 31003	±(1～1000)V	U_{rel}=0.07%		2026-08-03
		衰减时间		(1～60)s	U=0.26s		2026-08-03
52	*直流电阻测试仪	直流电阻	直流电阻测试仪检定规程 JJG 1205	(10～20) μ Ω	U_{rel}=0.30%		2026-08-03
				(20～100) μ Ω	U_{rel}=0.14%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(100～500) μ Ω	U_{rel}=0.06%		2026-08-03
				500 μ Ω～20 Ω	U_{rel}=0.06%		2026-08-03
				20 Ω～20k Ω	U_{rel}=0.06%		2026-08-03
				20k Ω～100k Ω	U_{rel}=0.13%		2026-08-03
		直流电流		1mA～100A	U_{rel}=0.10%		2026-08-03
53	*离子风机	衰减时间	离子风机校准规范 JJF(电子) 0110	(0.1～1)s	U_{rel}=6.5%		2026-08-03
				(1～10)s	U_{rel}=3.5%		2026-08-03
				(10～99.9)s	U_{rel}=1.3%		2026-08-03
		残余电压		(0.1～1)V	U_{rel}=5.5%		2026-08-03
				(1～50)V	U_{rel}=3.5%		2026-08-03
54	*交流高压试验装置	交流电压	交流高压试验装置检定规程 JJG(粤)059	(5～300)kV,50Hz	U_{rel}=0.60%		2026-08-03
		频率		(30～300)Hz	U_{rel}=0.04%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
55	*安装式交流电能表	交流电能	安装式交流电能表检定规程 JJG 596	单相、三相平衡负载：(57.7～ 380)V/(0.1～100)A,cos φ=1.0,(50Hz、60Hz)	U_{rel}=0.066%		2026-08-03
				单相、三相平衡负载：(57.7～ 380)V/(0.1～100)A,(cos φ=0.5L、0.8C),(50Hz、60Hz)	U_{rel}=0.09%		2026-08-03
				三相不平衡负载：(57.7～ 380)V/(0.1～100)A,cos φ=1.0,(50Hz、60Hz)	U_{rel}=0.08%		2026-08-03
				三相不平衡负载：(57.7～380)V/(0.1～100)A,cos φ=0.5L,(50Hz、60Hz)	U_{rel}=0.10%		2026-08-03
		日计时误差		(-99.99～99.99)s/d	U=0.06s/d		2026-08-03
		时间		北京时间:00h00min00s～23h59min59s	U=2s		2026-08-03
56	*压敏电阻测试仪	直流参考电流	压敏电阻测试仪检定规程 JJG(粤)023	(0.1～100)mA	U_{rel}=0.10%		2026-08-03
		压敏电压		(5～2000)V	U_{rel}=0.40%		2026-08-03
		漏电流		(0.001～10)mA	U_{rel}=0.10%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		电压比		0.01～1.2	U=0.002		2026-08-03
57	*脉冲电火花检漏仪	脉冲电压	脉冲电火花检漏仪校准规范 JJF(新)32	(0.1～40)kV	U_{rel}=3.6%		2026-08-03
58	*功率分析仪	直流电压	功率分析仪校准规范 JJF 2040	(10～330)mV	U_{rel}=0.015%		2026-08-03
				330mV～33V	U_{rel}=0.008%		2026-08-03
				33V～1000V	U_{rel}=0.03%		2026-08-03
		直流电流		1mA～1A	U_{rel}=0.018%		2026-08-03
				1A～20A	U_{rel}=0.07%		2026-08-03
		交流电压		(10～330)mV,(45Hz～1kHz)	U_{rel}=0.15%		2026-08-03
				330mV～330V,(45Hz～1kHz)	U_{rel}=0.04%		2026-08-03
				330V～1000V,(45Hz～1kHz)	U_{rel}=0.05%		2026-08-03
		交流电流		(1～3.3)mA,(45Hz～1kHz)	U_{rel}=0.16%		2026-08-03
				3.3mA～3A,(45Hz～1kHz)	U_{rel}=0.08%		2026-08-03
				3A～20A,(45Hz～1kHz)	U_{rel}=0.15%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		直流功率		(0.01～10)kW	U_{rel}=0.019%		2026-08-03
		交流功率		(0.01～10)kW,50Hz	U_{rel}=0.17%		2026-08-03
		频率		45Hz～100kHz	U_{rel}=0.006%		2026-08-03
		相位		(0～360)°	U=0.12°		2026-08-03
59	*磁轭式磁粉探伤机	磁化电流	磁轭式磁粉探伤机校准规范 JJF 1458	直流磁化电流：(0.1～1)A	U_{rel}=1.0%		2026-08-03
				直流磁化电流：(1～30)A	U_{rel}=0.50%		2026-08-03
				交流磁化电流：(0.1～1)A	U_{rel}=6.0%		2026-08-03
				交流磁化电流：(1～30)A	U_{rel}=0.70%		2026-08-03
		提升力		(10～300)N	U_{rel}=0.60%		2026-08-03
60	*工频大电流发生器	交流电流	工频大电流发生器校准规范 JJF(新)107	(1～10)A，50Hz	U_{rel}=0.36%		2026-08-03
				(10～5000)A,50Hz	U_{rel}=0.23%		2026-08-03
61	*直流电焊机焊接电源	空载电压	直流电焊机焊接电源校准规范 JJF 1985	(20～141)V	U_{rel}=0.10%		2026-08-03
		负载电压		(10～44)V	U_{rel}=0.14%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		焊接电流		(10～500)A	U_{rel}=0.16%		2026-08-03
62	*交、直流电焊机焊接电源	直流电压	交、直流电焊机焊接电源校准规范 JJF(津)02	(10～400)V	U_{rel}=0.14%		2026-08-03
		交流电压		(10～400)V,50Hz	U_{rel}=0.15%		2026-08-03
		直流电流		(10～500)A	U_{rel}=0.16%		2026-08-03
		交流电流		(10～500)A,50Hz	U_{rel}=0.18%		2026-08-03
六.无线电测量仪器							
1	*模拟示波器	电压	模拟示波器检定规程 JJG 262	5mV～60mV，(50Ω)	U_{rel}=1.2%		2026-08-03
				60mV～6V，(50Ω)	U_{rel}=0.59%		2026-08-03
				5mV～60mV，(1MΩ)	U_{rel}=1%		2026-08-03
				60mV～120V，(1MΩ)	U_{rel}=0.48%		2026-08-03
		时间		2ns～5s	U_{rel}=0.3%		2026-08-03
		带宽		50kHz～300MHz	U_{rel}=3.3%		2026-08-03
				300MHz～500MHz	U_{rel}=5.2%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		上升时间		0.7ns～1.75ns	U_{rel}=8.2%		2026-08-03
				1.75ns～350ns	U_{rel}=3.7%		2026-08-03
		校准信号幅度		20mV～5V，（500Hz～1MHz）	U_{rel}=0.42%		2026-08-03
		校准信号频率		500Hz～1MHz	U_{rel}=1×10^{-7}		2026-08-03
		输入电阻		50Ω、1MΩ	U_{rel}=0.12%		2026-08-03
2	*数字示波器	电压	数字示波器检定规程 GJB 7691	5mV～10mV，（50Ω）	U_{rel}=1.1%		2026-08-03
				10mV～100mV，（50Ω）	U_{rel}=0.78%		2026-08-03
				100mV～6V，（50Ω）	U_{rel}=0.38%		2026-08-03
				5mV～10mV，（1MΩ）	U_{rel}=0.9%		2026-08-03
				10mV～100mV，（1MΩ）	U_{rel}=0.62%		2026-08-03
				100mV～120V，（1MΩ）	U_{rel}=0.2%		2026-08-03
		时间		1ns～5s	U_{rel}=3×10^{-6}		2026-08-03
		带宽		50kHz～300MHz	U_{rel}=3.3%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				300MHz～600MHz	U_{rel}=5%		2026-08-03
				600MHz～1100MHz	U_{rel}=6%		2026-08-03
		上升时间		350ps～1.75ns	U_{rel}=26%～2.8%		2026-08-03
				1.75ns～350ns	U_{rel}=2.8%		2026-08-03
		校准信号幅度		50mV～5V ，(10Hz～20kHz)	U_{rel}=0.24%		2026-08-03
				50mV～5V ，(20kHz～1MHz)	U_{rel}=0.42%		2026-08-03
		校准信号频率		500Hz～1MHz	U_{rel}=1×10^{-7}		2026-08-03
		输入电阻		50Ω、1MΩ	U_{rel}=0.12%		2026-08-03
3	*低频信号发生器	交流电压	低频信号发生器检定规程 JJG 602	20mV～300V，（10Hz～50kHz）	U_{rel}=0.25%		2026-08-03
				20mV～200V，（50kHz～100kHz）	U_{rel}=0.65%		2026-08-03
				20mV～50V ，（100kHz～200kHz）	U_{rel}=1.2%		2026-08-03
				20mV～2V，（0.2MHz～1MHz）	U_{rel}=3.5%		2026-08-03
				2V～50V，（0.2MHz～1MHz）	U_{rel}=5.7%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		频率		10Hz～1MHz	U_{rel}=4.2×10^{-7}		2026-08-03
		失真度		0.01%～10%，（30Hz～100kHz）	U_{rel}=14%		2026-08-03
		幅频特性		-3dB～3dB，（10Hz～100kHz）	U=0.05dB		2026-08-03
				-3dB～3dB，（100kHz～200kHz）	U=0.11dB		2026-08-03
				-3dB～3dB，（0.2MHz～1MHz）	U=0.49dB		2026-08-03
4	*函数发生器	频率	函数发生器检定规程 JJG 840	1Hz～250MHz	U_{rel}=1.5×10^{-7}		2026-08-03
		交流电压		20mV～50V，（10Hz～50kHz）	U_{rel}=0.18%		2026-08-03
		失真度		0.01%～28.7%，（20Hz～100kHz）	U_{rel}=14%		2026-08-03
		上升时间		1ns～10μs	U_{rel}=4%		2026-08-03
		正弦波幅度平坦度		-3dB～3dB，（10Hz～100kHz）	U=0.05dB		2026-08-03
				-3dB～3dB，（100kHz～250MHz）	U=0.1dB		2026-08-03
		空度比		5%～95%，（1kHz）	U_{rel}=0.2%		2026-08-03
		直流电压		10mV～20V	U_{rel}=0.01%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
5	*信号发生器	频率	信号发生器校准规范 JJF 1931	0.1MHz～20GHz	U_{rel}=1×10^{-8}		2026-08-03
		功率		0dBm～30dBm，(150kHz～1.3GHz)	U=0.25dB		2026-08-03
				-50dBm～0dBm，(150kHz～1.3GHz)	U=0.20dB		2026-08-03
				-90dBm～-50dBm，(150kHz～1.3GHz)	U=0.27dB		2026-08-03
				-120dBm～-90dBm，(150kHz～1.3GHz)	U=0.35dB		2026-08-03
				0dBm～30dBm，(1.3GHz～26.5GHz)	U=0.36dB		2026-08-03
				-50dBm～0dBm，(1.3GHz～26.5GHz)	U=0.32dB		2026-08-03
				-70dBm～-50dBm，(1.3GHz～26.5GHz)	U=0.36dB		2026-08-03
		调幅深度		10%～90%，(调制频率：1kHz～100kHz，载波频率：1MHz～1.3GHz)	U_{rel}=1.4%		2026-08-03
		调频频偏		4kHz～400kHz，(调制频率：1kHz～100kHz，载波频率：0.25MHz～1.3GHz)	U_{rel}=1.4%		2026-08-03
		调相相偏		(4～160)rad，(调制频率：1kHz，载波频率：1MHz～1.3GHz)	U_{rel}=1.4%		2026-08-03
		谐波		-100dBc～-10dBc，(0.15MHz～26.5GHz)	U=1.0dB		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		单边带相位噪声		(-30～-140)dBc/Hz，(偏移：10Hz～2MHz，载波频率：150kHz～26.5GHz)	U=1.5dB		2026-08-03
		内调制信号发生器频率		10Hz～200kHz	$U_{rel}=1\times10^{-6}$		2026-08-03
		内调制信号发生器幅度		20mV～10V，(10Hz～200kHz)	$U_{rel}=1\%$		2026-08-03
		参考频率		10MHz	$U_{rel}=1\times10^{-8}$		2026-08-03
6	*频谱分析仪	参考频率	频谱分析仪校准规范 JJF 1396	10MHz	$U_{rel}=1\times10^{-8}$		2026-08-03
		频率		10Hz～10MHz	$U_{rel}=1\times10^{-5}$		2026-08-03
				10MHz～26.5GHz	$U_{rel}=1\times10^{-8}$		2026-08-03
		扫频宽度		10Hz～26.5GHz	$U_{rel}=1\times10^{-6}$		2026-08-03
		分辨力带宽		1Hz～10MHz	$U_{rel}=0.5\%$		2026-08-03
		分辨力带宽转换影响		-5dB～5dB，(10MHz～1GHz)	U=0.20dB		2026-08-03
		输入衰减器转换影响		-5dB～5dB，(10MHz～1GHz)	U=0.20dB		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		垂直显示刻度		0dB～80dB，(10MHz～1GHz)	U=0.20dB		2026-08-03
		参考电平		(-70～10)dBm，(10MHz～1GHz)	U=0.08dB+0.002dB/10dB		2026-08-03
				-80dBm，(10MHz～1GHz)	U=0.10dB		2026-08-03
				-90dBm，(10MHz～1GHz)	U=0.20dB		2026-08-03
		绝对幅度		(-30～0)dBm，(50MHz～1GHz)	U=0.10dB		2026-08-03
		扫描时间		1ms～2000s，(9kHz～26.5GHz)	U_{rel}=1.4×10^{-6}		2026-08-03
		电压驻波比		1.001～5.0，(10MHz～6GHz)	U=0.020		2026-08-03
		校准信号电平		(0～-40)dBm，(10MHz～1GHz)	U=0.17dB		2026-08-03
		输入频响		-3dB～3dB，(-30dBm～0dBm，150kHz～1.3GHz)	U=0.35dB		2026-08-03
				-3dB～3dB，(-30dBm～0dBm，1.3GHz～26.5GHz)	U=0.51dB		2026-08-03
7	*音频分析仪	输出频率	音频分析仪校准规范 JJF 1395	10Hz～200kHz	U_{rel}=0.04%		2026-08-03
		交流电压输出		20mV～100mV，(20Hz～100Hz)	U_{rel}=0.38%		2026-08-03
				20mV～100mV，(100Hz～1kHz)	U_{rel}=0.26%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				20mV～100mV，（1kHz～10kHz）	U_{rel}=0.31%		2026-08-03
				20mV～100mV，（10kHz～200kHz）	U_{rel}=1%		2026-08-03
				100mV～1V，（20Hz～100Hz）	U_{rel}=0.20%		2026-08-03
				100mV～1V，（100Hz～1kHz）	U_{rel}=0.18%		2026-08-03
				100mV～1V，（1kHz～10kHz）	U_{rel}=0.23%		2026-08-03
				100mV～1V，（10kHz～200kHz）	U_{rel}=1%		2026-08-03
				1V～20V，（20Hz～100Hz）	U_{rel}=0.18%		2026-08-03
				1V～20V，（100Hz～1kHz）	U_{rel}=0.14%		2026-08-03
				1V～20V，（1kHz～10kHz）	U_{rel}=0.17%		2026-08-03
				1V～20V，（10kHz～200kHz）	U_{rel}=1%		2026-08-03
		失真度		0.03%～3%，（400Hz～10kHz）	U_{rel}=10%		2026-08-03
		频率测量		10Hz～200kHz	U_{rel}=0.02%		2026-08-03
		交流电压测量		10mV～330mV，（10Hz～100Hz）	U_{rel}=0.38%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				10mV～330mV，（100Hz～1kHz）	U_{rel}=0.26%		2026-08-03
				10mV～330mV，（1kHz～200kHz）	U_{rel}=0.31%		2026-08-03
				330mV～3.3V，（10Hz～100Hz）	U_{rel}=0.20%		2026-08-03
				330mV～3.3V，（100Hz～1kHz）	U_{rel}=0.18%		2026-08-03
				330mV～3.3V，（1kHz～10kHz）	U_{rel}=0.23%		2026-08-03
				330mV～3.3V，（10kHz～200kHz）	U_{rel}=1%		2026-08-03
				3.3V～33V，（10Hz～100Hz）	U_{rel}=0.18%		2026-08-03
				3.3V～33V，（100Hz～1kHz）	U_{rel}=0.14%		2026-08-03
				3.3V～33V，（1kHz～10kHz）	U_{rel}=0.17%		2026-08-03
				3.3V～33V，（10kHz～200kHz）	U_{rel}=1%		2026-08-03
				33V～330V，（10Hz～100Hz）	U_{rel}=0.24%		2026-08-03
				33V～330V，（100Hz～10kHz）	U_{rel}=0.20%		2026-08-03
				33V～200V，（10kHz～100kHz）	U_{rel}=1%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		失真度测量		0.03%～30%，(20Hz～200Hz)	U=2.6%D_x+0.00036%		2026-08-03
				0.03%～30%，(200Hz～1kHz)	U=2.0%D_x+0.00036%		2026-08-03
				0.03%～30%，(1kHz～20kHz)	U=2.6%D_x+0.00036%		2026-08-03
				0.03%～0.1%，(20kHz～50kHz)	U=6.0%D_x+0.00036%		2026-08-03
				0.1%～30%，(20kHz～50kHz)	U=3.8%D_x+0.00036%		2026-08-03
				0.03%～30%，(50kHz～100kHz)	U=6.0%D_x+0.00058%		2026-08-03
8	*失真度测量仪	交流电压	失真度测量仪校准规范 JJF 1852	10mV～330mV，(10Hz～50kHz)	U_{rel}=0.38%		2026-08-03
				10mV～330mV，(50kHz～200kHz)	U_{rel}=1%		2026-08-03
				330mV～3.3V，(50Hz～50kHz)	U_{rel}=0.23%		2026-08-03
				330mV～3.3V，(50kHz～200kHz)	U_{rel}=1%		2026-08-03
				3.3V～33V，(50Hz～50kHz)	U_{rel}=0.18%		2026-08-03
				3.3V～33V，(50kHz～200kHz)	U_{rel}=1%		2026-08-03
				33V～200V，(50Hz～50kHz)	U_{rel}=0.23%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				33V～200V，(50Hz～100kHz)	U_{rel}=1%		2026-08-03
		失真度		0.1%～30%，(20Hz～200Hz)	U=2.6%D_x+0.00036%		2026-08-03
				0.1%～30%，(200Hz～1kHz)	U=2.0%D_x+0.00036%		2026-08-03
				0.1%～30%，(1kHz～20kHz)	U=2.6%D_x+0.00036%		2026-08-03
				0.1%～30%，(20kHz～50kHz)	U=3.8%D_x+0.00036%		2026-08-03
				0.1%～30%，(50kHz～100kHz)	U=6.0%D_x+0.00058%		2026-08-03
9	*调制度测量仪	调幅深度	调制度测量仪校准规范 JJF 1111	10%～90%，(调制频率：1kHz～100kHz，载波频率：1MHz～1.3GHz)	U_{rel}=1.4%		2026-08-03
		调频频偏		4kHz～400kHz，(调制频率：1kHz～100kHz，载波频率：0.25MHz～1.3GHz)	U_{rel}=1.4%		2026-08-03
		调相相偏		(4～40)rad，(调制频率：1kHz，载波频率：1MHz～1.3GHz)	U_{rel}=1.4%		2026-08-03
10	*合成信号发生器	频率	合成信号发生器检定规程 JJG 502	150kHz～20GHz	U_{rel}=1×10^{-8}		2026-08-03
		功率		0dBm～30dBm，(150kHz～1.3GHz)	U=0.25dB		2026-08-03
				-50dBm～0dBm，(150kHz～1.3GHz)	U=0.20dB		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				-90dBm～-50dBm，(150kHz～1.3GHz)	U=0.27dB		2026-08-03
				-120dBm～-90dBm，(150kHz～1.3GHz)	U=0.35dB		2026-08-03
				0dBm～30dBm，(1.3GHz～20GHz)	U=0.36dB		2026-08-03
				-50dBm～0dBm，(1.3GHz～20GHz)	U=0.32dB		2026-08-03
				-70dBm～-50dBm，(1.3GHz～20GHz)	U=0.36dB		2026-08-03
		调幅深度		10%～90%，(调制频率：1kHz～100kHz，载波频率：1MHz～1.3GHz)	U_{rel}=1.4%		2026-08-03
		调频频偏		4kHz～400kHz，(调制频率：1kHz～100kHz，载波频率：0.25MHz～1.3GHz)	U_{rel}=1.4%		2026-08-03
		内调制信号发生器频率		10Hz～200kHz	U_{rel}=1×10^{-5}		2026-08-03
		参考频率		10MHz	U_{rel}=3×10^{-10}		2026-08-03
		调相相偏		(4～160)rad，(调制频率：1kHz，载波频率：1MHz～1.3GHz)	U_{rel}=1.4%		2026-08-03
		单边带相位噪声		(-130～-50)dBc/Hz，(偏置：10Hz～2MHz，载波频率：10MHz～1GHz)	U=1.5dB		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		内调制信号发生器幅度		20mV～10V，(10Hz～200kHz)	U_{rel}=1%		2026-08-03
		谐波		-100dBc～-10dBc，(150kHz～20GHz)	U=1.8dB		2026-08-03
11	*射频通信测试仪	频率	射频通信测试仪校准规范 JJF 1065	输出：150kHz～2.7GHz	U_{rel}=1.0×10^{-8}		2026-08-03
				测量：150kHz～2.7GHz	U_{rel}=5.0×10^{-8}		2026-08-03
		功率		输出：-120dBm～-90dBm，(150kHz～1GHz)	U=0.35dB		2026-08-03
				输出：-90dBm～-50dBm，(150kHz～1GHz)	U=0.27dB		2026-08-03
				输出：-50dBm～0dBm，(150kHz～1GHz)	U=0.20dB		2026-08-03
				输出：0dBm～13dBm，(150kHz～1GHz)	U=0.25dB		2026-08-03
				测量：-70dBm～-50dBm，(150kHz～1GHz)	U=0.27dB		2026-08-03
				测量：-50dBm～0dBm，(150kHz～1GHz)	U=0.20dB		2026-08-03
				测量：0dBm～10dBm，(150kHz～1GHz)	U=0.25dB		2026-08-03
		调频频偏		4kHz～50kHz，(调制频率：1kHz～5kHz，载波频率：0.25MHz～1GHz)	U_{rel}=1.4%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		调幅深度		10%～90%，（调制频率：1kHz～5kHz，载波频率：1MHz～1GHz）	U_{rel}=1.4%		2026-08-03
		交流电压		10mV～10V，（10Hz～10kHz）	U_{rel}=1.4%		2026-08-03
		失真度		0.03%～3%，（400Hz～10kHz）	U_{rel}=7%		2026-08-03
		调相相偏		(4～160)rad，（调制频率：1kHz，载波频率：1MHz～1GHz）	U_{rel}=3.5%		2026-08-03
		扫频宽度		250kHz～2.7GHz	U_{rel}=0.46%		2026-08-03
		分辨力带宽		100Hz～1MHz	U_{rel}=0.7%		2026-08-03
		参考电平		(-70～10)dBm，（1MHz～1GHz）	U=0.08dB+0.002dB/10dB		2026-08-03
		输入频响		-3dB～3dB，（-20dBm～20dBm，250kHz～2.7GHz）	U=0.22dB		2026-08-03
		衰减		(0～70)dB，（10MHz～2.7GHz）	U=0.22dB		2026-08-03
		谐波		-120dBc～-30dBc，（250kHz～2.7GHz）	U=1.8dB		2026-08-03
		单边带相位噪声		(-130～-50)dBc/Hz，（偏置:10Hz～2MHz，载波频率：250kHz～2.7GHz）	U=1.9dB		2026-08-03
12	*矢量网络分析仪	频率	矢量网络分析仪校准规范 JJF 1495	10kHz～20GHz	U_{rel}=1×10^{-8}		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		功率		0dBm～30dBm，(150kHz～1.3GHz)	U=0.25dB		2026-08-03
				-50dBm～0dBm，(150kHz～ 1.3GHz)	U=0.20dB		2026-08-03
				-90dBm～-50dBm，(150kHz～ 1.3GHz)	U=0.27dB		2026-08-03
				-120dBm～-90dBm，(150kHz～ 1.3GHz)	U=0.35dB		2026-08-03
				0dBm～20dBm，(1.3GHz～20GHz)	U=0.36dB		2026-08-03
				-50dBm～0dBm，(1.3GHz～ 20GHz)	U=0.32dB		2026-08-03
				-70dBm～-50dBm，(1.3GHz～ 20GHz)	U=0.36dB		2026-08-03
		传输参数模值		20dB、50dB，(100MHz～8GHz)	U=0.20dB		2026-08-03
				20dB、50dB，(8GHz～18GHz)	U=0.30dB		2026-08-03
		扫迹噪声		模值：(0～0.1)dB，(40MHz～9GHz)	U=0.002dB		2026-08-03
				相位：0°～1°，(40MHz～9GHz)	U=0.01°		2026-08-03
		本底噪声		(-140～-60)dBm，(40MHz～9GHz)	U=2.5dB		2026-08-03
		串扰		(-150～-70)dB，(40MHz～9GHz)	U=1.5dB		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		反射参数模值		0～0.7，(100MHz～18GHz)	U=0.035		2026-08-03
		传输参数相位		-180°～180°，(100MHz～18GHz)	U=2°		2026-08-03
		反射参数相位		-180°～180°，(100MHz～18GHz)	U=9°		2026-08-03
		模值动态准确度		(0～1)dB，(100kHz～18GHz)	U=0.06dB		2026-08-03
13	*蓝牙测试仪	输出频率	蓝牙测试仪校准规范 JJF 1278	2.402GHz～2.480GHz	U_{rel}=1×10^{-7}		2026-08-03
		输出功率		-50dBm～0dBm，(2.402GHz～2.480GHz)	U=0.20dB		2026-08-03
				-90dBm～-50dBm，(2.402GHz～2.480GHz)	U=0.27dB		2026-08-03
		谐波		-100dBc～-10dBc，(2.402GHz～2.480GHz)	U=2.5dB		2026-08-03
		调制信号-20dB 带宽		(0.5～1.5)MHz，(2.402GHz～2.480GHz)	U_{rel}=1.3%		2026-08-03
		GFSK 频偏输出		(100～300)kHz，(2.400GHz～2.480GHz)	U_{rel}=1.2%		2026-08-03
		GFSK 频偏测量		(100～300)kHz，(2.400GHz～2.480GHz)	U_{rel}=1.2%		2026-08-03
		差分误差矢量幅度输出		0.5%～10%，(2.402GHz～2.480GHz)	U=0.7%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		差分误差矢量幅度测量		0.1%～10%，(2.402GHz～2.480GHz)	U=0.7%		2026-08-03
		频率测量		2.402GHz～2.480GHz	U_{rel}=1×10^{-8}		2026-08-03
		功率测量		0dBm～10dBm，(2.402GHz～2.480GHz)	U=0.39dB		2026-08-03
				0dBm～-50dBm，(2.402GHz～2.480GHz)	U=0.35dB		2026-08-03
				-50dBm～-70dBm，(2.402GHz～2.480GHz)	U=0.40dB		2026-08-03
		电压驻波比		1～3，(2.402GHz～2.480GHz)	U=0.01		2026-08-03
14	*电视视频信号发生器	信号电平	电视视频信号发生器校准规范 JJF 1235	(50～800)mV	U_{rel}=2.0%		2026-08-03
		相位		0°～360°	U=1.0°		2026-08-03
		频率		40Hz～16kHz、3.5MHz～4.5MHz	U_{rel}=1×10^{-6}		2026-08-03
		幅度		2V～4V，(40Hz～16kHz)	U_{rel}=2.5%		2026-08-03
		脉冲宽度		100ns～10ms	U_{rel}=1.2%		2026-08-03
		上升/下降时间		100ns～2μs	U_{rel}=3.3%		2026-08-03
15	*射频与微波衰减器	衰减	射频与微波衰减器校准规范 JJF 2092	0～60dB，（30kHz～1.3GHz）	U=0.023dB		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				0～60dB，（1.3GHz～3GHz）	U=0.040dB		2026-08-03
				0～60dB，（3GHz～6GHz）	U=0.12dB		2026-08-03
				60～100dB，（30kHz～1.3GHz）	U=0.13dB		2026-08-03
				60～100dB，（1.3GHz～3GHz）	U=0.20dB		2026-08-03
				60～100dB，（3GHz～6GHz）	U=0.27dB		2026-08-03
				0～10dB，（6GHz～26.5GHz）	U=0.25dB		2026-08-03
				10～40dB，（6GHz～26.5GHz）	U=0.29dB		2026-08-03
				40～70dB，（6GHz～26.5GHz）	U=0.33dB		2026-08-03
		电压驻波比		1～5，（30kHz～1GHz）	U=0.025		2026-08-03
				1～5，（1GHz～6GHz）	U=0.030		2026-08-03
16	*TDMA-GSM 数字移动通信综合测试仪	参考频率	TDMA-GSM 数字移动通信综合测试仪校准规范 JJF 1131	10MHz	U_{rel}=1×10^{-8}		2026-08-03
		信号发生器频率		800MHz～2GHz	U_{rel}=1×10^{-8}		2026-08-03
		信号发生器功率		-13dBm～-50dBm，(800MHz～2GHz)	U=0.20dB		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				-50dBm～-90dBm，(800MHz～2GHz)	U=0.27dB		2026-08-03
				-90dBm～-120dBm，(800MHz～2GHz)	U=0.35dB		2026-08-03
		信号发生器谐波		-100dBc～-10dBc，(800MHz～2GHz)	U=1.2dB		2026-08-03
		信号发生器频率误差		-1kHz～1kHz，(800MHz～2GHz)	U=2Hz		2026-08-03
		信号发生器均方根相位误差		0.1°～6°，(800MHz～2GHz)	U=0.4°		2026-08-03
		信号发生器峰值相位误差		-10°～10°，(800MHz～2GHz)	U=1°		2026-08-03
		分析仪频率		800MHz～2GHz	$U_{rel}=1\times10^{-8}$		2026-08-03
		分析仪功率		0dBm～10dBm，(800MHz～2GHz)	U=0.39dB		2026-08-03
				0dBm～-50dBm，(800MHz～2GHz)	U=0.35dB		2026-08-03
		分析仪频率误差		-1kHz～1kHz，(800MHz～2GHz)	U=2Hz		2026-08-03
		分析仪均方根相位误差		0.1°～6°，(800MHz～2GHz)	U=0.3°		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		分析仪峰值相位误差		-10°～10°，(800MHz～2GHz)	U=1°		2026-08-03
		电压驻波比		1.001～5，(800MHz～2GHz)	U=0.020		2026-08-03
		音频发生器频率		100Hz～5kHz	U_{rel}=1×10^{-6}		2026-08-03
		音频发生器电压		(1～5)V，(100Hz～5kHz)	U_{rel}=0.18%		2026-08-03
		音频分析仪频率		20Hz～40kHz	U_{rel}=1×10^{-5}		2026-08-03
		音频分析仪电压		20mV～30V，(20Hz～25kHz)	U_{rel}=0.15%		2026-08-03
		音频分析仪失真度		0.1%～30%，(1kHz)	U_{rel}=2.5%		2026-08-03
17	*CDMA 数字移动通信综合测试仪	信号发生器频率	CDMA 数字移动通信综合测试仪校准规范 JJF 1177	100MHz～2GHz	U_{rel}=1.0×10^{-8}		2026-08-03
		参考频率		10MHz	U_{rel}=1×10^{-8}		2026-08-03
		信号发生器功率		-5dBm～-50dBm，(100MHz～2GHz)	U=0.20dB		2026-08-03
				-50dBm～-90dBm，(100MHz～2GHz)	U=0.27dB		2026-08-03
				-90dBm～-120dBm，(100MHz～2GHz)	U=0.35dB		2026-08-03
		信号发生器谐波		-100dBc～-10dBc，(100MHz～2GHz)	U=1.2dB		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		信号发生器波形质量因数		0.9～1.0，（100MHz～2GHz）	U=0.0012		2026-08-03
		信号发生器误差矢量幅度		0.1%～10%，（100MHz～2GHz）	U=0.6%		2026-08-03
		信号发生器频率误差		-1kHz～1kHz，（100MHz～2GHz）	U=6Hz		2026-08-03
		信号发生器相位误差		0.1°～10°，（100MHz～2GHz）	U=0.4°		2026-08-03
		占用带宽		1.23MHz～1.28MHz	U=0.015MHz		2026-08-03
		分析仪功率		0dBm～5dBm，（100MHz～2GHz）	U=0.39dB		2026-08-03
				-50dBm～0dBm，（100MHz～2GHz）	U=0.35dB		2026-08-03
		分析仪频率误差		-1kHz～1kHz，（100MHz～2GHz）	U=6Hz		2026-08-03
		分析仪相位误差		0.1°～10°，（100MHz～2GHz）	U=0.4°		2026-08-03
		分析仪波形质量因数		0.9～1.0，（100MHz～2GHz）	U=0.0012		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		分析仪误差矢量幅度		0.1%～10%，(100MHz～2GHz)	U=1.2%		2026-08-03
		电压驻波比		1.001～5，(100MHz～2GHz)	U=0.020		2026-08-03
		音频发生器频率		100Hz～5kHz	$U_{rel}=1\times10^{-6}$		2026-08-03
		音频发生器电压		(1～5)V，(100 Hz～5kHz)	U_{rel}=0.18%		2026-08-03
		音频分析仪频率		20Hz～40kHz	$U_{rel}=1\times10^{-5}$		2026-08-03
		音频分析仪电压		20mV～30V，(20Hz～25kHz)	U_{rel}=0.15%		2026-08-03
18	*TD-SCDMA 数字移动通信综合测试仪	信号发生器频率	TD-SCDMA 数字移动通信综合测试仪校准规范 JJF 1204	30MHz～2.7GHz	$U_{rel}=1\times10^{-8}$		2026-08-03
		参考频率		10MHz	$U_{rel}=1\times10^{-8}$		2026-08-03
		信号发生器功率		-10dBm～-50dBm，(30MHz～2.7GHz)	U=0.20dB		2026-08-03
				-50dBm～-90dBm，(30MHz～2.7GHz)	U=0.27dB		2026-08-03
				-90dBm～-120dBm，(30MHz～2.7GHz)	U=0.35dB		2026-08-03
		信号发生器谐波		-100dBc～-10dBc，(30MHz～2.7GHz)	U=1.2dB		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		信号发生器波形质量因数		0.9～1.0，(30MHz～2.7GHz)	U=0.0012		2026-08-03
		信号发生器误差矢量幅度		0.1%～10%，(30MHz～2.7GHz)	U=0.6%		2026-08-03
		占用带宽		1.23MHz～1.28MHz	U=0.015MHz		2026-08-03
		信号发生器频率误差		-1kHz～1kHz，(30MHz～2.7GHz)	U=6Hz		2026-08-03
		信号发生器相位误差		0.1°～10°，(30MHz～2.7GHz)	U=0.4°		2026-08-03
		分析仪功率		0dBm～5dBm，(30MHz～2.7GHz)	U=0.39dB		2026-08-03
				-65dBm～0dBm，(30MHz～2.7GHz)	U=0.35dB		2026-08-03
		分析仪频率误差		-1kHz～1kHz，(30MHz～2.7GHz)	U=6Hz		2026-08-03
		分析仪相位误差		0.1°～10°，(30MHz～2.7GHz)	U=0.4°		2026-08-03
		分析仪波形质量因数		0.9～1.0，(30MHz～2.7GHz)	U=0.0012		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		分析仪误差矢量幅度		0.1%～10%，(30MHz～2.7GHz)	U=1.2%		2026-08-03
		电压驻波比		1.001～5，(30MHz～2.7GHz)	U=0.020		2026-08-03
		音频发生器频率		100Hz～20kHz	U_{rel}=1×10^{-6}		2026-08-03
		音频发生器电压		(1～5)V，(100Hz～20kHz)	U_{rel}=0.18%		2026-08-03
		音频分析仪频率		20Hz～20kHz	U_{rel}=1×10^{-5}		2026-08-03
		音频分析仪电压		20mV～5V，(20Hz～20kHz)	U_{rel}=0.15%		2026-08-03
19	*宽带码分多址接入(WCDMA)数字移动通信综合测试仪	信号发生器频率	宽带码分多址接入(WCDMA)数字移动通信综合测试仪校准规范 JJF 1276	30MHz～2.7GHz	U_{rel}=1×10^{-8}		2026-08-03
		参考频率		10MHz	U_{rel}=1×10^{-8}		2026-08-03
		信号发生器功率		-50dBm～0dBm，(30MHz～2.7GHz)	U=0.20dB		2026-08-03
				-90dBm～-50dBm，(30MHz～2.7GHz)	U=0.27dB		2026-08-03
				-120dBm～-90dBm，(30MHz～2.7GHz)	U=0.35dB		2026-08-03
		信号发生器谐波		-100dBc～-10dBc，(30MHz～2.7GHz)	U=1.2dB		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		信号发生器波形质量因数		0.9～1.0，(30MHz～2.7GHz)	U=0.0012		2026-08-03
		信号发生器误差矢量幅度		0.1%～10%，(30MHz～2.7GHz)	U=0.6%		2026-08-03
		信号发生器相位误差		0.1°～10°，(30MHz～2.7GHz)	U=0.4°		2026-08-03
		信号发生器频率误差		-1kHz～1kHz，(30MHz～2.7GHz)	U=6Hz		2026-08-03
		占用带宽		4MHz～5MHz	U=0.03MHz		2026-08-03
		邻道功率比		20dB～80dB，(30MHz～2.7GHz)	U=1.0dB		2026-08-03
		峰值码域误差		0dB～50dB，(30MHz～2.7GHz)	U=0.5dB		2026-08-03
		分析仪功率		0dBm～5dBm，(30MHz～2.7GHz)	U=0.39dB		2026-08-03
				-50dBm～0dBm，(30MHz～2.7GHz)	U=0.35dB		2026-08-03
		分析仪频率误差		-1kHz～1kHz，(30MHz～2.7GHz)	U=6Hz		2026-08-03
		分析仪相位误差		0.1°～10°，(30MHz～2.7GHz)	U=0.4°		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		分析仪波形质量因数		0.9～1.0，（30MHz～2.7GHz）	U=0.0012		2026-08-03
		分析仪误差矢量幅度		0.1%～10%，（30MHz～2.7GHz）	U=1.2%		2026-08-03
		电压驻波比		1.001～5，（30MHz～2.7GHz）	U=0.020		2026-08-03
		音频发生器频率		10Hz～20kHz	U_{rel}=1×10^{-6}		2026-08-03
		音频发生器电压		20mV～5V，（10Hz～20kHz）	U_{rel}=0.18%		2026-08-03
		音频分析仪频率		20Hz～20kHz	U_{rel}=1×10^{-5}		2026-08-03
		音频分析仪电压		20mV～5V，（20Hz～20kHz）	U_{rel}=0.15%		2026-08-03
		音频分析仪失真度		0.1%～30%，（1kHz）	U_{rel}=2.5%		2026-08-03
20	*LTE 数字移动通信综合测试仪	信号发生器频率	LTE 数字移动通信综合测试仪校准规范 JJF 1443	600MHz～3.8GHz	U_{rel}=1×10^{-8}		2026-08-03
		参考频率		10MHz	U_{rel}=1×10^{-8}		2026-08-03
		信号发生器功率		0dBm～-50dBm，（600MHz～3.8GHz）	U=0.20dB		2026-08-03
				-50dBm～-90dBm，（600MHz～3.8GHz）	U=0.27dB		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				-90dBm～-120dBm，(600MHz～3.8GHz)	U=0.35dB		2026-08-03
		信号发生器谐波		-100dBc～-10dBc，(600MHz～3.8GHz)	U=1.2dB		2026-08-03
		信号发生器误差矢量幅度		0.1%～10%，(600MHz～3.8GHz)	U=0.6%		2026-08-03
		信号发生器频率误差		-1kHz～1kHz，(600MHz～3.8GHz)	U=12Hz		2026-08-03
		占用带宽		1.4MHz～20MHz	U_{rel}=2%		2026-08-03
		邻道功率比		-80dB～-45dB，(600MHz～3.8GHz)	U=1.0dB		2026-08-03
		IQ 原点偏移		-80dB～-10dB，(600MHz～3.8GHz)	U=2.5dB		2026-08-03
		分析仪功率		0dBm～5dBm，(600MHz～3.8GHz)	U=0.39dB		2026-08-03
				-50dBm～0dBm，(600MHz～3.8GHz)	U=0.35dB		2026-08-03
		分析仪频率误差		-1kHz～1kHz，(600MHz～3.8GHz)	U=10Hz		2026-08-03
		分析仪误差矢量幅度		0.1%～10%，(600MHz～3.8GHz)	U=0.6%		2026-08-03
		电压驻波比		1.001～5，(600MHz～3.8GHz)	U=0.020		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
21	*无线局域网测试仪	信号发生器频率	无线局域网测试仪校准规范 JJF 1277	2400MHz～2500MHz	$U_{rel}=1\times10^{-8}$		2026-08-03
				5180MHz～5825MHz	$U_{rel}=2\times10^{-8}$		2026-08-03
		信号发生器功率		-90dBm～-10dBm，(2412MHz～2484MHz)	U=0.24dB		2026-08-03
				-90dBm～-10dBm，(5180MHz～5825MHz)	U=0.27dB		2026-08-03
		信号发生器谐波		-100dBc～-10dBc，(2400MHz～2500MHz)	U=1.0dB		2026-08-03
				-100dBc～-10dBc，(5180MHz～5825MHz)	U=1.2dB		2026-08-03
		信号发生器误差矢量幅度		0.1%～10%，(2412MHz～2484MHz、5180MHz～5825MHz)	U=1.0%		2026-08-03
		信号发生器频率误差		-1kHz～1kHz，(2412MHz～2484MHz、5180MHz～5825MHz)	U=10Hz		2026-08-03
		信号发生器符号时钟误差		-1×10^{-4}～1×10^{-4}，(2412MHz～2484MHz、5180MHz～5825MHz)	$U_{rel}=5\times10^{-6}$		2026-08-03
		分析仪功率		-50dBm～5dBm，(2412MHz～2484MHz)	U=0.46dB		2026-08-03
				-50dBm～5dBm，(5180MHz～5825MHz)	U=0.48dB		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		分析仪误差矢量幅度		0.1%～10%，(2412MHz～2484MHz、5180MHz～5825MHz)	U=1.2%		2026-08-03
		分析仪频率误差		-1kHz～1kHz，(2412MHz～2484MHz、5180MHz～5825MHz)	U=10Hz		2026-08-03
		分析仪符号时钟误差		-1×10^{-4}～1×10^{-4}，(2412MHz～2484MHz、5180MHz～5825MHz)	$U_{rel}=5\times10^{-6}$		2026-08-03
22	*人工电源网络	分压系数	人工电源网络校准规范 JJF 1705	-20dB～0dB，(30kHz～108MHz)	U=0.4dB		2026-08-03
		阻抗模值		2Ω～50Ω，(30kHz～108MHz)	U_{rel}=6%		2026-08-03
		阻抗相位		(-90～90)°，(30kHz～108MHz)	U=2.7°		2026-08-03
23	*标准电容器	电容	标准电容器检定规程 JJG 183	5pF～10pF，(100Hz～10kHz)	U_{rel}=0.23%		2026-08-03
				10pF～1μF，(100Hz～10kHz)	U_{rel}=0.07%		2026-08-03
				1μF～1000μF，(100Hz)	U_{rel}=0.22%		2026-08-03
				5pF～1μF，(100kHz)	U_{rel}=0.22%		2026-08-03
				1pF～1000pF，(1MHz)	U_{rel}=0.25%		2026-08-03
		损耗因数		0.0001～0.001，(1kHz)	U=0.0010		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
24	*标准电感器	电感	标准电感器检定规程 JJG 726	10μH～100μH，（1kHz）	U_{rel}=0.15%		2026-08-03
				100μH～1H，（1kHz）	U_{rel}=0.06%		2026-08-03
				1H～100H，（100Hz）	U_{rel}=0.24%		2026-08-03
		品质因数		0.01～1	U=0.02		2026-08-03
				1～100	U_{rel}=1.7%		2026-08-03
25	*宽量程数字 RLC 测量仪	电压	宽量程数字 RLC 测量仪检定规程 GJB/J 5412	50mV～10V，（20Hz～20kHz）	U_{rel}=0.1%		2026-08-03
		频率		10Hz～10MHz	U_{rel}=0.003%		2026-08-03
		电感		1μH～500μH，（1kHz）	U_{rel}=6%～0.07%		2026-08-03
				500μH～1H（1kHz）	U_{rel}=0.07%		2026-08-03
				5H～1000H（100Hz）	U_{rel}=0.24%		2026-08-03
		电容		1pF～1μF，（1kHz）	U_{rel}=0.05%		2026-08-03
				1μF～100μF，（100Hz）	U_{rel}=0.04%		2026-08-03
				1000μF，（100Hz）	U_{rel}=0.23%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				1pF～1000pF，（10kHz～1MHz）	U_{rel}=0.13%		2026-08-03
		电阻		（1～100）Ω，（1kHz）	U_{rel}=0.14%～0.03%		2026-08-03
				100Ω～1MΩ，（1kHz）	U_{rel}=0.03%		2026-08-03
		损耗因数		0.001～1，（1kHz）	U=0.12%D_X+0.00012		2026-08-03
26	*交流电阻箱	交流电阻	交流电阻箱校准规范 JJF 1636	1Ω～100kΩ，（1kHz）	U_{rel}=0.06%		2026-08-03
27	*低频电压表	交流电压	低频电压表校准规范 JJF 1925	10mV～330mV，（45Hz～10kHz）	U_{rel}=0.12%		2026-08-03
				33mV～330mV，（10kHz～100kHz）	U_{rel}=0.3%		2026-08-03
				0.33V～330V，（10Hz～50kHz）	U_{rel}=0.12%		2026-08-03
				0.33V～3.3V，（50kHz～500kHz）	U_{rel}=0.50%		2026-08-03
				3.3V～33V，（50kHz～100kHz）	U_{rel}=0.21%		2026-08-03
				33V～330V，（50kHz～100kHz）	U_{rel}=0.59%		2026-08-03
28	*波形记录仪	直流电压	波形记录仪校准规范 JJF 1876	±（10mV～1000V）	U_{rel}=0.23%～0.05%		2026-08-03
		交流电压		10mV～33mV，（10Hz～10kHz）	U_{rel}=0.39%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				33mV～3.3V，（10Hz～10kHz）	U_{rel}=0.24%		2026-08-03
				3.3V～33V，（10Hz～10kHz）	U_{rel}=0.10%		2026-08-03
				33V～330V，（10Hz～10kHz）	U_{rel}=0.13%		2026-08-03
		时基		1μs～10s	U_{rel}=9×10^{-6}		2026-08-03
		频带宽度		1kHz～2MHz	U_{rel}=2%		2026-08-03
		输入电阻		50Ω～10MΩ	U_{rel}=0.12%		2026-08-03
		直流增益		0.8～1.2，（±（10mV～1000V））	U_{rel}=0.26%～0.11%		2026-08-03
		记录时间长度		1s～1000s	U_{rel}=0.13%		2026-08-03
七.时间和频率测量仪器							
1	*通用计数器	频率	通用计数器校准规范 JJF 2196	1Hz～6GHz	U_{rel}=5×10^{-9}		2026-08-03
		周期		15ns～10s	U_{rel}=5×10^{-9}		2026-08-03
		时间间隔		10ns～1ms	U=0.8ns		2026-08-03
				1ms～600s	U_{rel}=8×10^{-7}		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		参考频率		1MHz、5MHz、10MHz	$U_{rel}=4\times10^{-10}$		2026-08-03
2	*频率表	频率	频率表检定规程 JJG 603	数字式：10Hz～10kHz	$U_{rel}=0.03\%$		2026-08-03
				指针式：5kHz～10kHz	$U_{rel}=0.5\%$		2026-08-03
3	时间间隔测量仪	时间间隔	时间间隔测量仪检定规程 JJG 238	10μs～1s	U=5ns		2026-08-03
				1s～10s	$U_{rel}=0.02\%$		2026-08-03
		参考频率		1MHz、5MHz、10MHz	$U_{rel}=1\times10^{-8}$		2026-08-03
4	*秒表	时间间隔	秒表校准规范 JJF 2195	电子秒表：1s～3600s	U=0.01s		2026-08-03
				机械秒表：1s～1800s	U=0.1s		2026-08-03
				机械秒表：1800s～3600s	U=0.2s		2026-08-03
				数字电秒表：1ms～100s	U=0.8ms		2026-08-03
				数字电秒表：100s～600s	U=1.4ms		2026-08-03
		日差		-10s～10s	U=0.02s		2026-08-03
5	*时间继电器	时间	时间继电器校准规范 JJF 1282	电子式时间继电器：(0.01～100)s	U=0.005s		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				电子式时间继电器：(100～1000)s	U=0.05s		2026-08-03
				电子式时间继电器：(1000～9999)s	0.2s		2026-08-03
				机械式时间继电器：(1～1000)s	U=0.28s		2026-08-03
				机械式时间继电器：(1000～9999)s	U=2s		2026-08-03
6	瞬时日差测量仪	时间	瞬时日差测量仪检定规程 JJG 488	日差：(-99.99～99.99)s	U=0.01s		2026-08-03
				月差：(-999～999)s	U=0.6s		2026-08-03
		参考频率		1MHz、5MHz、10MHz	U_{rel}=1×10^{-8}		2026-08-03
7	*剩余电流动作保护器动作特性检测仪	交流电流	剩余电流动作保护器动作特性检测仪校准规范 JJF 1283	5mA～1.5A，(50Hz)	U_{rel}=0.13%		2026-08-03
		时间		20ms～5s	U_{rel}=1.7%		2026-08-03
8	*电子停车计时收费表	当前时刻误差	电子停车计时收费表校准规范 JJF 2241	±(1～100)s	U=1s		2026-08-03
		停车计时误差		±(1～100)s	U=1s		2026-08-03
八.光学测量仪器							
1	光照度计	光照度	光照度计检定规程 JJG245	(10～3000)lx	U_{rel}=1.5%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
2	*标准光源箱	色温	标准光源箱校准规范 JJF(纺织)055	(2300～5000)K	U=1.0×10²K		2026-08-03
				(5001～9000)K	U=1.5×10²K		2026-08-03
		光照度		(250～2000)lx	U_{rel}=10%		2026-08-03
3	亮度计	光亮度	亮度计检定规程 JJG211	(10～1000) cd/m²	U_{rel}=3.3%	不做亮度源法。	2026-08-03
		色度		x,y: (0～1)	U=0.006		2026-08-03
4	*澄明度检测仪	光照度	澄明度检测仪校准规范 JJF1287	(100～3000)lx	U_{rel}=6%		2026-08-03
		计时		(1～99)s	U=0.2s		2026-08-03
5	*积分球光色综合测试系统	波长	积分球光色综合测试系统校准规范 JJF(陕)082	(250～800)nm	U=0.2nm		2026-08-03
		平均色温		(2500～3500)K	U=23K		2026-08-03
		色品坐标		x,y:(0.1～1)	U=0.003		2026-08-03
		总光通量		(90～3000)lm	U_{rel}=2.2%		2026-08-03
6	*白度计	白度	白度计检定规程 JJG512	0～100，R457	U=2.1		2026-08-03
7	*测色色差计	色度	测色色差计检定规程 JJG595	Y:(0.01～100)	U=2.4		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				x，y：0～1	U=0.010		2026-08-03
8	*光谱测色仪	波长	光谱测色仪检定规程 JJG867	(380～780)nm	U=0.9nm		2026-08-03
		透射比		15%～75%	U=0.6%		2026-08-03
		色度		Y:(20～95)	U=1.5		2026-08-03
9	*反射率测定仪	反射率	反射率测定仪校准规范 JJF1232	0～100	U=2.0		2026-08-03
10	*医用激光源	功率	医用激光源检定规程 JJG581	0.1mW～200W，(190nm～10.6μm)	U_{rel}=4.6%		2026-08-03
		能量		0.1mJ～45J，(190nm～10.6μm)	U_{rel}=5.2%		2026-08-03
11	紫外辐射照度计	紫外辐照度	紫外辐射照度计检定规程 JJG879	UV-365:(0.2～5.000)mW/cm^2	U_{rel}=14%		2026-08-03
				UVB：(0.05～1.000)mW/cm^2	U_{rel}=14%		2026-08-03
				UV-254:(0.05～1.000)mW/cm^2	U_{rel}=14%		2026-08-03
12	色温表	色温	色温表校准规范 JJF2100	(2000～4000)K	U=40K		2026-08-03
				(4001～7500)K	U=1.2×10^{2}K		2026-08-03
		显色指数		99～100	U=0.4		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		色品坐标		x,y:(0～1)	U=0.008		2026-08-03
13	*紫外分析仪	紫外辐照度	紫外分析仪校准规范 JJF 1936	30μW/cm²～1200μW/cm²,(250nm～380nm)	U_{rel}=15%		2026-08-03
		波长		(250～380)nm	U=1.9nm		2026-08-03
14	紫外曝辐射量表	曝辐射量	紫外曝辐射量表校准规范 JJF2130	(0.01～10)J/cm²	U_{rel}=9%		2026-08-03
15	*通信用光功率计	光功率	通信用光功率计检定规程 JJG965	-50dBm～0dBm,(1310nm、1550nm)	U=0.22dB		2026-08-03
16	*通信用可调谐激光源	光输出功率	通信用可调谐激光源校准规范 JJF1198	-50dBm～0dBm,(1310nm、1550nm)	U=0.22dB		2026-08-03
		光波长		1310nm、1550nm	U_{rel}=4×10⁻⁶		2026-08-03
17	*通信用光衰减器	光衰减	通信用光衰减器校准规范 JJF1199	0dB～60dB ,(1310nm、1550nm)	U=0.08dB		2026-08-03
18	*通信用光回波损耗仪	回波损耗	通信用光回波损耗仪校准规范 JJF1325	25dB、35dB,(1310nm,1550nm)	U=0.5 dB		2026-08-03
				45dB、53dB,(1310nm,1550nm)	U=1.0dB		2026-08-03
19	*阿贝折射仪	折射率	阿贝折射仪检定规程 JJG625	1.300～1.700	U=5×10⁻⁵		2026-08-03
		平均色散		0.001～0.030	U=7×10⁻⁵		2026-08-03
20	*漫透射视觉密度计	透射密度	漫透射视觉密度计检定规程 JJG920	0.00～5.00	U=0.04		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
21	*镜向光泽度计	镜像光泽度	镜向光泽度计和光泽度板检定规程 JJG696	(0.1～120)GU	U=1.5GU		2026-08-03
22	*雾度计	雾度	雾度计校准规范 JJF1303	0～35	U=0.50		2026-08-03
		透射比		0.5～1	U=0.015		2026-08-03
23	*反射式光密度计	反射光密度	反射式光密度计校准规范 JJF1492	0.10～1.99	U=0.05		2026-08-03
24	*纺织品防紫外线测试仪	波长	纺织品防紫外线测试仪校准规范 JJF(纺织)081	(280～400)nm	U=0.6nm		2026-08-03
		透射比		5%～35%	U=0.8%		2026-08-03
九.化学测量仪器							
1	*紫外可见分光光度计	波长	紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 JJG 178	(240～900)nm	U=0.5 nm		2026-08-03
		透射比		10%、20%、30%	U_{rel}=0.6%		2026-08-03
2	*傅立叶变换红外光谱仪	波数	傅立叶变换红外光谱仪校准规范 JJF 1319	(4000～2000)cm^{-1}	U=0.4cm^{-1}		2026-08-03
				(2000～400)cm^{-1}	U=0.3cm^{-1}		2026-08-03
3	*原子吸收分光光度计	检出限	原子吸收分光光度计检定规程 JJG 694	火焰法(Cu)：≤0.020 μg/mL	U=0.007 μg/mL		2026-08-03
				石墨炉法(Cd)：≤4.0pg	U=0.3pg		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
4	*荧光分光光度计	检出极限	荧光分光光度计检定规程 JJG 537	A 类：≤5×10^{-10}g/mL	U=2.9×10^{-10}g/mL		2026-08-03
				B 类：≤1×10^{-8}g/mL	U=6×10^{-9}g/mL		2026-08-03
5	*原子荧光光度计	检出限	原子荧光光度计检定规程 JJG 939	As、Sb≤0.4ng	U=0.1ng		2026-08-03
6	*能量色散 X 射线荧光光谱仪	含量	能量色散 X 射线荧光光谱仪校准规范 JJF2024	Cd：(8.7～107)mg/kg	U_{rel}=13%		2026-08-03
				Cr：(94～1122)mg/kg	U_{rel}=11%		2026-08-03
				Hg：(85～1096)mg/kg	U_{rel}=11%		2026-08-03
				Pb：(93.1～1122)mg/kg	U_{rel}=11%		2026-08-03
7	*发射光谱仪	检出限	发射光谱仪检定规程 JJG 768	电感耦合等离子体发射光谱仪 Zn：≤0.01mg/L	U_{rel}=48%		2026-08-03
				电感耦合等离子体发射光谱仪 Ni：≤0.03mg/L	U_{rel}=48%		2026-08-03
				电感耦合等离子体发射光谱仪 Mn：≤0.005mg/L	U_{rel}=48%		2026-08-03
				电感耦合等离子体发射光谱仪 Cr：≤0.02mg/L	U_{rel}=48%		2026-08-03
				电感耦合等离子体发射光谱仪 Cu：≤0.02mg/L	U_{rel}=48%		2026-08-03
				电感耦合等离子体发射光谱仪 Ba：≤0.005mg/L	U_{rel}=48%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				直读光谱仪 C：≤0.02%	U_{rel}=48%		2026-08-03
				直读光谱仪 Si：≤0.02%	U_{rel}=48%		2026-08-03
				直读光谱仪 Mn：≤0.02%	U_{rel}=48%		2026-08-03
				直读光谱仪 Cr：≤0.01%	U_{rel}=48%		2026-08-03
				直读光谱仪 Ni：≤0.02%	U_{rel}=48%		2026-08-03
				直读光谱仪 V：≤0.01%	U_{rel}=48%		2026-08-03
8	*火焰光度计	检测限	火焰光度计检定规程 JJG 630	Na：≤0.008mmol/L	U_{rel}=48%		2026-08-03
				K: ≤0.004 mmol/L	U_{rel}=48%		2026-08-03
9	*旋光仪及旋光糖量计	旋光度	旋光仪及旋光糖量计检定规程 JJG 536	-75° ～75°	U=0.007°		2026-08-03
		糖度		-20° Z～105° Z	U=0.02° Z		2026-08-03
10	*手持糖量（含量）计及手持折射仪	糖含量	手持糖量（含量）计及手持折射仪检定规程 JJG 820	(0.1～80)%	U=0.5%		2026-08-03
		折射率		(1.3330～1.4907)	U=3×10^{-4}～4×10^{-4}		2026-08-03
11	*测汞仪	检出限	测汞仪检定规程 JJG 548	吸收类：≤1.0ng	U=0.4ng		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				荧光类：≤ 0.1ng	U=0.04ng		2026-08-03
12	*农药残留检测仪	透射比	农药残留检测仪校准规范 JJF 1729	10%、20%、30%	U=0.7%		2026-08-03
		波长		(350～450)nm	U=2nm		2026-08-03
		灵敏度		(50～100)%	U_{rel}=6%		2026-08-03
13	*紫外荧光测硫仪	含量	紫外荧光测硫仪校准规范 JJF1685	(1～10)mg/L	U=0.18mg/L		2026-08-03
				(10～100)mg/L	U_{rel}=3%		2026-08-03
				(100～300)mg/L	U_{rel}=2%		2026-08-03
14	*微量分光光度计	浓度	微量分光光度计校准规范 JJF1836	(10～2000)ng/μL	U_{rel}=8%		2026-08-03
15	*抗生素效价测定仪	直径	抗生素效价测定仪校准规范 JJF1614	管碟法：(15～22)mm	U=0.03mm		2026-08-03
		吸光度		浊度法：(0.3～1.1)	U=0.016		2026-08-03
		温度		浊度法：(20～40)℃	U=0.3℃		2026-08-03
16	*分光光度法流动分析仪	检出限	分光光度法流动分析仪校准规范 JJF1568	氰化物：≤0.002 mg/L	U=0.0006mg/L		2026-08-03
				六价铬：≤0.004 mg/L	U=0.0005mg/L		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				硫化物：≤0.005 mg/L	U=0.002mg/L		2026-08-03
				总磷：≤0.01 mg/L	U=0.002mg/L		2026-08-03
				总氮：≤0.04 mg/L	U=0.005mg/L		2026-08-03
				氨氮：≤0.04 mg/L	U=0.0088mg/L		2026-08-03
				阴离子表面活性剂:≤0.05 mg/L	U=0.01mg/L		2026-08-03
				挥发酚:≤0.002 mg/L	U=0.0001mg/L		2026-08-03
17	*气相色谱仪	灵敏度	气相色谱仪检定规程 JJG 700	TCD:≥800mV.mL/mg	U_{rel}=5%		2026-08-03
		检测限		FID:≤5×10^{-10}g/s	U_{rel}=11%		2026-08-03
				FPD:≤5×10^{-10}g/s(硫)	U_{rel}=11%		2026-08-03
				FPD:≤1×10^{-10}g/s(磷)	U_{rel}=11%		2026-08-03
				ECD:≤5×10^{-12}g/mL	U_{rel}=11%		2026-08-03
				NPD:≤5pg/s(氮)	U_{rel}=11%		2026-08-03
				NPD:≤10pg/s(磷)	U_{rel}=11%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
18	*液相色谱仪	最小检测浓度	液相色谱仪检定规程 JJG 705	紫外-可见光检测器/二极管阵列检测器(萘)：≤5×10^{-8}g/mL	U_{rel}=5%		2026-08-03
				荧光检测器(萘)：≤5×10^{-9}g/mL	U_{rel}=5%		2026-08-03
				示差折光率检测器(胆固醇)：≤5×10^{-6}g/mL	U_{rel}=5%		2026-08-03
				蒸发光散射检测器(胆固醇)：≤5×10^{-6}g/mL	U_{rel}=6%		2026-08-03
19	*离子色谱仪	最小检测浓度	离子色谱仪检定规程 JJG 823	电导/紫外可见/电化学检测器：≤0.02μg/mL	U_{rel}=5%		2026-08-03
		波长		紫外可见检测器：(235～350)nm	U=1nm		2026-08-03
20	*凝胶色谱仪	分子量	凝胶色谱仪检定规程 JJG 342	有机流动相：4.63×10^4g/mol～6.35×10^5g/mol	U_{rel}=2.3%		2026-08-03
				水流动相：3.62×10^3g/mol～4.96×10^5g/mol	U_{rel}=9.3%		2026-08-03
21	*毛细管电泳仪	检测限	毛细管电泳仪检定规程 JJG964	≤1×10^{-6} g/mL(维生素B6)	U_{rel}=2.0%		2026-08-03
		电压		(0.1～30)kV	U_{rel}=1.0%		2026-08-03
		电流		(20～300)μA	U_{rel}=0.2%		2026-08-03
22	*平板电泳仪	电压	平板电泳仪校准规范 JJF1654	(0.1～1000)V	U_{rel}=0.03%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		电流		0.1mA～3.0A	U_{rel}=0.2%		2026-08-03
23	*薄层色谱扫描仪	浓度	薄层色谱扫描仪校准规范 JJF 1712	(0.01～0.04)mg/mL	U=0.002mg/mL		2026-08-03
24	*液相色谱-原子荧光联用仪	最小检测量	液相色谱-原子荧光联用仪检定规程 JJG1151	五价砷:＜1.0ng	U_{rel}=11%		2026-08-03
				一甲基砷:＜0.7ng	U_{rel}=11%		2026-08-03
				二甲基砷:＜0.7ng	U_{rel}=11%		2026-08-03
25	*四极杆电感耦合等离子体质谱仪	检出限	四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范 JJF1159	Be:≤30 ng/L	U=1.0ng/L		2026-08-03
				In:≤10 ng/L	U=1.0ng/L		2026-08-03
				Bi:≤10 ng/L	U=1.0ng/L		2026-08-03
26	*气相色谱-质谱联用仪	信噪比	气相色谱-质谱联用仪校准规范 JJF1164	离子肼(EI^+、CI^+、CI^-)：≥10:1	U_{rel}=15%		2026-08-03
				单四级杆(EI^+、CI^+、CI^-)：≥10:1	U_{rel}=15%		2026-08-03
				三重四级杆(EI^+、CI^+)：≥10:1	U_{rel}=15%		2026-08-03
				飞行时间(EI^+)：≥50:1	U_{rel}=15%		2026-08-03
				静电场轨道阱(EI^+)：≥50:1	U_{rel}=15%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
27	*液相色谱-质谱联用仪	信噪比	液相色谱-质谱联用仪校准规范 JJF1317	三重四极杆（ESI+:≥30:1,ESI-:≥10:1,APCI+:≥30:1）	U_{rel}=12%		2026-08-03
				单四极杆、离子阱（ESI+、ESI-、APCI+:≥10:1）	U_{rel}=12%		2026-08-03
28	*水中油分浓度分析仪	浓度	水中油份浓度分析仪检定规程 JJG 950	(0.1～10)mg/L	U=0.4mg/L		2026-08-03
				(10～100)mg/L	U_{rel}=3.5%		2026-08-03
29	*浊度计	浊度	浊度计检定规程 JJG 880	(1～400)NTU	U_{rel}=4%		2026-08-03
30	溶解氧测定仪	浓度	溶解氧测定仪检定规程 JJG 291	(5～12)mg/L	U=0.2 mg/L		2026-08-03
31	*压差法生化需氧量测定仪	生物化学需氧量	压差法生化需氧量测定仪校准规范 JJF2278	(0.1～1000)mg/L	U_{rel}=8%		2026-08-03
32	*化学需氧量(COD)在线自动监测仪	浓度	化学需氧量(COD)在线自动监测仪检定规程 JJG 1012	(16～1000)mg/L	U_{rel}=3%		2026-08-03
33	*化学需氧量(COD)测定仪	浓度	化学需氧量(COD)测定仪检定规程 JJG 975	(0.1～1000)mg/L	U_{rel}=3%		2026-08-03
34	*总有机碳分析仪	浓度	总有机碳分析仪检定规程 JJG 821	有机碳：(0.01～1000)mg/L	U_{rel}=3%		2026-08-03
				无机碳:(0.01～1000)mg/L	U_{rel}=3%		2026-08-03
35	*硝酸盐氮自动监测仪	浓度	硝酸盐氮自动监测仪检定规程 JJG656	(1～100)mg/L	U_{rel}=2.2%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
36	*氨氮自动监测仪	浓度	氨氮自动监测仪检定规程 JJG631	(0.1～2)mg/L	U=0.05mg/L		2026-08-03
				(2～100)mg/L	U_{rel}=2.2%		2026-08-03
37	*重金属水质在线分析仪	浓度	重金属水质在线分析仪校准规范 JJF1565	Pb:(0.01～100)mg/L	U_{rel}=2.8%		2026-08-03
				Cd:(0.01～100)mg/L	U_{rel}=2.5%		2026-08-03
				Hg:(0.01～100)mg/L	U_{rel}=2.5%		2026-08-03
				As:(0.01～100)mg/L	U_{rel}=2.5%		2026-08-03
				Cr^{6+}:(0.01～100)mg/L	U_{rel}=2.5%		2026-08-03
				Cr:(0.1～100)mg/L	U_{rel}=2.5%		2026-08-03
				Cu:(0.01～100)mg/L	U_{rel}=2.5%		2026-08-03
				Zn:(0.01～100)mg/L	U_{rel}=2.5%		2026-08-03
				Ni:(0.01～100)mg/L	U_{rel}=2.5%		2026-08-03
				Fe:(0.01～100)mg/L	U_{rel}=2.5%		2026-08-03
				Mn:(0.01～100)mg/L	U_{rel}=2.5%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
38	*硅酸根分析仪	浓度	硅酸根分析仪校准规范 JJF 1539	(0.1～100) μg/L	U=2.3 μg/L		2026-08-03
				(100～2000) μg/L	U_{rel}=3%		2026-08-03
39	*磷酸根分析仪	浓度	磷酸根分析仪校准规范 JJF 1567	(0.01～200)mg/L	U_{rel}=1.2%		2026-08-03
40	*余氯测定仪	浓度	余氯测定仪校准规范 JJF 1609	总余氯和游离余氯:(0.01～50)mg/L	U_{rel}=3.4%		2026-08-03
41	*总磷总氮水质在线分析仪	浓度	总磷总氮水质在线分析仪检定规程 JJG1094	总磷:(0.1～0.5)mg/L	U=0.02mg/L		2026-08-03
				总磷:(0.5～500)mg/L	U_{rel}=2.5%		2026-08-03
				总氮:(0.1～2)mg/L	U=0.06mg/L		2026-08-03
				总氮:(2～1000)mg/L	U_{rel}=2.5%		2026-08-03
42	*水质色度仪	色度	水质色度仪校准规范 JJF1689	(5～40)度	U=6 度		2026-08-03
				(40～70)度	U=7 度		2026-08-03
43	*麦氏细菌浊度分析仪	细菌浊度	麦氏细菌浊度分析仪校准规范 JJF1825	(0.5～4.0)MCF	U=(0.08～0.25)MCF		2026-08-03
44	*水质硬度计	浓度	水质硬度计校准规范 JJF 1949	以 $CaCO_3$ 计：(0.1～4500)mg/L	U_{rel}=2.5%		2026-08-03
45	*氧化还原电位(ORP)测定仪	电位	氧化还原电位(ORP)测定仪校准规范 JJF(辽)474	电位：(-2000～2000)mV	U=0.1mV		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				仪器：(30～240) mV	U_{rel}=0.3%		2026-08-03
46	电容法和电阻法谷物水分测定仪	含水量	电容法和电阻法谷物水分测定仪检定规程 JJG 891	(8～20)%	U=0.1%		2026-08-03
47	*烘干法水分测定仪	质量	烘干法水分测定仪检定规程 JJG 658	(1～500)mg	U=0.1mg		2026-08-03
				(0.5～200)g	U=0.1g		2026-08-03
				(200～500)g	U=1g		2026-08-03
		含水量		模拟：95%	U=0.09%		2026-08-03
				数显：95%	U=0.05%		2026-08-03
48	木材含水率测量仪	含水率	木材含水率测量仪检定规程 JJG 986	(6～28)%	U=2%		2026-08-03
49	*卡尔•费休库仑法微量水分测定仪	水分	卡尔•费休库仑法微量水分测定仪检定规程 JJG 1044	(10～5000) μg	U_{rel}=8%		2026-08-03
50	*卡尔·费休容量法水分测定仪	水分	卡尔·费休容量法水分测定仪检定规程 JJG1154	(1～20)mg	U_{rel}=3%		2026-08-03
51	工作毛细管黏度计	黏度	工作毛细管黏度计检定规程 JJG 155	(2～1×10³) mm²/s	U_{rel}=0.5%	不使用直接比较法	2026-08-03
				(1×10³～1.2×10⁵) mm²/s	U_{rel}=0.8%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
52	流出杯式黏度计	黏度	流出杯式黏度计检定规程 JJG 743	(2～684) mm^2/s	U_{rel}=3%		2026-08-03
53	旋转黏度计	黏度	旋转黏度计检定规程 JJG 1002	(1～1.2×10^5) mPa·s	U_{rel}=3%		2026-08-03
54	*运动黏度测定器	黏度	运动黏度测定器校准规范 JJF 1274	(2～30000) mm^2/s	U_{rel}=2%		2026-08-03
		测量球常数		(0.001～30) $mm^2 \cdot s^{-2}$	U=0.00050$mm^2 \cdot s^{-2}$		2026-08-03
		温度		(20～100)℃	U=0.01℃		2026-08-03
55	*血液黏度计	黏度	血液黏度计校准规范 JJF1316	(1～20)mPa•s	U_{rel}=4%		2026-08-03
56	恩氏粘度计	时间	恩氏粘度计检定规程 JJG 742	（50～52)s	U=0.1s		2026-08-03
57	*熔体流动速率仪	熔体流动速率	熔体流动速率仪检定规程 JJG 878	MFR:(1～8)g/10min	U_{rel}=5.6%		2026-08-03
				MVR:(2～14)cm^3/10min	U_{rel}=6.0%		2026-08-03
		温度		(125～400)℃	U=0.2℃		2026-08-03
		质量		(0.1～6000)g	U=0.2g		2026-08-03
58	*实验室 pH(酸度)计	酸度	实验室 pH（酸度）计检定规程 JJG 119	电计：0～14	U=0.01		2026-08-03
				仪器：4～10	U=0.02		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		电压		(-2000～2000)mV	U=0.2 mV		2026-08-03
59	*在线 pH 计	酸度	在线 pH 计校准规范 JJF 1547	电计：0～14	U=0.02		2026-08-03
				仪器：4～10	U=0.03		2026-08-03
		电压		(-2000～2000)mV	U=0.7 mV		2026-08-03
60	*实验室离子计	电位	实验室离子计检定规程 JJG 757	(-1999～+1999)mV	U=0.2 mV		2026-08-03
		pX		电计：0.001～14.000	U=0.002		2026-08-03
				仪器：2～4	U=0.02		2026-08-03
61	*自动电位滴定仪	电位	自动电位滴定仪检定规程 JJG 814	(-1000～1000)mV	U=0.4 mV		2026-08-03
		容量		(0.1～100)mL	U=(0.004～0.032)mL		2026-08-03
		浓度		0.1mol/L	U_{rel}=0.3%		2026-08-03
62	*电导率仪	电导率	电导率仪检定规程 JJG 376	电计：(0.05～2×10^5)μS/cm	U_{rel}=0.3%		2026-08-03
				仪器：(100～1×10^5)μS/cm	U_{rel}=0.5%		2026-08-03
63	*纯水/超纯水系统监测仪表（电导率）	电导率	纯水/超纯水系统监测仪表(电导率)计量校准规范 JJF(湘) 09	比对校准法:(0.05～200)μS/cm	U_{rel}=1.6%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				常规校准法:(1.00～200)μS/cm	U_{rel}=1.6%		2026-08-03
64	*电极式盐度计	盐度	电极式盐度计检定规程 JJG 761	5～40	U=0.004	只做0.01级	2026-08-03
65	*永停滴定仪	极化电压	永停滴定仪检定规程 JJG(粤) 017	(5～1000)mV	U_{rel}=0.05%		2026-08-03
		极化电流		(20～100)μA	U_{rel}=0.5%		2026-08-03
66	*微量氧分析仪	浓度	微量氧分析仪检定规程 JJG 945	(10～1000)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=3%		2026-08-03
67	*氧化锆氧分析器	浓度	氧化锆氧分析器检定规程 JJG 535	(1～100)%	U_{rel}=3%		2026-08-03
68	*电化学氧测定仪	浓度	电化学氧测定仪检定规程 JJG 365	(1～100)%	U_{rel}=2%		2026-08-03
69	*臭氧气体分析仪	浓度	臭氧气体分析仪检定规程 JJG1077	(0.1～1)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=3%		2026-08-03
				(1～400)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=4%		2026-08-03
70	*挥发性有机化合物光离子化检测仪	浓度	挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范 JJF1172	(1～1000)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=2.4%		2026-08-03
71	*一氧化碳、二氧化碳红外气体分析仪	浓度	一氧化碳、二氧化碳红外气体分析仪检定规程 JJG 635	CO: (1～200)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=3%		2026-08-03
				CO_2: (0.1～25)×10^{-2}mol/mol	U_{rel}=3%		2026-08-03
72	*矿用二氧化碳气体检测报警器	浓度	矿用二氧化碳气体检测报警器校准规范 JJF2114	(0.10～5.00)×10^{-2}mol/mol	U=0.08%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
73	*一氧化碳检测报警器	浓度	一氧化碳检测报警器检定规程 JJG 915	(1～1000)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=4%		2026-08-03
74	*矿用一氧化碳检测报警器	浓度	矿用一氧化碳检测报警器检定规程 JJG 1093	(20～2000)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=3.0%		2026-08-03
75	*煤矿用高低浓度甲烷传感器	浓度	煤矿用高低浓度甲烷传感器检定规程 JJG 1133	(0.1～85)×10^{-2}mol/mol	U_{rel}=2.4%		2026-08-03
76	*煤矿用非色散红外甲烷传感器	浓度	煤矿用非色散红外甲烷传感器检定规程 JJG 1138	(0.5～85)×10^{-2}mol/mol	U_{rel}=2.4%		2026-08-03
77	*可燃气体检测报警器	浓度	可燃气体检测报警器检定规程 JJG 693	1%LEL～65%LEL	U_{rel}=3%		2026-08-03
78	*矿用氧气检测报警器	浓度	矿用氧气检测报警器检定规程 JJG 1087	(0.1～25)×10^{-2}mol/mol	U_{rel}=1.2%		2026-08-03
79	*光干涉式甲烷测定器	浓度	光干涉式甲烷测定器检定规程 JJG 677	(0.1～100)×10^{-2}mol/mol	U_{rel}=2.0%		2026-08-03
80	*催化燃烧式甲烷测定器	浓度	催化燃烧式甲烷测定器检定规程 JJG 678	(0.2～3.3)×10^{-2}mol/mol	U_{rel}=3.0%		2026-08-03
81	*二氧化硫气体检测仪	浓度	二氧化硫气体检测仪检定规程 JJG 551	(10～850)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=3%		2026-08-03
82	*氨气检测仪	浓度	氨气检测仪检定规程 JJG 1105	(10～1000)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=4%		2026-08-03
83	*硫化氢气体检测仪	浓度	硫化氢气体检测仪检定规程 JJG 695	(1～165)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=3%		2026-08-03
84	*矿用硫化氢气体检测仪	浓度	矿用硫化氢气体检测仪检定规程 JJG 1161	(10～165)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=3.0%		2026-08-03
85	*六氟化硫检测报警仪	浓度	六氟化硫检测报警仪校准规范 JJF 1263	(10～810) μmol/mol	U_{rel}=3%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
86	*氯化氢检测报警仪	浓度	氯化氢气体检测报警器校准规范 JJF1888	(10～85)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=3.8%		2026-08-03
87	*烟气分析仪	浓度	烟气分析仪检定规程 JJG 968	SO_2: (0.1～850)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=3.0%		2026-08-03
				NO: (0.1～810)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=3.0%		2026-08-03
				CO: (0.1～1000)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=3.0%		2026-08-03
				O_2: (0.1～25)×10^{-2}mol/mol	U_{rel}=2.0%		2026-08-03
				NO_2: (0.1～850)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=3.5%		2026-08-03
88	*粉尘采样器	流量	粉尘采样器检定规程 JJG 520	(0.1～60)L/min	U_{rel}=2%		2026-08-03
		时间		(0.1～300)s	U=0.2 s		2026-08-03
89	*烟尘采样器	流量	烟尘采样器检定规程 JJG 680	(0.1～80)L/min	U_{rel}=1.2%		2026-08-03
		时间		(0.1～600)s	U=0.2 s		2026-08-03
90	*大气采样器	流量	大气采样器检定规程 JJG 956	(100～6000)mL/min	U_{rel}=2%		2026-08-03
		时间		(0.1～3600)s	U=0.2 s		2026-08-03
91	*总悬浮颗粒物采样器	流量	总悬浮颗粒物采样器检定规程 JJG 943	(0.01～1.2)m^3/min	U_{rel}=2%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		时间		(0～1200)s	U=0.2 s		2026-08-03
92	尘埃粒子计数器	浓度	尘埃粒子计数器校准规范 JJF1190	(1000～100000)个/28.3升	U_{rel}=14%		2026-08-03
93	*液体颗粒计数器	颗粒计数	液体颗粒计数器检定规程 JJG 1061	水介质:(400～2500)粒/毫升	U_{rel}=8%		2026-08-03
				油介质:(400～2500)粒/毫升	U_{rel}=12%		2026-08-03
		粒径		(1～120) μm	U_{rel}=4%		2026-08-03
94	*激光粒度分析仪	粒径	激光粒度分析仪校准规范 JJF 1211	(1～100)μm	U_{rel}=6%		2026-08-03
95	*微粒检测仪	微粒计数	微粒检测仪校准规范 JJF 1290	(500～3000)个/毫升	U_{rel}=5%		2026-08-03
96	*氯气检测报警仪	浓度	氯气检测报警仪校准规范 JJF 1433	(1～850)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=3%		2026-08-03
97	*苯气体检测报警器	浓度	苯气体检测报警器校准规范 JJF 1674	(1～85)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=3.0%		2026-08-03
98	*氯乙烯气体检测报警仪	浓度	氯乙烯气体检测报警仪检定规程 JJG 1125	(1～85)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=3.0%		2026-08-03
99	*烟气采样器	流量	烟气采样器检定规程 JJG 1169	(0.1～2.0)L/min	U_{rel}=1.6%		2026-08-03
		时间		(1～1200)s	U=0.4 s		2026-08-03
		温度		(10～50)℃	U=0.2℃		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
100	*气体透过量测定仪	透过量	气体透过量测定仪校准规范 JJF(黔) 42	(4～12)$cm^3/(m^2 \cdot 24h \cdot 0.1MPa)$	U=2.5$cm^3/(m^2 \cdot 24h \cdot 0.1MPa)$		2026-08-03
101	*氧气透过率试验仪	透过率	氧气透过率试验仪校准规范 JJF(豫) 248	(10～65)$cm^3/(m^2 \cdot 24h)$	U_{rel}=7.9%		2026-08-03
102	*聚合酶链反应分析仪	温度	聚合酶链反应分析仪校准规范 JJF 1527	(20～120)℃	U=0.3℃		2026-08-03
		浓度		(1×10^1～1.5×10^7)copies/μL	U_{rel}=10%		2026-08-03
103	*细菌内毒素分析仪	温度	细菌内毒素分析仪校准规范 JJF 1529	(20～50)℃	U=0.3℃		2026-08-03
104	*菌落计数器	菌落计数	菌落计数器校准规范 JJF 1751	(30～300)CFU	U_{rel}=2.8%		2026-08-03
		色温		(2000～9000)K	U=1.7×10^2K		2026-08-03
105	*药物溶出试验仪	转速	药物溶出试验仪校准规范 JJF(皖) 24	(50～150)r/min	U=1 r/min		2026-08-03
		温度		37℃	U=0.3℃		2026-08-03
		时间		(1～1800)s	U=1.2 s		2026-08-03
106	*氧弹热量计	热值	氧弹热量计检定规程 JJG 672	(26000～27000)J/g	U=30 J/g		2026-08-03
107	*示差扫描量热仪	热量	示差扫描热量计检定规程 JJG 936	(25～110)J/g	U_{rel}=3%		2026-08-03
		温度		(150～425)℃	U=0.5℃		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
108	*熔点测量仪	温度	熔点测定仪检定规程 JJG 701	(50～300)℃	U=0.5℃		2026-08-03
109	*开口/闭口闪点测定仪	温度	开口/闭口闪点测定仪校准规范 JJF 1384	闭口：(70～180)℃	U=5.4℃		2026-08-03
				开口：(110～230)℃	U=9.0℃		2026-08-03
110	*热重分析仪	温度	热重分析仪检定规程 JJG 1135	(150～780)℃	U=2.0℃		2026-08-03
		质量		(1～20)mg	U=0.02 mg		2026-08-03
111	*渗透压摩尔浓度测定仪	浓度	渗透压摩尔浓度测定仪检定规程 JJG 1089	(100～700)mOsmol/kg	U_{rel}=3%		2026-08-03
112	*生乳冰点仪	冰点	生乳冰点仪校准规范 JJF 1816	(-400 ～ -600)m℃	U=1.0 m℃		2026-08-03
113	*定碳定硫分析仪	浓度	定碳定硫分析仪检定规程 JJG 395	C：0.005%～0.010%	U_{rel}=7%		2026-08-03
				C：0.010%～0.100%	U_{rel}=7%		2026-08-03
				C：0.100%～1.000%	U_{rel}=7%		2026-08-03
				C：1.00%～4.00%	U_{rel}=7%		2026-08-03
				S：0.003%～0.010%	U_{rel}=6%		2026-08-03
				S：0.010%～0.100%	U_{rel}=6%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				S：0.100%～0.200%	U_{rel}=6%		2026-08-03
114	*煤中全硫测定仪	浓度	煤中全硫测定仪检定规程 JJG 1006	S：0.2%～4.5%	U_{rel}=0.3%		2026-08-03
115	*氧、氮、氢测定仪	浓度	元素分析仪校准规范 JJF 1321	O：0.002%～0.005%	U_{rel}=8%		2026-08-03
				N：0.02%～0.06%	U_{rel}=5%		2026-08-03
				H：0.0020%	U_{rel}=18%		2026-08-03
116	*碳、氢、氮元素分析仪	浓度	元素分析仪校准规范 JJF 1321	C：55%～80%	U_{rel}=2.0%		2026-08-03
				H：2.00%～5.00%	U_{rel}=4.0%		2026-08-03
				N：0.50%～1.50%	U_{rel}=6.0%		2026-08-03
117	*凯氏定氮仪	浓度	元素分析仪校准规范 JJF 1321	18%～50%	U_{rel}=1.4%		2026-08-03
118	*氨基酸分析仪	检测限	氨基酸分析仪检定规程 JJG 1064	≤1 nmol	U_{rel}=8.4%		2026-08-03
119	*多元素高速分析仪	浓度	多元素高速分析仪检定规程 JJG(苏) 92	Si：(0.1～1.6) μg/mL	U_{rel}=3%		2026-08-03
				Mn：(0.1～20) μg/mL	U_{rel}=3%		2026-08-03
				P：(0.01～0.24) μg/mL	U_{rel}=3%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
120	*工业分析仪	灰分	工业分析仪检定规程 JJG 1140	1%～30%	U=0.5%		2026-08-03
		挥发分		1%～35%	U=0.7%		2026-08-03
		温度		(100～150)℃	U=1.0℃		2026-08-03
				(850～950)℃	U=3.0℃		2026-08-03
		质量		0.5mg～1g	U=0.2mg		2026-08-03
121	*医用元素分析仪	浓度	医用元素分析仪校准规范 JJF(冀) 126	Cd：(0.3～0.9) μg/L	U_{rel}=7.0%		2026-08-03
				Pb：(10～30) μg/L	U_{rel}=15%		2026-08-03
				Cu：(0.05～0.15) μg/mL	U_{rel}=1.5%		2026-08-03
122	*氧指数仪	氧浓度	氧指数仪检定规程 JJG(军工)16	(20～50)×10^{-2}mol/mol	U=1.5%	只测含有氧分析器的氧指数仪	2026-08-03
		氧指数		15%～50%	U_{rel}=3%~5%		2026-08-03
123	*氟化氢气体检测报警器	浓度	氟化氢气体检测报警器校准规范 JJF(石化) 047	(0.1～10) μmol/mol	U=0.4 μmol/mol		2026-08-03
124	*氰化氢气体检测报警仪	浓度	氰化氢气体检测报警仪校准规范 JJF(新) 54	(0.1～10) μmol/mol	U_{rel}=4%		2026-08-03
125	*空气浮游菌采样器	流量	空气浮游菌采样器校准规范 JJF(冀)164	(20～120)L/min	U_{rel}=1.5%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		时间		(0.1～300)s	U=0.3s		2026-08-03
126	*波长色散X射线荧光光谱仪	计数率	波长色散X射线荧光光谱仪校准规范 JJF2251	0.1%～100%	U_{rel}=3.0%		2026-08-03
		灵敏度		Si:≥0.01kCPS×(mg/g)$^{-1}$×mA^{-1};P:≥0.01kCPS×(mg/g)$^{-1}$×mA^{-1};Ni:≥0.01kCPS×(mg/g)$^{-1}$×mA^{-1}	U_{rel}=9.0%		2026-08-03
127	*数字聚合酶链反应分析仪	温度	数字聚合酶链反应分析仪校准规范 JJF2055	(20～100)℃	U=0.3℃		2026-08-03
		浓度		(1～2)×10^{4}copies/μL	U_{rel}=12%		2026-08-03
128	*便携式挥发性有机物泄露检测仪（氢火焰离子法）	浓度	便携式挥发性有机物泄露检测仪（氢火焰离子法）校准规范 JJF(石化)033	(150～35000)μmol/mol	U_{rel}=1.5%		2026-08-03
129	*物理吸附仪	比表面积	物理吸附仪校准规范 JJF2135	(0.1～500)m^2/g	U_{rel}=5%		2026-08-03
		总孔容		(0.1～2)cm^3/g	U=0.03cm^3/g		2026-08-03
		孔径		平均孔径:(0.1～100)nm	U=0.34nm		2026-08-03
				最可几孔径:(4～8)nm	U=0.24nm		2026-08-03
130	*总溶解固体（TDS）测定仪	浓度	总溶解固体（TDS）测定仪校准规范 JJF(津)142	(0.1～1000)mg/L	U=1.5%FS		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		温度		(1～50)℃	U=0.30℃		2026-08-03
131	*食品快速综合分析仪	透射比	食品快速综合分析仪校准规范 JJF(浙)1190	(0.1～50)%	U=0.5%		2026-08-03
		抑制率		(50～100)%	U_{rel}=5.2%		2026-08-03
132	*食品添加剂快速检测仪	透射比	食品添加剂快速检测仪校准规范 JJF(冀)162	(0.1～50)%	U=0.6%		2026-08-03
		波长		(200～800)nm	U=0.6nm		2026-08-03
133	*酸值测定仪	酸值	酸值测定仪校准规范 JJF(冀)3030	(0.05～0.1)mg/g	U=0.02mg/g		2026-08-03
				(0.1～3.00)mg/g	U_{rel}=6.0%		2026-08-03
134	*紫外分光光度法测油仪	浓度	紫外分光光度法测油仪校准规范 JJF(冀)202	(0.1～1000)mg/L	U_{rel}=3.0%		2026-08-03
		波长		(200～300)nm	U=0.5nm		2026-08-03
135	*氨氮测定仪	浓度	氨氮测定仪校准规范 JJF2289	(0.1～2.0)mg/L	U=0.26mg/L		2026-08-03
				(2.0～1000)mg/L	U_{rel}=2.6%		2026-08-03
136	*X 射线荧光测硫仪	浓度	X 射线荧光测硫仪校准规范 JJF1952	(1～500)mg/kg	U_{rel}=2.4%		2026-08-03
				(0.05～5)%	U_{rel}=2.4%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
137	*气相分子吸收光谱仪	检出限	气相分子吸收光谱仪校准规范 JJF(赣)028	氨氮：≤0.02mg/L	U=0.003mg/L		2026-08-03
				总氮：≤0.05mg/L	U=0.005mg/L		2026-08-03
				亚硝酸盐氮：≤0.003mg/L	U=0.003mg/L		2026-08-03
				硝酸盐氮：≤0.006mg/L	U=0.003mg/L		2026-08-03
				硫化物：≤0.005mg/L	U=0.005mg/L		2026-08-03
138	*水样检测用尿素检测仪	浓度	水样检测用尿素检测仪校准规范 JJF1822	(0.1～5)mg/L	U_{rel}=8%		2026-08-03
139	*在线钠离子计	浓度	在线钠离子计校准规范 JJF2293	仪器:(0.1～2300)mg/L	U_{rel}=4.8%		2026-08-03
				电计 pNa:0～9	U=0.002		2026-08-03
		电位		(-1000～1000)mV	U=0.22mV		2026-08-03
140	*环氧乙烷气体检测仪	浓度	环氧乙烷气体检测仪校准规范 JJF2288	(1～100) μmol/mol	U_{rel}=3.0%		2026-08-03
141	*在线尘埃粒子计数器	浓度	在线尘埃粒子计数器校准规范 JJF2295	(1000～100000)个/28.3L	U_{rel}=6.5%		2026-08-03
142	*凝胶成像系统	光照度	凝胶成像系统校准规范 JJF1530	(50～3000)lx	U_{rel}=2.2%		2026-08-03
143	*多功能血气分析仪	浓度	多功能血气分析仪校准规范 JJF 2054	k^+:(1.5～7.5)mmol/L	U=0.14mmol/L		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				Na^+:(100.0～180.0)mmol/L	U=4.8mmol/L		2026-08-03
				Cl^-:(80～160)mmol/L	U=3.2mmol/L		2026-08-03
				Ca^{2+}:(0.5～2.5)mmol/L	U=0.07mmol/L		2026-08-03
				Hb:(5.0～18.0)g/dL	U=0.48mmol/L		2026-08-03
		压力		CO_2:(47～760)mmHg	U=1.0mmHg		2026-08-03
				O_2:(47～760)mmHg	U=2.1mmHg		2026-08-03
		pH		6.8～7.8	U=0.015		2026-08-03
十.电离辐射测量仪器							
1	*医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源	剂量指数	医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源检定规程 JJG 961	(0.1～500)mGy	U_{rel}=6%	仅限用户设备现场	2026-08-03
		CT值		(-1030～-970)HU	U_{rel}=1.6%		2026-08-03
2	*医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源	空气比释动能率	医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源检定规程 JJG 1067	(0.1～500)mGy/min	U_{rel}=6.4%	仅限用户设备现场	2026-08-03
		管电压		(50～120)kV	U_{rel}=4.6%		2026-08-03
3	*医用诊断全景牙科X射线辐射源	空气比释动能率	医用诊断全景牙科X射线辐射源检定规程 JJG 1101	(0.1～500)mGy/min	U_{rel}=6.4%	仅限用户设备现场	2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		管电压		(50～120)kV	U_{rel}=4.6%		2026-08-03
4	*X、γ射线骨密度仪	空气比释动能率	X、γ射线骨密度仪检定规程 JJG 1050	(0.1～200) μGy/h	U_{rel}=14%	仅限用户设备现场	2026-08-03
		骨密度		(0.5～1.5)g/cm^2	U_{rel}=0.9%		2026-08-03
5	*医用乳腺X射线辐射源	乳腺腺体平均剂量	医用乳腺X射线辐射源检定规程 JJG 1145	(0.1～200)mGy	U_{rel}=6.4%	仅限用户设备现场	2026-08-03
		管电压		(20～40)kV	U_{rel}=5%		2026-08-03
6	*X射线探伤机	空气比释动能率	X射线探伤机检定规程 JJG 40	(0.01～10)Gy/min	U_{rel}=5%		2026-08-03
		漏射线空气比释动能率		(1×10^{-5}～1)mGy/h	U_{rel}=14%		2026-08-03
7	*X射线安全检查仪	空气比释动能率	X射线安全检查仪校准规范 JJF 1275	(0.1～200) μGy/h	U_{rel}=14%		2026-08-03
8	*医用数字摄影系统(DR)X射线辐射源	空气比释动能	医用数字摄影系统(DR)X射线辐射源检定规程 JJG 1078	(0.1～200)mGy	U_{rel}=6.4%	仅限用户设备现场	2026-08-03
		剂量面积乘积		(5～2000) μGy•m^2	U_{rel}=8%		2026-08-03
		管电压		(50～120)kV	U_{rel}=4.6%		2026-08-03
9	*X射线工业实时成像系统	空气比释动能	X射线工业实时成像系统校准规范 JJF 1596	(0.1～200)mGy	U_{rel}=6.4%		2026-08-03
十一.纺织、皮革专用测量仪器							

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
1	*八篮烘箱	温度	八篮烘箱校准规范 JJF(纺织)011	(30～300)℃	U=(0.3～0.5)℃		2026-08-03
		质量		100g～2kg	U=3mg		2026-08-03
2	*织物厚度仪	长度	织物厚度仪校准规范 JJF(纺织)020	分度值：0.001mm,(1～20)mm	U=0.003mm		2026-08-03
				分度值：0.01mm,(1～20)mm	U=0.03mm		2026-08-03
		力值		(0.5～600)cN	U_{rel}=0.25%		2026-08-03
		时间		(8～35)s	U=0.4s		2026-08-03
		面积		(100～10000)mm^2	U_{rel}=0.2%		2026-08-03
3	*圆盘取样器	面积	圆盘取样器校准规范 JJF(纺织)061	(10～200)cm^2	U_{rel}=0.3%		2026-08-03
4	往复移动式织物密度镜	长度	往复移动式织物密度镜校准规范 JJF(纺织)023	(1～50)mm	U=0.01mm		2026-08-03
5	*染色摩擦色牢度仪	转速	染色摩擦色牢度仪校准规范 JJF(纺织)027	(57～63)r/min	U=1r/min		2026-08-03
		长度		直径:(15～20) mm	U=0.05mm		2026-08-03
				行程:(100～108)mm	U=0.5mm		2026-08-03
		力值		9N	U_{rel}=0.4%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
6	*耐汗渍色牢度仪	质量	耐汗渍色牢度仪校准规范 JJF(纺织)028	(4000～6000)g	U=0.8g		2026-08-03
7	*圆轨迹法起毛起球仪	长度	圆轨迹法起毛起球仪校准规范 JJF(纺织)031	(0.1～100)mm	U=0.2mm		2026-08-03
		速度		(50～70)r/min	U=0.3r/min		2026-08-03
		力值		(480～800)cN	U=0.08cN		2026-08-03
8	*摆锤式织物撕裂仪	力值	摆锤式织物撕裂仪校准规范 JJF(纺织)049	(0.5～64)N	U_{rel}=0.5%		2026-08-03
		长度		(2～200)mm	U=0.04mm		2026-08-03
9	*织物缩水率试验机	温度	织物缩水率试验机校准规范 JJF(纺织)052	(5～100)℃	U=0.7℃		2026-08-03
		转速		(40～1000)r/min	U_{rel}=1.2%		2026-08-03
		长度		(1～530)mm	U=0.3mm		2026-08-03
		时间		(1～3600)s	U=0.5s		2026-08-03
10	*熨烫升华色牢度测试仪	力值	熨烫升华色牢度仪校准规范 JJF(纺织)029	(12～20)N	U=1N		2026-08-03
		温度		(100～220)℃	U=0.7℃		2026-08-03
		时间		15s，30s	U=0.16s		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
11	*织物胀破强力仪	长度	织物胀破强力仪校准规范 JJF(纺织)048	(10～30)mm	U=0.02mm		2026-08-03
		压力		(0.01～2.5)MPa	U_{rel}=0.40%		2026-08-03
		时间		20s	U=0.4s		2026-08-03
12	*织物平磨仪	转速	织物平磨仪校准规范 JJF(纺织)036	(40～50)r/min	U_{rel}=0.5%		2026-08-03
		质量		(155～2600)g	U=0.2g		2026-08-03
		长度		(0.5～150)mm	U=0.05mm		2026-08-03
13	*织物硬挺度仪	长度	织物硬挺度仪校准规范 JJF(纺织)054	(1～250)mm	U=0.02mm		2026-08-03
		角度		41.5°	U=0.4°		2026-08-03
		速度		(200～300) mm/min	U_{rel}=0.3%		2026-08-03
14	*纸带耐磨试验机	质量	纸带耐磨试验机校准规范 JJF(中测)6	(52～178)g	U=0.7g		2026-08-03
		转速		17r/min	U=0.4 r/min		2026-08-03
15	*耐洗色牢度试验机	转速	耐洗色牢度试验机校准规范 JJF(纺织)026	40r/min	U=1r/min		2026-08-03
		时间		30min，45min	U=1.2s		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		温度		(8～50)℃	U=0.3℃		2026-08-03
		长度		(30～140)mm	U=0.04mm		2026-08-03
16	*纺织检针机	长度	纺织检针机校准规范 JJF(纺织)080	Φ(0.8～3.0)mm	U=0.1mm		2026-08-03
				(100～2000)mm	U=1.0mm		2026-08-03
		转速		25m/min	U=1m/min		2026-08-03
17	*旋转辊筒式磨耗试验机	转速	旋转辊筒式磨耗机校准规范 JJF(闽) 1067	(30～50)r/min	U_{rel}=0.2%		2026-08-03
		力值		5N，10N	U_{rel}=0.4%		2026-08-03
		长度		(150～350)mm	U=0.04mm		2026-08-03
		角度		3°	U=0.2°		2026-08-03
		时间		(120～130)s	U=0.5s		2026-08-03
18	*日晒气候色牢度试验仪	温度	日晒气候色牢度试验仪校准规范 JJF(纺织)051	(5～100)℃	U=(0.3～0.6)℃	不校 AATCC16 暴晒	2026-08-03
		相对湿度		20%RH～95%RH	U=1%RH		2026-08-03
		转速		(2～60)r/min	U_{rel}=2%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		辐照度		420nm:(0.9～1.3) w/m^2	U_{rel}=4%		2026-08-03
		时间		(1～3600)s	U=1.2s		2026-08-03
19	*电子式单纱强力机(仪)	力值	电子式单纱强力机(仪)校准规范 JJF(纺织)047	(0.1～50)N	U_{rel}=0.2%	不校准具有独立预加张力装置的强力机	2026-08-03
		长度		(0.5～500)mm	U=0.07mm		2026-08-03
		速度		(1～300)mm/min	U=1mm/min		2026-08-03
20	*纺织滚筒式烘干机	温度	纺织滚筒式烘干机校准规范 JJF（纺织）072	(20～100)℃	U=0.3℃		2026-08-03
		长度		(50～700)mm	U=(0.2~0.4)mm		2026-08-03
		转速		(39～50)r/min	U=0.4r/min		2026-08-03
		时间		(10～3600)s	U=0.2s		2026-08-03
21	*滚箱式起毛起球仪	长度	滚箱式起毛起球仪校准规范 JJF(纺织)053	(1～300)mm	U=0.07mm		2026-08-03
		转速		60r/min	U=1r/min		2026-08-03
		质量		(1～100)g	U=0.2g		2026-08-03
		硬度		(30～50)HA	U=0.1HA		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
22	*通风式纺织烘箱	温度	通风式纺织烘箱校准规范 JJF(纺织)059	(30～300)℃	U=(0.3～0.5)℃		2026-08-03
		时间		(1～1800)s	U=0.1s		2026-08-03
		气流速度		(0.5～5)m/s	U=0.2m/s		2026-08-03
		换气次数		(10～50)次/时	U=1 次/时		2026-08-03
23	*垂直燃烧试验仪	长度	垂直燃烧试验仪校准规范 JJF(纺织)068	(1～800)mm	U=0.3mm		2026-08-03
		角度		25°	U=0.14°		2026-08-03
		时间		10s～1h	U=0.04s		2026-08-03
		质量		(50～500)g	U=0.2g		2026-08-03
24	*耐光黄变色牢度试验仪	温度	耐光黄变色牢度试验仪校准规范 JJF(纺织)079	(40～120)℃	U=0.3℃		2026-08-03
		时间		(1～3600)s	U=0.1s		2026-08-03
		转速		(2～4)r/min	U=0.3r/min		2026-08-03
		紫外辐照度		(0.6～26)W/m^2	U_{rel}=13%		2026-08-03
十四.造纸、纸张专用测量仪器							

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
1	*纸与纸板吸收性测定仪	面积	纸与纸板吸收性测定仪检定规程 JJG(轻工)55	100cm^2	U=0.08cm^2		2026-08-03
		质量		(9～11)kg	U=0.1g		2026-08-03
		长度		(199～201)mm	U=0.02mm		2026-08-03
2	*纸与纸板透气度测定仪	容积	纸与纸板透气度测定仪检定规程 JJG(轻工)51	(250～1000)mL	U=1mL		2026-08-03
		面积		(1～10)cm^2	U=0.01cm^2		2026-08-03
3	*柔软度测定仪	长度	柔软度测定仪检定规程 JJG(轻工)64	(1～200)mm	U=0.02mm		2026-08-03
		力值		(100～1000)mN	U=(0.1～1) mN		2026-08-03
4	*纸和纸板油墨吸收性试验仪	擦墨时间	纸和纸板油墨吸收性试验仪检定规程 JJG(轻工)68	(110～130)s	U=1.5s		2026-08-03
5	*纸和纸板平滑度测定仪(别克法)	压力	纸和纸板平滑度测定仪（别克法）校准规范 JJF（轻工）139	(-95～100)kPa	U=0.2 kPa		2026-08-03
		时间		(900～1100)s	U=0.08s		2026-08-03
		容积		(30～400)mL	U=0.4mL		2026-08-03
		进气量		(0.5～100)mL	U_{rel}=0.5%		2026-08-03
6	*MIT 式耐折度仪	力值	MIT 式耐折度仪检定规程 JJG(轻工)59	(4.9～14.7)N	U=0.07 N		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		角度		135°	U=0.8°		2026-08-03
		频率		(165～185)次/分	U=3 次/分		2026-08-03
7	*纸与纸板撕裂度仪	力值	纸与纸板撕裂度仪检定规程 JJG(轻工)63	(0.1～16)N	U_{rel}=0.2%		2026-08-03
		长度		(1～50)mm	U=0.04mm		2026-08-03
8	*摩擦系数测定仪	力值	摩擦系数测定仪校准规范 JJF(冀)125	(0.1～50)N	U_{rel}=0.24%		2026-08-03
		速度		(5～300)mm/min	U=0.1mm/min		2026-08-03
		质量		(50～1000)g	U=0.12g		2026-08-03
		弹性系数		(0.5～4.0)N/cm	U=0.1N/cm		2026-08-03
9	*纸与纸板厚度测定仪	长度	纸与纸板厚度测定仪检定规程 JJG(轻工) 50.1	分度值：0.01mm，(0.5～4) mm	U=3 μm		2026-08-03
				分度值：0.001mm，(0.5～4) mm	U=1 μm		2026-08-03
10	*瓦楞纸板厚度测定仪	长度	瓦楞纸板厚度测定仪检定规程 JJG(轻工) 50.2	(0.1～25)mm	U=3 μm		2026-08-03
11	*纸板戳穿强度测定仪	能量	纸板戳穿强度测定仪检定规程 JJG(轻工)56	(1～48)J	U_{rel} =0.4%		2026-08-03
12	*纸板压缩强度试验仪	力值	纸板压缩强度试验仪检定规程 JJG(轻工)49	(0.2～3)kN	U_{rel}=0.4%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
13	*佛格式纸和纸板耐磨试验仪	力值	佛格式纸和纸板耐磨试验仪检定规程 JJG(轻工)70	(4～11)N	U_{rel}=1.2%		2026-08-03
		转速		(150～170)次/分	U=1.5 次/分		2026-08-03
		圆周转速		10°/s	U=0.3°/s		2026-08-03
14	*实验室 PFI 磨浆机	转速	实验室 PFI 磨浆机检定规程 JJG(轻工)72	(20～30)r/s	U=0.1r/s		2026-08-03
		线速度		(5～7)m/s	U=0.06m/s		2026-08-03
		质量		(3100～3500)g	U=0.9g		2026-08-03
15	*肖伯尔式纸张耐折度仪	力值	肖伯尔式纸张耐折度仪检定规程 JJG(轻工)60	(7～11)N	U=0.03N		2026-08-03
		速度		(100～150)次/分	U=2 次/分		2026-08-03
16	*纸张(板)耐破度仪	压力	纸张(板)耐破度仪校准规范 JJF1811	(0.1～6)MPa	U=0.3%FS		2026-08-03
17	*纸箱抗压试验机	力值	纸箱抗压试验机检定规程 JJG(轻工)115	(0.2～50)kN	U_{rel}=0.4%		2026-08-03
		长度		(100～300)mm	U=0.06mm		2026-08-03
		速度		(5～20)mm/min	U_{rel}=1.5%		2026-08-03
18	*可变压力厚度仪	长度	可变压力厚度仪检定规程 JJG(轻工)50.3	(0.5～3)mm	U=3μm		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
十五.医学专用测量仪器							
1	*便携式血糖分析仪	浓度	便携式血糖分析仪校准规范 JJF 1383	(2.0～14.0)mmol/L	U_{rel}=3%	只测血清类。	2026-08-03
2	*电解质分析仪	浓度	电解质分析仪检定规程 JJG 1051	K^+:(1.50～7.50)mmol/L	U_{rel}=2.4%		2026-08-03
				Na^+:(100.0～180.0)mmol/L	U_{rel}=1.8%		2026-08-03
				Cl^-:(80.0～160.0)mmol/L	U_{rel}=2.8%		2026-08-03
				Li^+：(0.40～2.00)mmol/L	U_{rel}=4.2%		2026-08-03
				iCa^{2+}：(0.50～2.50)mmol/L	U_{rel}=4.4%		2026-08-03
3	*肺功能仪	肺活量	肺功能仪校准规范 JJF 1213	(1～9)L	U_{rel}=0.9%		2026-08-03
		用力肺活量		(1～9)L	U_{rel}=0.9%		2026-08-03
		最大分钟通气量		(10～150)L/min	U_{rel}=2.6%		2026-08-03
		呼气峰值流量		(2～14)L/s	U_{rel}=2.6%		2026-08-03
		氧气浓度		5%～30%	U_{rel}=1.2%		2026-08-03
		二氧化碳浓度		4%～20%	U_{rel}=1.2%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
4	*呼吸机	潮气量	呼吸机校准规范 JJF 1234	(50～1000)mL	U_{rel}=5%		2026-08-03
		气道峰压		(0～3.0)kPa	U=0.2kPa		2026-08-03
		氧浓度		21%～100%	U=3%		2026-08-03
		呼气末压力		(0～2.0)kPa	U=0.2kPa		2026-08-03
		呼吸频率		(10～40)次/分	U_{rel}=4%		2026-08-03
5	*尿液分析仪	相对密度	尿液分析仪校准规范 JJF 1129	1.000～1.030	U=0.004		2026-08-03
		pH		5.0～8.0	U_{rel}=7%		2026-08-03
		蛋白质		(0.1～3.0)g/L	U_{rel}=5%		2026-08-03
		葡萄糖		(1～45)mmol/L	U_{rel}=2.4%		2026-08-03
		白细胞		(1～500)个/uL	U_{rel}=8.8%		2026-08-03
		红细胞		(5～200)个/uL	U_{rel}=8.8%		2026-08-03
6	*全自动尿沉渣分析仪	白细胞	全自动尿沉渣分析仪校准规范 JJF 1823	(150～2000)/μL	U_{rel}=11%		2026-08-03
		红细胞		(150～2000)/μL	U_{rel}=11%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
7	*全自动生化分析仪	吸光度	全自动生化分析仪校准规范 JJF 1720	(0.4～1.1)	U=0.002		2026-08-03
		浓度		ALT:(30～110)U/L	U_{rel}=6.8%		2026-08-03
				GLU:(4～16)mmol/L	U_{rel}=4.4%		2026-08-03
8	*糖化血红蛋白分析仪	浓度	糖化血红蛋白分析仪校准规范 JJF 1841	4.5%～10.5%	U_{rel}=1.6%		2026-08-03
9	*无创呼吸机	气道压力	无创呼吸机校准规范 JJF1997	(0～5.0)kPa	U=0.12 kPa		2026-08-03
		通气频率		(10～40)次/分	U_{rel}=3%		2026-08-03
		氧浓度		21%～100%	U_{rel}=2.6%		2026-08-03
10	*心脏除颤器	释放能量	心脏除颤器校准规范 JJF 1149	(2～40)J	U=2.3J		2026-08-03
				(40～360)J	U_{rel}=6.7%		2026-08-03
		充电时间		(0～100)s	U=0.4s		2026-08-03
		脉冲电流幅值		(2～100)mA	U=2.5mA		2026-08-03
				(100～150)mA	U_{rel}=2.6%		2026-08-03
		脉冲宽度		(20～50)ms	U_{rel}=2.8%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		脉冲频率		(40～100)次/分	U=1 次/分		2026-08-03
				(100～200)次/分	U_{rel}=1.5%		2026-08-03
		心电信号电压		(0.1～4)mV	U_{rel}=5%		2026-08-03
		心电信号扫描速度		25mm/s	U_{rel}=2.3%		2026-08-03
		幅频特性		6mm～11mm,(1Hz～25Hz)	U_{rel}=5.3%		2026-08-03
		心率		(30～200)次/分	U=1 次/分		2026-08-03
11	*血细胞分析仪	白细胞	血细胞分析仪检定规程 JJG 714	(2.00～16.0)×10^9 个/L	U_{rel}=4.0%		2026-08-03
		红细胞		(2.00～6.00)×10^{12} 个/L	U_{rel}=3.6%		2026-08-03
		血小板		(90～600)×10^9 个/L	U_{rel}=4.2%		2026-08-03
		血红蛋白		(50～160)g/L	U_{rel}=3.0%		2026-08-03
12	*高频电刀	高频漏电流	高频电刀校准规范 JJF 1217	(1～500)mA	U_{rel}=1.5%		2026-08-03
		功率		(1～400)W	U_{rel}=5.2%		2026-08-03
13	*医用光柱式血压计	压力	医用光柱式血压计检定规程 JJG（浙）136	(0～40)kPa	U=0.3kPa		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
14	*核酸分析仪	浓度	核酸分析仪校准规范 JJF 1817	(1～300)ng/μL	U=0.2ng/μL		2026-08-03
15	*无创自动测量血压计	压力	无创自动测量血压计检定规程 JJG 692	(0～40)kPa	U=0.14kPa		2026-08-03
16	*血压计和血压表	压力	血压计和血压表检定规程 JJG 270	(0～40)kPa	U=0.2kPa		2026-08-03
17	*血液透析装置	电导率	血液透析装置校准规范 JJF 1353	(12.5～15.5) mS/cm	U_{rel}=1.2%		2026-08-03
		温度		(25～40)℃	U=0.2℃		2026-08-03
		压力		(-70～110.0)kPa	U=0.3kPa		2026-08-03
		流量		(100～1000)mL/min	U_{rel}=2.4%		2026-08-03
		脱水率		（0.01～100）%	U_{rel}=2%		2026-08-03
		抗凝泵注入流量		(0.01～1000)mL/min	U_{rel}=3.0%		2026-08-03
18	*医用吸引器	压力	医用吸引器校准规范 JJF 1810	(-20～-100) kPa	U=0.6kPa		2026-08-03
		噪声		(30～90)dB	U=0.6dB		2026-08-03
19	*脉搏血氧计	血氧饱和度	脉搏血氧计校准规范 JJF（沪） 5	70%～100%	U=1.3%		2026-08-03
		脉搏		(30～250)次/分	U=1.3 次/分		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
20	*婴儿培养箱	温度	婴儿培养箱校准规范 JJF 1260	(30～40)℃	U=0.22℃		2026-08-03
		相对湿度		(0.1～100)%RH	U=3.6%RH		2026-08-03
		噪声		(30～100)dB	U=2.8dB		2026-08-03
		氧浓度		30%～40%	U=2%		2026-08-03
21	*婴儿辐射保暖台	温度	婴儿辐射保暖台校准规范 JJF 2180	(30～40)℃	U=0.22℃		2026-08-03
		氧浓度		30%～40%	U=2%		2026-08-03
22	*全自动封闭型发光免疫分析仪	浓度	全自动封闭型发光免疫分析仪校准规范 JJF 1752	胰岛素:(1.0～20.0)mU/L	U_{rel}=5.6%		2026-08-03
23	*心电图机	电压	心电图机检定规程 JJG 543	(0.03～5)mV	U_{rel}=2.2%		2026-08-03
		幅频特性		(0.5～75)Hz,2mV	U_{rel}=1.0%		2026-08-03
		心率		(30～300)次/分	U_{rel}=2%		2026-08-03
		时间间隔		(0.01～10)s	U_{rel}=1.4%		2026-08-03
24	*心电监护仪	电压	心电监护仪检定规程 JJG 760	（0.1～5）mV	U_{rel}=4.4%		2026-08-03
		扫描速度		(25、50)mm/s	U_{rel}=2.2%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		幅频特性		(1～60)Hz	U_{rel}=1.0%		2026-08-03
		心率		（30～200）次/分	U=3 次/分		2026-08-03
		共模抑制比		(70～120)dB	U_{rel}=2.0%		2026-08-03
25	*医用注射泵和输液泵	流量	医用注射泵和输液泵校准规范 JJF 1259	(5～20)mL/h	U_{rel}=2.6%		2026-08-03
				(20～200)mL/h	U_{rel}=1.2%		2026-08-03
				(200～1000)mL/h	U_{rel}=2.4%		2026-08-03
		压力		(0～200)kPa	U=2.3 kPa		2026-08-03
26	*数字脑电图仪	电压	数字脑电图仪检定规程 JJG 954	5μV～2mV	U_{rel}=2.2%		2026-08-03
		幅频特性		(1～60)Hz	U_{rel}=1.0%		2026-08-03
		时间间隔		(0.05～5)s	U_{rel}=0.8%		2026-08-03
27	*(自动)核酸提取仪	温度	(自动)核酸提取仪校准规范 JJF 1874	(30～95)℃	U=1.2℃		2026-08-03
		振动频率		(0.1～500)Hz	U=0.6Hz		2026-08-03
		取液量		(0～1000) μL	U=1.2 μL		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		回收率		0～100%	U=1.9%		2026-08-03
28	*动态(可移动)心电图机	电压	动态(可移动)心电图机检定规程 JJG 1042	(0.03～6)mV	U_{rel}=2.2%		2026-08-03
		幅频特性		(0.5～40)Hz	U_{rel}=1.3%		2026-08-03
		描记速度		25mm/s	U_{rel}=1.3%		2026-08-03
29	*多参数监护仪	幅频特性	多参数监护仪检定规程 JJG 1163	(1～25)Hz	U_{rel}=4.2%		2026-08-03
		电压		(0.5～2.0)mV	U_{rel}=4.4%		2026-08-03
		心率		(30～200)次/分	U=3 次/分		2026-08-03
		压力		(0～260)mmHg	U=1.4mmHg		2026-08-03
		脉搏血氧饱和度		70%～100%	U=1%		2026-08-03
		呼吸率		(10～60)次/分	U=1 次/分		2026-08-03
		脉率		(30～200)次/分	U=3 次/分		2026-08-03
		二氧化碳浓度		5%	U_{rel}=2.9%		2026-08-03
30	*肠内营养泵	流量	肠内营养泵校准规范 JJF(浙) 1147	(5～1000)mL/h	U_{rel}=2.6%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		压力		(0～200)kPa	U=2.3 kPa		2026-08-03
		温度		(30～40)℃	U=0.6℃		2026-08-03
31	*医用磁共振成像系统	磁场强度	医用磁共振成像系统校准规范 JJF 2151	(0.1～2)T	U_{rel}=1.5%		2026-08-03
		层厚		(2～20)mm	U=0.30mm		2026-08-03
		长度		(20～120)mm	U_{rel}=1.1%		2026-08-03
32	*血压模拟器	压力	血压模拟器校准规范 JJF 1626	(0～60)kPa	U=0.04kPa		2026-08-03
		脉率		(30～200)次/分	U_{rel}=0.3%		2026-08-03
33	*酶标分析仪	吸光度	酶标分析仪 JJG 861	0.1～1.6	U=0.010		2026-08-03
		波长		(360～700)nm	U=1.0 nm		2026-08-03
34	*急救和转运呼吸机	潮气量	急救和转运呼吸机校准规范 JJF1998	(400～1000)mL	U_{rel}=4.2%		2026-08-03
		气道峰压		(0～3.0)kPa	U=0.12kPa		2026-08-03
		呼气末压力		(0～2.0)kPa	U=0.13kPa		2026-08-03
		呼吸频率		(10～40)次/分	U_{rel}=4.0%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
35	*麻醉机	潮气量	麻醉机校准规范 JJF2149	(400～1000)mL	U_{rel}=4.0%		2026-08-03
		呼吸频率		(10～50)次/分	U_{rel}=3.5%		2026-08-03
		气道峰压		(0～3.0)kPa	U=0.20kPa		2026-08-03
		呼气末压力		(0～2.0)kPa	U=0.20kPa		2026-08-03
		氧浓度		21%～100%	U=2.4%		2026-08-03
		麻醉气体浓度		0.1%～80%	U=11%		2026-08-03
36	*流式细胞仪	浓度	流式细胞仪校准规范 JJF1665	0.1%～100%	U=8.0%		2026-08-03
37	*干式生化分析仪	浓度	干式生化分析仪校准规范 JJF 2036	ALT:(30～110)U/L	U_{rel}=3.6%		2026-08-03
				K^+:(2～12)mmol/L	U_{rel}=3.2%		2026-08-03
				GLU:(4～16)mmol/L	U_{rel}=3.2%		2026-08-03
38	*负压隔离舱	负压差	负压隔离舱生物安全参数校准规范 JJF2298	（-500～500）Pa	U_{rel}=14%		2026-08-03
		规定负压建立时间		（1s～24h）	U=1.2min		2026-08-03
		换气次数		（0～100）/h	U=2/h		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		末端高效过滤器检漏		(0.0001%～100%)	U_{rel}=3%		2026-08-03
		洁净度		（0.3～10）μm	U_{rel}=35%		2026-08-03
		自净时间		（1s～24h）	U=1.0min		2026-08-03
		噪声		(40～100)dB	U=2dB		2026-08-03
		隔离舱内菌落数		（0～500）CFU/m³	U=20CFU/m³		2026-08-03
39	*生物安全采样舱	压差	生物安全采样舱性能参数校准规范 JJF2261	（-500～500）Pa	U=3Pa		2026-08-03
		照度		（0～3000）lx	U=571x		2026-08-03
		噪声		（40～100）dB	U=1.5dB		2026-08-03
		高效/超高效 过滤器检漏		（0.0001～100）%	U_{rel}=3%		2026-08-03
40	*医用分子筛制氧机	流量	医用分子筛制氧机校准规范 JJF 1891	（0.01～10）L/min	U_{rel}=4%		2026-08-03
		输出气体的氧气浓度		（0～100）%	U=3.4%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		输出气体的二氧化碳浓度		（0～200000）μmol/mol	U=1.2×10² μmol/mol		2026-08-03
		输出气体的一氧化碳浓度		（0～10）μmol/mol	U=1.2 μmol/mol		2026-08-03
		输出气体水分含量		(-70～0）℃	U=0.6℃		2026-08-03
41	*全自动酶联免疫分析仪	加液体积	全自动酶联免疫分析仪校准规范 JJF 2089	(20～200) μL	U_{rel}=0.6%		2026-08-03
		孵育温度		(0～40)℃	U=0.3℃		2026-08-03
		吸光度		0.1～2.0	U=0.010		2026-08-03
		洗涤残留		(0.1～220)g	U_{rel}=2.5%		2026-08-03
42	*医用离心机	转速	医用离心机校准规范 JJF2004	(100～30000)r/min	U_{rel}=0.60%		2026-08-03
		温度		(-40～85)℃	U=0.80℃		2026-08-03
		时间		(10～2000)s	U=0.85s		2026-08-03
43	*浮标式氧气吸入器	压力	浮标式氧气吸入器检定规程 JJG 913	(0.0～25.0)MPa	U=0.16MPa		2026-08-03
		流量		(1～20)L/min	U_{rel}=1.9%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
44	*经皮黄疸测试仪	浓度	经皮黄疸测试仪校准规范 JJF（晋）112	（0～20.3）mg/dL	U=0.7mg/dL		2026-08-03
45	*连续性血液净化装置	血泵流量	连续性血液净化装置校准规范 JJF 1844	(0.01～1000)mL/min	U_{rel}=1.9%		2026-08-03
		透析液泵流量		(0.01～1000)mL/min	U_{rel}=2.4%		2026-08-03
		置换液泵流量		(0.01～1000)mL/min	U_{rel}=1.8%		2026-08-03
		抗凝泵注入流量		(0.01～1000)mL/min	U_{rel}=3.0%		2026-08-03
		压力		（-70～80）kPa	U=0.3kPa		2026-08-03
		称重计		(0～12)kg	U=2g		2026-08-03
		脱水率		（0.01~100）%	U_{rel}=0.7%		2026-08-03
46	*血液融浆机	温度	血液融浆机校准规范 JJF 2266	(20～50)℃	U=0.06℃		2026-08-03
		时间		（0.01s～24h）	U=2.7s		2026-08-03
47	*动脉硬化检测仪	心率	动脉硬化检测仪校准规范 JJF（苏） 296	(30～200)次/分	U=3 次/分		2026-08-03
		电压		(0.5～2.0)mV	U_{rel}=4.0%		2026-08-03
		幅频特性		(1～25)Hz	U_{rel}=1.3%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		压力		(0～40)kPa	U=0.14kPa		2026-08-03
48	*电动气压止血带机	压力	电动气压止血带机校准规范 JJF 2026	（0～100）kPa	U=1.2kPa		2026-08-03
		时间		（0～1740）s	U=0.4s		2026-08-03
49	心肺复苏机	吹气频率	心肺复苏机校准规范 JJF 1748	（10～20）次/min	U_{rel}=6.0%		2026-08-03
		按压频率		（100～120）次/min	U_{rel}=3.6%		2026-08-03
		按压深度		（30～50）mm	U_{rel}=1.4%		2026-08-03
		潮气量		（200～1200）mL	U_{rel}=4.0%		2026-08-03
50	*气腹机	压力	气腹机校准规范 JJF 1892	（0～10）kPa	U=85Pa		2026-08-03
		流量		（0.01～10） L/min	U_{rel}=6.7%		2026-08-03
51	*微生物鉴定与药敏分析系统	温度	微生物鉴定与药敏分析系统校准规范 JJF 2034	（20～50）℃	U=0.16℃		2026-08-03
		照度		（50～2000）lx	U=71x		2026-08-03
52	*医用硬拷贝照相机	灰阶	医用硬拷贝照相机校准规范 JJF 1889	0～2.0	U=0.03		2026-08-03
		畸变		（0.1～500）mm	U_{rel}=0.12%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
53	全自动血液细菌培养分析仪	温度	全自动血液细菌培养分析仪校准规范 JJF 1937	(20～50)℃	U=0.2℃		2026-08-03
		照度		(0～10000)lx	U=71x		2026-08-03
54	*新生儿黄疸治疗箱	温度	新生儿黄疸治疗箱校准规范 JJF（陕） 101	(30～40)℃	U=0.22℃		2026-08-03
		相对湿度		30%RH～90%RH（32℃）	U=3.6%RH		2026-08-03
		噪声		(30～100)dB	U=2.8dB		2026-08-03
		辐照度		（0.01～10000）μW/cm^2	U_{rel}=10%		2026-08-03
55	*血液灌流装置	温度	血液灌流装置校准规范 JJF 1633	(25～40)℃	U=0.2℃		2026-08-03
		压力		(-40～60.0)kPa	U=0.3kPa		2026-08-03
		流量		(100～1000)mL/min	U_{rel}=2.4%		2026-08-03
56	*医用液体微流量泵	流量	医用液体微流量泵校准规范 JJF 2263	（0.1～20）mL/h	U_{rel}=1.4%		2026-08-03
				(20～100)mL/h	U_{rel}=2.8%		2026-08-03
		压力		(0.01～200)kPa	U_{rel}=2.4%		2026-08-03
57	*高流量呼吸湿化治疗仪	流量	高流量呼吸湿化治疗仪校准规范 JJF 2209	（0～25）L/min	U=1.2L/min		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				（25～180）L/min	U_{rel}=4.4%		2026-08-03
		氧浓度		21%～100%	U=2.2%		2026-08-03
		温度		（0～50）℃	U=1.1℃		2026-08-03
58	*医用中心供氧系统	压力	医用中心供氧系统校准规范 JJF 2208	（0～1）MPa	U=1.7kPa		2026-08-03
		流量		（0～200）L/min	U=6.8L/min		2026-08-03
		氧浓度		（0～25）%	U=2.2%		2026-08-03
59	*医用中心吸引系统	压力	医用中心吸引系统校准规范 JJF 2206	（-0.1～0）MPa	U=0.19kPa		2026-08-03
		流量		（0～200）L/min	U=2.4L/min		2026-08-03
		噪声		（0～150）dB	U=2.2dB		2026-08-03
60	*亚低温治疗仪	温度	亚低温治疗仪校准规范 JJF 2154	（0～50）℃	U=0.4℃		2026-08-03
61	*医用洗板机	残留量	医用洗板机校准规范 JJF(辽)144	（0～500）μL	U=0.36μL		2026-08-03
62	*电动洗胃机	压力	电动洗胃机校准规范 JJF 2021	（0～100）kPa	U=0.9kPa		2026-08-03
		流量		（0.5～5）L/min	U_{rel}=2.1%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		容量		（10～1000）mL	U_{rel}=1.8%		2026-08-03
63	*体外起搏器	脉冲幅度	体外起搏器校准规范 JJF 2150	（0.1～3]V	U=0.6V		2026-08-03
				（3～10）V	U_{rel}=2.3%		2026-08-03
		脉冲频率		（40～200）次/min	U_{rel}=0.25%		2026-08-03
		AV 间期		（100～200）ms	U_{rel}=1.2%		2026-08-03
64	*遗传分析仪	检测限	遗传分析仪校准规范 JJF 1838	(0.02～0.3) μg/g	U_{rel}=9.4%		2026-08-03
65	*凝血分析仪	温度	凝血分析仪校准规范 JJF 1945	（0～50）℃	U=0.16℃		2026-08-03
		浓度		（0.01～1.8）mg/mL	U_{rel}=5.4%		2026-08-03
66	*微孔板化学发光分析仪	吸光度	微孔板化学发光分析仪校准规范 JJF 1849	0.0001～1.5	U_{rel}=6.2%		2026-08-03
67	医用注射泵和输液泵检测仪	流量	医用注射泵和输液泵检测仪检定规程 JJG 1098	（5～1000）mL/h	U_{rel}=0.4%		2026-08-03
		压力		(0.01～200)kPa	U_{rel}=0.7%		2026-08-03
68	*多参数生理模拟仪	电压	多参数生理模拟仪校准规范 JJF 1470	0.1mV～30V	U_{rel}=1.2%		2026-08-03
		电阻		1Ω～100kΩ	U_{rel}=0.9%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		波形幅度		0.1mV～30V	U_{rel}=0.9%		2026-08-03
		心率		（30～300）次/分	U_{rel}=0.3%		2026-08-03
69	*肌电及诱发反应设备	波形幅度	肌电及诱发反应设备校准规范 JJF 1896	100mV～5V	U_{rel}=4.3%		2026-08-03
		波形频率		0.5Hz～3kHz	U_{rel}=0.6%		2026-08-03
十六.铁路专用测量仪器							
1	标准轨距铁路轨距尺	长度	标准轨距铁路轨距尺检定规程 JJG219	轨距：(1410～1470)mm	U=0.09mm		2026-08-03
				超高：(-180～+180)mm	U=0.08mm		2026-08-03
2	铁路支距尺	长度	铁路支距尺检定规程 JJG1108	(100～1800)mm	U=0.12mm		2026-08-03
十七.石油和化工专用测量仪器							
1	*橡胶圆盘摆动硫化仪	温度	橡胶圆盘摆动硫化仪检定规程 JJG(化工) 101	(100～200)℃	U=0.2℃		2026-08-03
		力值		11kN	U_{rel}=0.4%		2026-08-03
		长度		(5～150)mm	U=0.05mm		2026-08-03
2	*橡胶阿克隆磨耗试验机	角度	橡胶阿克隆磨耗试验机校准规范 JJF(石化) 039	15°、25°	U=0.2°		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		力值		26.7N	U_{rel}=0.4%		2026-08-03
		转速		(34、76)r/min	U_{rel}=0.2%		2026-08-03
3	*铅笔硬度计	角度	铅笔硬度计校准规范 JJF(石化) 007	45°	U=0.24°		2026-08-03
		质量		(500、750、765、1000)g	U=0.1g		2026-08-03
4	漆膜磨耗试验仪	转速	漆膜磨耗试验仪检定规程 JJG(交通) 125	60r/min	U_{rel}=0.4%		2026-08-03
		硬度		50HD	U=0.8HD		2026-08-03
		质量		(1、2、5、10、20、250、500、750、1000)g	U=0.10g		2026-08-03
		长度		(0～100)mm	U=0.04mm		2026-08-03
		力值		(6.37、8.82、11.27)N	U=0.03N		2026-08-03
5	*漆膜冲击试验器	长度	漆膜冲击试验器校准规范 JJF(皖) 137	滑筒刻度:(0～1500)mm	U=0.4mm		2026-08-03
				冲模凹槽直径:(14、15、16.3、27)mm	U=0.04mm		2026-08-03
				冲击头钢球直径:(8、12.7、14、15.9、16、20)mm	U=0.05mm		2026-08-03
		质量		重锤:(500、1000、2000、3000、4000)g	U=0.25g		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
6	漆膜划格器	长度	漆膜划格器校准规范 JJF 2163	齿间距:(1、2、3)mm	U=2.2 μm		2026-08-03
		角度		30°	U=3′		2026-08-03
7	漆膜流挂仪	长度	漆膜流挂仪校准规范 JJF(石化) 052	凹槽深度:(0～3000) μm	U=1.2 μm		2026-08-03
				凹槽宽度:(5.75～6.60)mm	U=0.03mm		2026-08-03
				凹槽间距:(1.44～1.65)mm	U=0.010mm		2026-08-03
8	*热变形、维卡软化点温度测定仪	温度	热变形、维卡软化点温度测定仪校准规范 JJF(蒙) 055	(20～300)℃	U=0.26 ℃		2026-08-03
		长度		(0.5～2.0)mm	U=6 μm		2026-08-03
		质量		(1～6000)g	U=0.3g		2026-08-03
		升温速率		(10～200)℃/h	U=0.2℃/h		2026-08-03
9	湿膜厚度测量规	长度	湿膜厚度测量规校准规范 JJF 1484	轮规:(0～125) μm	U=0.4 μm		2026-08-03
				轮规:(125～1500) μm	U=3.2 μm		2026-08-03
				梳规:(5～100) μm	U=1 μm		2026-08-03
				梳规:(100～3000) μm	U=2 μm		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
十八.建筑、交通专用测量仪器							
1	*净浆标准稠度与凝结时间测定仪	角度	净浆标准稠度与凝结时间测定仪检定规程 JJG(建材) 105	43° 36′	U=3′		2026-08-03
		质量		300g	U=0.1g		2026-08-03
		长度		(0.1～85)mm	U=0.04mm		2026-08-03
2	*水泥安定性试验用雷氏夹	长度	水泥安定性试验用雷氏夹检定规程 JJG(建材) 111	(0.1～151)mm	U=0.04mm		2026-08-03
3	*钢筋保护层、楼板厚度测量仪	长度	钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范 JJF 1224	钢筋保护层厚度:(15、25、40、50)mm,(钢筋:Φ10mm、Φ16mm、Φ22mm)	U=0.7mm		2026-08-03
				楼板厚度:(100～400)mm	U=0.7mm		2026-08-03
4	回弹仪	率定值	回弹仪检定规程 JJG 817	74、80	U=0.6	只做M225、L75、L20 型	2026-08-03
		长度		(18～80)mm	U=0.04mm		2026-08-03
		力值		(0.50、0.65)N	U=0.04N		2026-08-03
		刚度		(69、261、785)N/m	U=7N/m		2026-08-03
5	*水泥混凝土拌合物含气量测定仪	压力	水泥混凝土拌合物含气量测定仪检定规程 JJG(交通) 094	(0～0.16)MPa	U=0.4%FS		2026-08-03
		容积		7000mL	U=1.8mL		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
6	*水泥胶砂试体成型振实台	时间	水泥胶砂试体成型振实台校准规范 JJF(建材) 124	60s	U=0.4s		2026-08-03
		质量		12.57kg	U=0.02kg		2026-08-03
7	*水泥胶砂振动台	频率	水泥胶砂振动台校准规范 JJF 1867	(46.7～50)Hz	U=0.6Hz		2026-08-03
		振幅		0.75mm,(46.7～50)Hz	U=0.01mm		2026-08-03
		时间		(0～125)s	U=0.6s		2026-08-03
		长度		(40、40.1、160)mm	U=0.04mm		2026-08-03
		质量		(2.25、6.25)kg	U=1.2g		2026-08-03
8	钢筋锈蚀测量仪	电流	钢筋锈蚀测量仪校准规范 JJF 1341	1mA～2A	U_{rel}=0.4%		2026-08-03
		电压		输出电位:(10～100)mV	U_{rel}=0.05%		2026-08-03
				输出电位:100mV～10V	U_{rel}=0.04%		2026-08-03
				电位测量:20mV～10V	U_{rel}=0.17%		2026-08-03
9	*水泥净浆搅拌机	转速	水泥净浆搅拌机校准规范 JJF(建材) 104	(62、125)r/min	U_{rel}=1.2%		2026-08-03
		时间		(10～200)s	U=0.6s		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		长度		叶翅直径:5mm	U=0.04mm		2026-08-03
10	*行星式胶砂搅拌机	转速	行星式胶砂搅拌机校准规范 JJF(建材) 123	(62、125)r/min	U_{rel}=1.2%		2026-08-03
		时间		(20～100)s	U=0.6s		2026-08-03
		长度		叶翅直径:8mm	U=0.04mm		2026-08-03
11	*雷氏夹及雷氏夹膨胀测定仪	长度	雷氏夹及雷氏夹膨胀测定仪检定规程 JJG(交通) 093	标尺:(-25～+25)mm	U=0.03mm		2026-08-03
				标尺基线圆弧半径:(147～179)mm	U=0.3mm		2026-08-03
				指针尺寸:(147～153)mm	U=0.05mm		2026-08-03
				开口缝宽:(0.01～1)mm	U=0.02mm		2026-08-03
				指针距离:(15～20)mm	U=0.6mm		2026-08-03
		质量		300g	U=0.05g		2026-08-03
12	*非金属建材塑限测定仪	角度	非金属建材塑限测定仪校准规范 JJF 1090	(8～44)°	U=4′	不做沥青针入度仪	2026-08-03
		长度		压头和附件尺寸:(1～12)mm	U=0.01mm		2026-08-03
				压头和附件尺寸:(28～182)mm	U=0.04mm		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				指示装置:(0～145)mm	U=0.01mm		2026-08-03
		质量		(50、76、100、200、300)g	U=0.1g		2026-08-03
		时间		(4～65)s	U=0.04s		2026-08-03
13	*水泥细度负压筛析仪	压力	水泥细度负压筛析仪校准规范 JJF 1827	(-100～0)hPa	U=0.6hPa		2026-08-03
		转速		30r/min	U=0.4r/min		2026-08-03
14	*混凝土试验用振动台	频率	混凝土试验用振动台校准规范 JJF(苏) 60	50Hz	U=1.0Hz		2026-08-03
		振幅		0.5mm,(50Hz)	U=0.01mm		2026-08-03
		角度		水平度:(0～5)mm/m	U=1.6mm/m		2026-08-03
15	*混凝土抗渗仪	压力	混凝土抗渗仪校准规范 JJF 1812	(0～4)MPa	U=0.01MPa		2026-08-03
16	*沥青针入度仪	长度	沥青针入度仪校准规范 JJF 1208	(1～50)mm	U=0.01mm	标准针不做现场校准	2026-08-03
		质量		100g	U=0.03g		2026-08-03
		温度		(5～50)℃	U=0.04℃		2026-08-03
		角度		8° 40′ ～9° 40′	U=4′		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
17	*水泥胶砂流动度测定仪	长度	水泥胶砂流动度测定仪检定规程 JJG(交通) 096	(5～300)mm	U=0.05mm		2026-08-03
		质量		4.35kg	U=1g		2026-08-03
		时间		25s	U=0.2s		2026-08-03
18	*土工击实仪	质量	土工击实仪检定规程 JJG(交通) 058	(2500、4500)g	U=0.2g		2026-08-03
		长度		50mm	U=0.04mm		2026-08-03
				(300、450)mm	U=0.5mm		2026-08-03
19	*沥青混合料马歇尔击实仪	质量	沥青混合料马歇尔击实仪检定规程 JJG(交通) 065	(4536、10210)g	U=1.2g		2026-08-03
		频次		60 次/分	U=0.5 次/分		2026-08-03
		长度		(12.4～172.0)mm	U=0.04mm		2026-08-03
				(453～461)mm	U=0.5mm		2026-08-03
20	*马歇尔稳定度试验仪	力值	马歇尔稳定度试验仪检定规程 JJG(交通) 066	(5～50)kN	U_{rel}=0.4%		2026-08-03
		长度		(0.5～16.5)mm	U=0.04mm		2026-08-03
		速度		50mm/min	U=0.5mm/min		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
21	*混凝土贯入阻力测定仪	力值	混凝土贯入阻力测定仪检定规程 JJG(交通) 095	(100～1000)N	U=4N		2026-08-03
		长度		(5～12)mm	U=0.002mm		2026-08-03
				(20～162)mm	U=0.07mm		2026-08-03
22	贯入式砂浆强度检测仪	力值	贯入式砂浆强度检测仪校准规范 JJF 1372	800N	U_{rel}=0.5%		2026-08-03
		长度		工作行程和测钉:(0～40)mm	U=0.04mm		2026-08-03
				深度测量装置:(0～20)mm	U=0.01mm		2026-08-03
23	*水泥安定性试验用沸煮箱	时间	水泥安定性试验用沸煮箱检定规程 JJG(建材) 109	(25～185)min	U=0.4s		2026-08-03
		长度		(10～415)mm	U=0.5mm		2026-08-03
		功率		(900～4400)W	U=6W		2026-08-03
		温度		(10～100)℃	U=0.4℃		2026-08-03
24	*乳化沥青稀浆混合料湿轮磨耗试验仪	转速	乳化沥青稀浆混合料湿轮磨耗试验仪检定规程 JJG(交通) 090	(61、140)r/min	U=0.2r/min		2026-08-03
		长度		(3～280)mm	U=0.06mm		2026-08-03
		质量		2270g	U=0.3g		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		硬度		65HA	U=1.0HA		2026-08-03
25	*直接剪切仪	力值	直接剪切仪检定规程 JJD 1025	(50～3000)N	U_{rel}=0.4%		2026-08-03
		长度		(0～10)mm	U=1.4μm		2026-08-03
		质量		(50～5000)g	U_{rel}=0.1%		2026-08-03
26	*沥青延度试验仪	温度	沥青延度试验仪检定规程 JJG(交通) 023	(4～26)℃	U=0.3℃		2026-08-03
		长度		试模尺寸及位置:(0～76)mm	U=0.03mm		2026-08-03
				标尺:(0～1000)mm	U=1.0mm		2026-08-03
		速度		(9～55)mm/min	U=0.3mm/min		2026-08-03
27	建筑工程质量检测器组	长度	建筑工程质量检测器组校准规范 JJF 1110	百格网:(0～245)mm	U=0.04mm		2026-08-03
				对角检测尺:(800～1000)mm	U=0.6mm		2026-08-03
		角度		坡度尺:(0～50)mm/m	U=0.1mm/m		2026-08-03
				内外直角检测尺:(0～10)mm/150mm	U=0.1mm/150mm		2026-08-03
				垂直度检测尺:(0～15)mm/2m	U=0.5mm/2m		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
28	混凝土裂缝宽度及深度测量仪	长度	混凝土裂缝宽度及深度测量仪校准规范 JJF 1334	宽度:(0.1～10)mm	U=0.008mm		2026-08-03
				深度:(20、50、100、200、300)mm	U=3.0mm		2026-08-03
29	*振筛机	频次	振筛机校验规程 SL 411	(150、255)次/分	U=3 次/分		2026-08-03
		长度		12.5mm	U=0.2mm		2026-08-03
30	*贝克曼梁路面弯沉仪	长度	贝克曼梁路面弯沉仪检定规程 JJG(交通) 025	(0～10)mm	U=0.02mm		2026-08-03
				(10～200)mm	U=0.03mm		2026-08-03
		杠杆比		2:1	U=0.001		2026-08-03
31	*钢筋标距打点机	长度	钢筋标距打点机检定规程 JJG(交通) 158	5mm、10mm、(250～500)mm	U=0.06mm		2026-08-03
32	*透气法比表面积仪	长度	透气法比表面积仪检定规程 JJG(建材) 107	(0.5～65)mm	U=0.04 mm		2026-08-03
33	*沥青标准粘度计	温度	沥青标准粘度计检定规程 JJG(交通) 055	(38～62)℃	U=0.3℃		2026-08-03
		长度		(2～95)mm	U=0.02mm		2026-08-03
34	静力触探仪	长度	静力触探仪校准规范 JJF 1439	(2～225)mm	U=0.05mm	不做孔压探头式	2026-08-03
		角度		60 °	U=0.3°		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		力值		(0.15～80)kN	U_{rel}=0.35%		2026-08-03
35	*燃烧法沥青含量测试仪	温度	燃烧法沥青含量测试仪检定规程 JJG(交通) 072	(10～910)℃	U=1.2℃		2026-08-03
		质量		(10～5000)g	U=0.1g		2026-08-03
		长度		(10～330)mm	U=0.8mm		2026-08-03
		时间		(1～25)min	U=0.4s		2026-08-03
36	*砂当量测定仪	长度	砂当量测定仪检定规程 JJG(交通) 137	(0.5～432)mm	U=0.06mm		2026-08-03
		频次		180 次/分	U=0.6 次/分		2026-08-03
		时间		30s	U=0.2s		2026-08-03
		质量		1000g	U=1.0g		2026-08-03
37	*沥青混合料车辙试验机	温度	沥青混合料车辙试验机校准规范 JJF(浙) 1094	60℃	U=0.4℃		2026-08-03
		压强		0.70MPa	U_{rel}=1.5%		2026-08-03
		频次		42 次/分	U=0.2 次/分		2026-08-03
		长度		(1～250)mm	U=0.05mm		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		硬度		78 IRHD	U=1.0 IRHD		2026-08-03
38	李氏密度瓶	容量	李氏密度瓶检定规程 JJG(交通) 092	1mL、(18～24)mL	U_{rel}=2%		2026-08-03
39	*承载比检测仪	力值	承载比检测仪检定规程 JJG(交通) 106	(0.5～50)kN	U_{rel}=0.5%		2026-08-03
		长度		(48～150)mm	U=0.05mm		2026-08-03
		速率		(0.5～2)mm/min	U=0.03mm/min		2026-08-03
		质量		1250g	U=0.10g		2026-08-03
40	*混凝土坍落度仪	长度	混凝土坍落度仪校准规范 JJF(浙) 1093	(0～300)mm	U=0.05mm		2026-08-03
				(300～610)mm	U=0.8mm		2026-08-03
41	*针状、片状规准仪	长度	针状、片状规准仪校准规范 JJF 1593	(2～88)mm	U=0.03mm		2026-08-03
42	*混凝土氯离子含量快速测定仪	浓度	混凝土氯离子含量快速测定仪检定规程 JJG(交通) 134	(0.100、0.010、0.001)mol/L	U_{rel}=0.46%		2026-08-03
43	*泥浆密度计	密度	泥浆密度计检定规程 JJG 1045	(0.960～3.000)g/cm^3	U=0.004g/cm^3	只做常压机械式	2026-08-03
44	*沥青混合料理论最大相对密度仪	压力	沥青混合料理论最大相对密度仪检定规程 JJG(交通) 105	(-100～+100)kPa	U=0.2%FS		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		时间		(1～120)s	U=0.2s		2026-08-03
45	*灌砂仪	长度	灌砂仪检定规程 JJG(交通) 120	(4～455)mm	U=0.2mm		2026-08-03
46	*洛杉矶磨耗试验机	质量	洛杉矶磨耗试验仪检定规程 JJG(交通)108	(390～5025)g	U=1.3g		2026-08-03
		长度		(44～52)mm	U=0.04mm		2026-08-03
				(95～715)mm	U=0.2mm		2026-08-03
		转速		(30～33)r/min	U=0.5r/min		2026-08-03
47	*杠杆压力仪	长度	杠杆压力仪检定规程 JJG(交通)107	端面直径(48～52)mm	U=0.03mm		2026-08-03
				杠杆比(9～11):1	U=0.003		2026-08-03
		力值		(0.05～2)kN	U_{rel}=0.4%		2026-08-03
48	*动力触探仪	质量	动力触探仪检定规程 JJG(交通)169	(9～121)kg	U=0.12kg		2026-08-03
		长度		(38～230)mm	U=0.05mm		2026-08-03
		角度		(59～61)°	U=0.2°		2026-08-03
49	*细集料流动时间测定仪	长度	细集料流动时间测定仪检定规程 JJG(交通)109	(10～130)mm	U=0.05mm		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		角度		(59～61)°	U=0.1°		2026-08-03
50	*水泥胶砂及混凝土耐磨性试验机	力值	水泥胶砂及混凝土耐磨性试验机检定规程 JJG(交通)097	(100～500)N	U_{rel}=0.35%		2026-08-03
		转速		(10～650)r/min	U_{rel}=0.40%		2026-08-03
		长度		(0～145)mm	U=0.05mm		2026-08-03
51	沥青比重瓶	容积	沥青比重瓶检定规程 JJG(交通)119	(15～50)mL	U=0.02mL		2026-08-03
		长度		(0.5～75)mm	U=0.05mm		2026-08-03
		质量		(1～50)g	U=0.003g		2026-08-03
52	*沥青离心式抽提仪	转速	沥青离心式抽提仪检定规程 JJG(交通)132	(2000～20000)r/min	U_{rel}=0.4%	试验筛不进行现场校准	2026-08-03
		长度		(0.07～0.09)mm	U=4μm		2026-08-03
53	*乳化沥青稀浆混合料黏聚力试验仪	扭力	乳化沥青稀浆混合料黏聚力试验仪检定规程 JJG(交通)089	(1～5)Nm	U=0.15Nm		2026-08-03
		力值		(125～135)N	U_{rel}=0.4%		2026-08-03
		硬度		(58～62)HA	U=0.6HA		2026-08-03
		长度		(5～75)mm	U=0.05mm		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
54	碳化深度测量仪	长度	碳化深度测量仪和测量尺校准规范 JJF 1721	(0～8)mm	U=0.01mm		2026-08-03
55	*玻璃珠选形器	频率	玻璃珠选形器检定规程 JJG（交通）073	(48～52)Hz	U_{rel}=2.5%		2026-08-03
		振幅		(0.1～0.5)mm	U_{rel}=2.5%		2026-08-03
		长度		(100～400)mm	U=0.5mm		2026-08-03
		角度		(0～10)°	U=0.1°		2026-08-03
56	*突起路标耐冲击性能测试仪	长度	突起路标耐冲击性能测试仪检定规程 JJG（交通）080	(990～1010)mm	U=0.8mm		2026-08-03
		质量		(1000～1100)g	U=0.10g		2026-08-03
57	*钢构件镀锌层附着性能测定仪	长度	钢构件镀锌层附着性能测定仪检定规程 JJG（交通）082	(0～300)mm	U=0.05mm		2026-08-03
		质量		(60～220)g	U=0.10g		2026-08-03
		角度		(85～95)°	U=4′		2026-08-03
58	*反光膜耐冲击性能测定仪	质量	反光膜耐冲击性能测定仪检定规程 JJG（交通）084	(440～460)g	U=0.10g		2026-08-03
59	*乳化沥青稳定性试验管	长度	乳化沥青稳定性试验管检定规程 JJG(交通) 116	内径(18～35)mm	U=0.02mm		2026-08-03
				试验管尺寸：(11.5～176.0)mm	U=0.06mm		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				250mL 刻线位置(15～325)mm	U=0.4mm		2026-08-03
60	*沥青黏韧性试验仪	力值	沥青黏韧性试验仪检定规程 JJG(交通) 118	(0.1～2)kN	U_{rel}=0.35%		2026-08-03
		速率		(450～550)mm/min	U_{rel}=0.40%		2026-08-03
		长度		(0～200)mm	U=0.05mm		2026-08-03
				(200～900)mm	U=0.8mm		2026-08-03
61	*乳化沥青稀浆封层混合料稠度仪	长度	乳化沥青稀浆封层混合料稠度仪检定规程 JJG(交通)114	(10～250)mm	U=0.05mm		2026-08-03
62	*沥青软化点试验仪	长度	沥青软化点试验仪检定规程 JJG(交通)057	(1～30)mm	U=0.03 mm		2026-08-03
		质量		(3～5)g	U=0.01 g		2026-08-03
		温度		(0～200)℃	U=0.15℃		2026-08-03
		升温速率		(4～6)℃/min	U=0.2℃/min		2026-08-03
63	*环刀	长度	环刀检定规程 JJG(交通)194	(1～110)mm	U=0.04mm		2026-08-03
64	*水泥混凝土搅拌机	转速	水泥混凝土搅拌机检定规程 JJG(交通)187	(30～200)r/min	U_{rel}=0.4%		2026-08-03
		时间		(5～300)s	U_{rel}=0.3%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
65	*容量筒	长度	容量筒检定规程 JJG(交通) 191	(1～500)mm	U=0.07mm		2026-08-03
		容积		(1～80)L	U_{rel}=0.5%		2026-08-03
66	*压碎值指标测定仪	长度	压碎值指标测定仪检定规程 JJG(交通) 190	(5～240)mm	U=0.06mm		2026-08-03
67	*砂浆凝结时间测定仪	力值	砂浆凝结时间测定仪校准规范 JJF（建材）208	(1～100)N	U_{rel}=0.4%		2026-08-03
68	*亚甲蓝搅拌器	长度	亚甲蓝搅拌器校准规范 JJF（桂）82	(60～90)mm	U=0.08mm		2026-08-03
		转速		(100～800)r/min	U_{rel}=1.0%		2026-08-03
		时间		(40～600)s	U_{rel}=1.0%		2026-08-03
69	量水器	容积	量水器校准规范 JJF（吉）126	（100～225）mL	U=0.18mL		2026-08-03
70	*防水卷材不透水仪	压力	防水卷材不透水仪校准规范 JJF（津）03	(0～0.6)MPa	U=0.003MPa		2026-08-03
71	*砂浆分层度仪	长度	砂浆分层度仪校准规范 JJF（湘）36	(2～300)mm	U=0.04mm		2026-08-03
72	*沥青混合料拌和机	转速	沥青混合料拌和机检定规程 JJG（交通）064	(40～80)r/min	U_{rel}=0.4%		2026-08-03
		温度		(20～300)℃	U=0.3℃		2026-08-03
		时间		(1～1800)s	U=0.4s		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		容积		(10～50)L	U_{rel}=0.5%		2026-08-03
73	*维勃稠度仪	长度	维勃稠度仪检定规程 JJG（交通）207	(8～310)mm	U=0.05mm		2026-08-03
		质量		(2700～2800)g	U=0.5g		2026-08-03
		频率		(45～55)Hz	U=0.7Hz		2026-08-03
		振幅		(0.4～0.6)mm	U=0.01mm		2026-08-03
		时间		(1～100)s	U=0.2s		2026-08-03
74	*反光膜附着性能测试仪	长度	反光膜附着性能测试仪检定规程 JJG（交通）083	(30～500)mm	U=0.5mm		2026-08-03
		质量		(700～1000)g	U=0.15g		2026-08-03
75	*反光膜防粘纸可剥离性能测试仪	长度	反光膜防粘纸可剥离性能测试仪检定规程 JJG（交通）085	(10～200)mm	U=0.05mm		2026-08-03
		质量		(6000～7000)g	U=0.8g		2026-08-03
76	*反光膜耐弯曲性能测定器	长度	反光膜耐弯曲性能测定器检定规程 JJG（交通）098	(1～3.25)mm	U=0.03mm		2026-08-03
77	*砂浆稠度仪	长度	砂浆稠度仪检定规程 JJG（交通）204	(1～200)mm	U=0.05mm		2026-08-03
		质量		(298～302)g	U=0.1g		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		角度		(29～31)°	U=0.3°		2026-08-03
78	钢砧	质量	钢砧校准规范 JJF（滇）24	(15.9～20.3)kg	U=0.005kg	不做H980规格钢砧	2026-08-03
		硬度		(55～65)HRC	U=1.2HRC		2026-08-03
79	*混凝土电阻率测试仪	电阻率	混凝土电阻率测试仪校准规范 JJF 2230	(3.14～31.4)kΩ·cm	U=0.15kΩ·cm		2026-08-03
				(31.4～314)kΩ·cm	U_{rel}=0.35%		2026-08-03
				(314～2041)kΩ·cm	U_{rel}=0.25%		2026-08-03
		电极间距		(40～60)mm	U=0.03mm		2026-08-03
80	*钢筋弯曲试验机	角度	钢筋弯曲试验机检定规程 JJG（交通）215	(1～180)°	U=0.3°		2026-08-03
		长度		(0～300)mm	U=0.04mm		2026-08-03
81	*行星式水泥胶砂搅拌机	转速	行星式水泥胶砂搅拌机校准规范 JJF 2094	(50～315)r/min	U=0.5r/min		2026-08-03
		时间		(20～100)s	U=0.2s		2026-08-03
		长度		(1～10)mm	U=0.04mm		2026-08-03
82	*电砂浴加热装置	温度	电砂浴加热装置校准规范 JJF（建材）222	(0～300)℃	U=0.5℃		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(300～400)℃	U=1.2℃		2026-08-03
83	便携式建筑用拉拔仪	力值	便携式建筑用拉拔仪校准规范 JJF(建材)142	(0.05～1000)kN	U_{rel}=0.35%		2026-08-03
84	试验筛	长度	试验筛校准规范 JJF1175	(0.045～4)mm	U=3μm		2026-08-03
				(4～125)mm	U=0.02mm		2026-08-03
85	*试模	长度	试模校准规范 JJF1307	(40～600) mm	U=(0.03～0.09)mm		2026-08-03
86	*胶砂试模	长度	胶砂试模检定规程 JJG(建材)122	(0～300)mm	U=0.08mm		2026-08-03
		质量		(5～12)kg	U=0.02kg		2026-08-03
87	*水泥比长仪	长度	水泥比长仪校准规范 JJF（皖）140	(158～540) mm	U=6 μm		2026-08-03
88	*固结仪	力值	固结仪校准规范 JJF1311	(3～30)kN	U_{rel}=0.36%		2026-08-03
		长度		(0～10)mm	U=0.4 μm		2026-08-03
89	*导热系数稳态测定仪	导热系数	导热系数稳态测定仪校准规范 JJF2220	(0.01～1)W/(m•K)	U_{rel}=1.3%		2026-08-03
十九.电工电子电器专用测量仪器							
1	*灼热丝试验仪	长度	灼热丝试验仪校准规范 JJF(津)96	(2～100)mm	U=0.01mm		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		温度		(500～980)℃	U=1.5℃		2026-08-03
		力值		(0.8～1.2)N	U=0.03N		2026-08-03
		电流		(50～150)A	U_{rel}=0.2%		2026-08-03
2	*洗衣机综合参数测试仪	直流电阻	洗衣机综合参数测试仪校准规范 JJF(机械) 018	0.1Ω～1Ω	U_{rel}=2.4%		2026-08-03
				1Ω～10Ω	U_{rel}=0.6%		2026-08-03
				10Ω～2kΩ	U_{rel}=0.30%		2026-08-03
				(1～200)MΩ	U_{rel}=1.4%		2026-08-03
		直流电压		400V～600V	U_{rel}=0.1%		2026-08-03
		交流电流		(0.1～100)mA，(50Hz)	U_{rel}=1.2%		2026-08-03
				1A～25A，(50Hz)	U_{rel}=0.15%		2026-08-03
		交流电阻		10mΩ～600mΩ，(50Hz)	U_{rel}=0.6%		2026-08-03
		温度		(0～50)℃	U=0.2℃		2026-08-03
		交流功率		(5～500)W，(50Hz)	U_{rel}=0.15%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		交流电压		(150～250)V，(50Hz)	U_{rel}=0.12%		2026-08-03
				(0.5～5)kV，(50Hz)	U_{rel}=1.2%		2026-08-03
3	*绕组匝间绝缘冲击电压试验仪	峰值电压	绕组匝间绝缘冲击电压试验仪校准规范 JJF 1691	(1～15)kV	U_{rel}=3.5%		2026-08-03
		波前时间		(0.1～50)μs	U_{rel}=5.5%		2026-08-03
4	*基准镇流器	电压电流比（阻抗）	基准镇流器校准规范 JJF 1502	30Ω～600Ω，(30V～300V，0.1A～10A，50Hz、60Hz)	U_{rel}=0.17%		2026-08-03
		功率因数		0～1.000，(50Hz、60Hz)	U=0.0012		2026-08-03
5	*直流电子负载	直流电压	直流电子负载校准规范 JJF 1462	10mV～1000V	U_{rel}=0.08%		2026-08-03
		直流电流		100mA～20A	U_{rel}=0.17%		2026-08-03
				20A～200A	U_{rel}=0.23%		2026-08-03
		直流功率		1W～5kW	U_{rel}=0.1%		2026-08-03
		直流电阻		0.1Ω～100kΩ	U_{rel}=0.1%		2026-08-03
6	*火花试验机	直流电压	火花试验机校准规范 JJF 2239	0.5kV～30kV	U_{rel}=1.2%		2026-08-03
		交流电压		0.5kV～30kV，(50Hz)	U_{rel}=1.2%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
7	*漏电起痕试验仪	交流电压	漏电起痕试验仪校准规范 JJF(浙) 1087	100V～600V，(50Hz)	U_{rel}=0.18%		2026-08-03
		交流电流		100mA～1A，(50Hz)	U_{rel}=0.86%		2026-08-03
		时间		10s～120s	U=0.26s		2026-08-03
		长度		(1～150)mm	U=0.03mm		2026-08-03
		角度		0°～90°	U=0.2°		2026-08-03
		力值		(0.5～2)N	U=0.01N		2026-08-03
8	*电机定子试验装置	交流电压	电机定子试验装置校准规范 JJF(闽) 1060	(0.1～10)kV，(50Hz)	U_{rel}=1.2%		2026-08-03
		交流电流		0.1mA～1mA，(50Hz)	U=0.7%I_x+0.23μA		2026-08-03
				1mA～100mA，(50Hz)	U=0.7%I_x+0.10mA		2026-08-03
		直流电压		(50～1000)V	U_{rel}=1.2%		2026-08-03
		绝缘电阻		100Ω～1GΩ	U_{rel}=1.5%		2026-08-03
		直流电阻		100mΩ～1Ω	U_{rel}=2.4%		2026-08-03
				1Ω～10Ω	U_{rel}=1.2%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				10Ω～20kΩ	U_{rel}=0.29%		2026-08-03
		峰值电压		(0.1～5)kV	U_{rel}=3.5%		2026-08-03
		波前时间		(0.1～50)μs	U_{rel}=5.5%		2026-08-03
9	*电池内阻测试仪	电池内阻	电池内阻测试仪校准规范 JJF 1620	1mΩ～10mΩ，(1kHz)	U_{rel}=0.2%		2026-08-03
				10mΩ～3kΩ，(1kHz)	U_{rel}=0.15%		2026-08-03
		直流电压		0.1V～800V	U_{rel}=0.03%		2026-08-03
10	*线缆测试仪	直流电阻	线缆测试仪校准规范 JJF 1457	1Ω～10Ω	U_{rel}=1.2%		2026-08-03
				10Ω～100Ω	U_{rel}=0.25%		2026-08-03
		绝缘电阻		100Ω～100MΩ	U_{rel}=0.80%		2026-08-03
				100MΩ～1000MΩ	U_{rel}=1.5%		2026-08-03
				1GΩ～10GΩ	U_{rel}=2.5%		2026-08-03
				10GΩ～100GΩ	U_{rel}=6%		2026-08-03
		直流电压		10V～1000V	U_{rel}=0.10%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		交流电压		10V～750V，(50Hz)	U_{rel}=0.30%		2026-08-03
		失真度		0.1%～10%，(45Hz～65Hz)	U_{rel}=4%		2026-08-03
		电容		1nF～1μF，(1kHz)	U_{rel}=0.3%		2026-08-03
		交流电流		(2～20)mA，(45Hz～65Hz)	U_{rel}=0.28%		2026-08-03
				(20～100)mA，(45Hz～65Hz)	U_{rel}=0.34%		2026-08-03
11	*在线绕组温升测试仪	直流电阻	在线绕组温升测试仪校准规范 JJF 1540	100mΩ～1Ω	U_{rel}=2.4%		2026-08-03
				1Ω～10Ω	U_{rel}=1.2%		2026-08-03
				10Ω～100Ω	U_{rel}=0.24%		2026-08-03
				100Ω～10kΩ	U_{rel}=0.11%		2026-08-03
12	*线圈圈数测量仪	圈数	线圈圈数测量仪校准规范 JJF(浙) 1065	(1～500)圈	U=1 圈		2026-08-03
				(500～2000)圈	U=3 圈		2026-08-03
				(2000～10000)圈	U=12 圈		2026-08-03
13	*燃烧试验装置	温度	燃烧试验装置校准规范 JJF(中测)7	(0～1000)℃	U=0.3℃～0.6℃		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		长度		(0～150)mm	U=0.02mm		2026-08-03
		时间		(0～60)s	U=0.5s		2026-08-03
14	*继电保护测试仪	交流电压	继电保护测试仪检定规程 JJG 1112	100mV～750V，(45Hz～65Hz)	U_{rel}=0.08%		2026-08-03
		直流电压		100mV～750V	U_{rel}=0.03%		2026-08-03
		交流电流		(0.1～1)A，(45Hz～65Hz)	U_{rel}=0.12%		2026-08-03
				(1～100)A，(45Hz～65Hz)	U_{rel}=0.16%		2026-08-03
		直流电流		100mA～100A	U_{rel}=0.07%		2026-08-03
		相位		（0～359.99）°	U=0.06°		2026-08-03
		频率		10Hz～1kHz	U_{rel}=0.04%		2026-08-03
		时间		（0.001～9999）s	U_{rel}=0.06%		2026-08-03
		合闸相位角		（0～359.99）°	U=0.06°		2026-08-03
		响应时间		（4～200）μs	U=4μs		2026-08-03
		同步性		（4～200）μs	U=4μs		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
15	*电压暂降、短时中断和电压变化试验发生器	输出电压	电压暂降、短时中断和电压变化试验发生器校准规范 JJF 1673	(0.1～360)V	U_{rel}=0.6%		2026-08-03
		上升、下降时间		1μs～50μs	U_{rel}=3.8%		2026-08-03
		时间		10ms～60s	U_{rel}=0.26%		2026-08-03
		相位角		0.01°～360°	U=2°		2026-08-03
16	*工频谐波测量仪	交流电流	工频谐波测量仪器校准规范 JJF 1667	50mA～1A，(45Hz～65Hz)	U_{rel}=0.12%		2026-08-03
				1A～10A，(45Hz～65Hz)	U_{rel}=0.18%		2026-08-03
				10A～20A，(45Hz～65Hz)	U_{rel}=0.35%		2026-08-03
		交流功率		100W～4.4kW，(45Hz～65Hz)	U_{rel}=0.4%		2026-08-03
		交流电压		1V～500V，(45Hz～65Hz)	U_{rel}=0.03%		2026-08-03
		频率		45Hz～2kHz	U_{rel}=0.01%		2026-08-03
		谐波电流		50mA～0.5A，(基波频率：50Hz，谐波次数：2次～40次)	U_{rel}=0.5%		2026-08-03
		谐波电压		0.5V～20V，(基波频率：50Hz，谐波次数：2次～40次)	U_{rel}=0.3%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
17	静电放电模拟器	电压	静电放电模拟器校准规范 JJF 1397	0.5k～30kV	U_{rel}=1.5%		2026-08-03
		上升时间		0.6ns～100ns	U_{rel}=7%		2026-08-03
		电流		(1～30)A	U_{rel}=5%		2026-08-03
18	*电快速瞬变脉冲群模拟器	脉冲电压	电快速瞬变脉冲群模拟器校准规范 JJF 1672	0.1kV～5kV	U_{rel}=3.5%		2026-08-03
		上升时间		3.5ns～10ns	U_{rel}=6%		2026-08-03
		脉冲宽度		(30～70)ns	U_{rel}=4%		2026-08-03
		脉冲重复频率		4kHz～120kHz	U_{rel}=0.7%		2026-08-03
		脉冲群持续时间		0.6ms～18ms	U_{rel}=1.4%		2026-08-03
		脉冲群周期		240ms～360ms	U_{rel}=0.6%		2026-08-03
19	*浪涌(冲击)模拟器	开路电压峰值	浪涌(冲击)模拟器校准规范 JJF 1741	100V～5kV	U_{rel}=4.2%		2026-08-03
		短路电流峰值		50A～2.5kA	U_{rel}=4.3%		2026-08-03
		开路电压波前时间		(0.3～15) μs	U_{rel}=2.4%		2026-08-03
		开路电压持续时间		(5～850) μs	U_{rel}=3%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		短路电流波前时间		(0.5～15) μs	U_{rel}=4%		2026-08-03
		短路电流持续时间		(5～400) μs	U_{rel}=3%		2026-08-03
		相位		(0～360)°	U=2°		2026-08-03
20	*示波器电压探头	电压衰减比	示波器电压探头校准规范 JJF 1437，示波器高压探头校准规范 JJF(电子) 30304	1～1000，(1V～1kV)	U_{rel}=0.4%		2026-08-03
				1～1000，(1kV～30kV)	U_{rel}=1.2%		2026-08-03
		频带宽度		50Hz～200MHz	U_{rel}=3.5%		2026-08-03
		上升时间		1ns～10ms	U_{rel}=3.1%		2026-08-03
		输入电阻		40Ω～100MΩ	U_{rel}=0.1%		2026-08-03
		输入电容		5pF～50pF，(1kHz)	U_{rel}=2.4%		2026-08-03
21	*示波器差分探头	直流衰减系数	示波器差分探头校准规范 JJF(电子) 30306	1～1000，(10V～1kV)	U_{rel}=0.4%		2026-08-03
		频带宽度		1kHz～200MHz	U_{rel}=3.5%		2026-08-03
		上升时间		1ns～10ms	U_{rel}=3.1%		2026-08-03
		输入电阻		40Ω～10MΩ	U_{rel}=0.1%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
22	*示波器电流探头	输出电压比	示波器电流探头校准规范 JJF(电子) 0036	1mV/A～1V/A	U_{rel}=0.4%		2026-08-03
		交流电流		0.5A～20A，(50Hz)	U_{rel}=0.3%		2026-08-03
				20A～500A，(50Hz)	U_{rel}=0.6%		2026-08-03
		直流电流		0.5A～20A	U_{rel}=0.2%		2026-08-03
				20A～750A	U_{rel}=0.5%		2026-08-03
		频带宽度		50Hz～200MHz	U_{rel}=3.5%		2026-08-03
		上升时间		1ns～10ms	U_{rel}=3.1%		2026-08-03
23	*电池充放电测试仪	直流电压	电池充放电测试仪校准规范 JJF 2039	1V～1000V	U_{rel}=0.13%		2026-08-03
		直流电流		1mA～500A	U_{rel}=0.17%		2026-08-03
		直流电阻		0.1Ω～1kΩ	U_{rel}=0.06%		2026-08-03
		容量		0.1Ah～1000Ah	U_{rel}=0.13%		2026-08-03
		直流功率		1W～5kW	U_{rel}=0.1%		2026-08-03
		时间		60s～3600s	U_{rel}=0.01%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		上升时间		10 μs～100ms	U_{rel}=2%		2026-08-03
		温度		-25℃～100℃	U=0.4℃		2026-08-03
24	*高压开关动作特性测试仪	分闸时间	高压开关动作特性测试仪检定规程 JJG 1120	(1～1000)ms	U=0.01ms		2026-08-03
		合闸时间		(1～1000)ms	U=0.01ms		2026-08-03
		弹跳时间		(1～1000)ms	U=0.01ms		2026-08-03
		平均合闸速度		(0.1～1)m/s	U=0.010m/s		2026-08-03
				(1～2)m/s	U=0.010m/s		2026-08-03
		平均分闸速度		(0.1～1)m/s	U=0.010m/s		2026-08-03
				(1～2)m/s	U=0.013m/s		2026-08-03
25	*电线电缆用火花试验机	试验电压	电线电缆用火花试验机校准规范 JJF(机械)1047	(0.1～20)kV,(50Hz～3kHz	U_{rel}=3.0%		2026-08-03
		频率		50Hz～3kHz	U_{rel}=0.02%		2026-08-03
26	*安规综合测试仪	直流电压	安规综合测试仪校准规范 JJF(电子)0004	0.5kV～1kV	U=0.25%V_x+0.6V		2026-08-03
				1kV～6kV	U=0.25%V_x+6V		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		交流电压		0.5kV～1kV（50Hz）	U=0.25%V_x+1.2V		2026-08-03
				1kV～5kV（50Hz）	U=0.25%V_x+12V		2026-08-03
		直流电流		0.5mA～1mA	U=0.25%I_x+0.23μA		2026-08-03
				1mA～50mA	U=0.25%I_x+0.10mA		2026-08-03
		交流电流		0.5mA～1mA（50Hz）	U=0.25%I_x+1.2μA		2026-08-03
				1mA～50mA（50Hz）	U=0.25%I_x+0.49mA		2026-08-03
		时间		1s～10s	U=0.60%t_x+23ms		2026-08-03
				10s～99s	U_{rel}=0.23%		2026-08-03
		绝缘电阻		100Ω～10MΩ	U_{rel}=0.7%		2026-08-03
				10MΩ～100MΩ	U_{rel}=0.8%		2026-08-03
				100MΩ～1GΩ	U_{rel}=1.2%		2026-08-03
				1GΩ～10GΩ	U_{rel}=2.3%		2026-08-03
		绝缘试验电压		0.1kV～1kV	U_{rel}=0.7%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		泄漏试验电压		1V～750V（50Hz）	U_{rel}=0.25%		2026-08-03
		泄漏电流		100μA～10mA（50Hz）	U_{rel}=0.26%		2026-08-03
		接地导通电阻		10mΩ～600mΩ	U_{rel}=0.20%		2026-08-03
		接地导通电流		1A～30A	U_{rel}=0.30%		2026-08-03
				30A～60A	U_{rel}=0.35%		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章

在线扫码获取验证