名称：深圳市中测计量检测技术有限公司

地址：广东省深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区宝安桃花源科技创新园蚝业分园厂房 B 栋 3 层、4 层

注册号：CNAS L4085

中国合格评定国家认可委员会

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

认可证书附件

生效日期：2026 年 08 月 03 日　　截止日期：2030 年 07 月 27 日

附件 3　认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
一、电气						
防爆电器						
1	可燃气体检测报警器	1	功能试验	作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求 GB 12358-2024 6.3.1		2026-08-03
		2	检测误差	作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求 GB 12358-2024 6.3.1		2026-08-03
		3	重复性	作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求 GB 12358-2024 6.3.1		2026-08-03
		4	响应时间	作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求 GB 12358-2024 6.3.4		2026-08-03

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
二、药品和医疗器械						
消毒灭菌设备及器具						
1	立式蒸汽灭菌器	1	灭菌温度范围	立式蒸汽灭菌器 YY/T 1007-2018 5.10.1.1		2026-08-03
		2	压力控制器	立式蒸汽灭菌器 YY/T 1007-2018 5.10.2		2026-08-03
		3	负载温度	立式蒸汽灭菌器 YY/T 1007-2018 5.10.1.2		2026-08-03
2	手提式蒸汽灭菌器	1	压力温度表试验	手提式蒸汽灭菌器 YY 0504-2016 6.5		2026-08-03
		2	定时器试验	手提式蒸汽灭菌器 YY 0504-2016 6.9		2026-08-03
		3	灭菌温度范围试验	手提式蒸汽灭菌器 YY 0504-2016 6.12		2026-08-03
医用生物防护设备						
1	洁净工作台	1	风速	洁净工作台 JG/T 292-2010 7.4.4.3		2026-08-03
		2	空气洁净度	洁净工作台 JG/T 292-2010 7.4.4.6		2026-08-03
		3	噪声	洁净工作台 JG/T 292-2010 7.4.4.8		2026-08-03
		4	振动	洁净工作台 JG/T 292-2010 7.4.4.10		2026-08-03
		5	照度	洁净工作台 JG/T 292-2010 7.4.4.9		2026-08-03
		6	沉降菌	洁净工作台 JG/T 292-2010 7.4.4.7		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	扫描检漏	洁净工作台 JG/T 292-2010 7.4.4.1		2026-08-03
		8	气流状态	洁净工作台 JG/T 292-2010 7.4.4.11		2026-08-03
2	医用洁净工作台	1	气流流速	医用洁净工作台 YY/T 1539-2025 6.4.6		2026-08-03
		2	洁净度	医用洁净工作台 YY/T 1539-2025 6.4.8		2026-08-03
		3	噪声	医用洁净工作台 YY/T 1539-2025 6.4.2		2026-08-03
		4	振动	医用洁净工作台 YY/T 1539-2025 6.4.4		2026-08-03
		5	照度	医用洁净工作台 YY/T 1539-2025 6.4.3		2026-08-03
		6	紫外灯	医用洁净工作台 YY/T 1539-2025 6.4.11		2026-08-03
		7	沉降菌	医用洁净工作台 YY/T 1539-2025 6.4.5		2026-08-03
3	生物安全柜	1	噪声	生物安全柜 GB 41918-2022 6.3.3		2026-08-03
		2	照度	生物安全柜 GB 41918-2022 6.3.4		2026-08-03
		3	振动	生物安全柜 GB 41918-2022 6.3.5		2026-08-03
		4	下降气流流速	生物安全柜 GB 41918-2022 6.3.7		2026-08-03
		5	流入气流流速	生物安全柜 GB 41918-2022 6.3.8		2026-08-03
		6	气流模式	生物安全柜 GB 41918-2022 6.3.9		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	温升	生物安全柜 GB 41918-2022 6.3.10		2026-08-03
		8	高效过滤器完整性	生物安全柜 GB 41918-2022 6.3.2		2026-08-03
		9	工作区洁净度	医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法 GB/T 16292-2025 6		2026-08-03
				生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 10.2.7		2026-08-03
检验及其他辅助设备						
1	医药冷库	1	温度分布测试	医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范 GB/T 34399-2025 5.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		2	温度自动监测系统测点终端的准确度测试	医药产品冷链物流温控设施设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2025 5.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		3	温控设备运行参数及使用状况测试	医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范 GB/T 34399-2025 5.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		4	监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认测试	医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范 GB/T 34399-2025 5.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		5	开门作业对库房内温度分布及药品储存的影响测试	医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范 GB/T 34399-2025 5.3	仅限用户设备现场	2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	断电作业对库房内温度分布及药品储存的影响测试	医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范 GB/T 34399-2025 5.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
2	温控车辆	1	温度分布测试	医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范 GB/T 34399-2025 7.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		2	温度自动监测系统测点终端的准确度确认	医药产品冷链物流温控设施设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2025 7.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		3	温控系统运行参数及使用状况测试	医药产品冷链物流温控设施设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2025 7.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		4	温控系统测点终端位置测试	医药产品冷链物流温控设施设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2025 7.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		5	开门对温度分布影响测试	医药产品冷链物流温控设施设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2025 7.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		6	断电对温度分布影响测试	医药产品冷链物流温控设施设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2025 7.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
3	冷藏箱	1	箱体内温度分布特性测试与分析	医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范 GB/T 34399-2025 8.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		2	温度自动监测系统测点终端测试	医药产品冷链物流温控设施设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2025 8.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
				医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范 GB/T 34399-2025 8.3	仅限用户设备现场	2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	开门作业对箱内温度分布变化及影响测试	医药产品冷链物流温控设施设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2025 8.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
4	保温箱	1	箱体内温度分布特性测试与分析	医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范 GB/T 34399-2025 9.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		2	温度自动监测系统测点终端测试	医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范 GB/T 34399-2025 9.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		3	开门作业对箱内温度分布变化及影响测试	医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范 GB/T 34399-2025 9.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
5	温度监测系统	1	数据采集、传送、报警、存储功能	医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范 GB/T 34399-2025 10.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		2	测量范围和准确度	医药产品冷链物流温控设施设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2025 10.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		3	终端数量和位置	医药产品冷链物流温控设施设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2025 10.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		4	与调控设施无联动	医药产品冷链物流温控设施设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2025 10.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		5	断电状态数据采集、传送、报警、存储功能	医药产品冷链物流温控设施设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2025 10.3	仅限用户设备现场	2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	数据真实性	医药产品冷链物流温控设施设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2025 10.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
6	医用冷藏箱	1	储藏温度	医用冷藏箱 YY/T 0086-2020 6.4.1		2026-08-03
		2	温度均匀度	医用冷藏箱 YY/T 0086-2020 6.4.4		2026-08-03
		3	温度波动度	医用冷藏箱 YY/T 0086-2020 6.4.5		2026-08-03
		4	显示温度偏差	医用冷藏箱 YY/T 0086-2020 6.4.6		2026-08-03
		5	噪声	医用冷藏箱 YY/T 0086-2020 6.11		2026-08-03
7	低温保存箱	1	特性点温度	低温保存箱 GB/T 20154-2024 6.6.1		2026-08-03
		2	温度均匀性	低温保存箱 GB/T 20154-2024 6.6.2		2026-08-03
		3	降温时间	低温保存箱 GB/T 20154-2024 6.6.4		2026-08-03
		4	温度波动度	低温保存箱 GB/T 20154-2024 6.6.3		2026-08-03
8	医用二氧化碳培养箱	1	外观及结构	医用二氧化碳培养箱 YY/T 1621-2018 5.1	仅限用户设备现场	2026-08-03
		2	温度显示及控制性能	医用二氧化碳培养箱 YY/T 1621-2018 5.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
		3	二氧化碳浓度显示及控制性能	医用二氧化碳培养箱 YY/T 1621-2018 5.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		4	湿度显示及控制性能	医用二氧化碳培养箱 YY/T 1621-2018 5.4	仅限用户设备现场	2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	噪声	医用二氧化碳培养箱 YY/T 1621-2018 5.5	仅限用户设备现场	2026-08-03
		6	开门恢复时间	医用二氧化碳培养箱 YY/T 1621-2018 5.7	仅限用户设备现场	2026-08-03
9	医用生化培养箱	1	外观和结构	医用生化培养箱 YY/T 1641-2018 5.1	仅限用户设备现场	2026-08-03
		2	温度性能	医用生化培养箱 YY/T 1641-2018 5.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
		3	报警	医用生化培养箱 YY/T 1641-2018 5.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		4	升温时间	医用生化培养箱 YY/T 1641-2018 5.4	仅限用户设备现场	2026-08-03
		5	降温时间	医用生化培养箱 YY/T 1641-2018 5.5	仅限用户设备现场	2026-08-03
		6	保温性能	医用生化培养箱 YY/T 1641-2018 5.6	仅限用户设备现场	2026-08-03
		7	噪声	医用生化培养箱 YY/T 1641-2018 5.7	仅限用户设备现场	2026-08-03
		8	定时功能	医用生化培养箱 YY/T 1641-2018 5.8	仅限用户设备现场	2026-08-03
		9	密封性	医用生化培养箱 YY/T 1641-2018 5.9	仅限用户设备现场	2026-08-03
医用电离辐射和磁共振设备						
1	正电子发射断层成像	1	空间分辨力	正电子发射断层成像（PET）设备质量控制检测标准 WS817-2023 5.1	仅限用户设备现场	2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
	（PET）设备	2	灵敏度	正电子发射断层成像（PET）设备质量控制检测标准 WS817-2023 5.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
		3	散射分数	正电子发射断层成像（PET）设备质量控制检测标准 WS817-2023 5.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		4	噪声等效计数率	正电子发射断层成像（PET）设备质量控制检测标准 WS817-2023 5.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		5	准确性：计数丢失和随机符合校正	正电子发射断层成像（PET）设备质量控制检测标准 WS817-2023 5.4	仅限用户设备现场	2026-08-03
		6	飞行时间分辨力	正电子发射断层成像（PET）设备质量控制检测标准 WS817-2023 5.5	仅限用户设备现场	2026-08-03
2	伽玛照相机、单光子发射断层成像设备（SPECT）	1	固有均匀性	伽玛照相机、单光子发射断层成像设备（SPECT）质量控制检测规范 WS523-2019 4.1	仅限用户设备现场	2026-08-03
		2	固有空间分辨力	伽玛照相机、单光子发射断层成像设备（SPECT）质量控制检测规范 WS523-2019 4.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
		3	固有空间线性	伽玛照相机、单光子发射断层成像设备（SPECT）质量控制检测规范 WS523-2019 4.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		4	固有最大计数率	伽玛照相机、单光子发射断层成像设备（SPECT）质量控制检测规范 WS523-2019 4.4	仅限用户设备现场	2026-08-03
		5	系统平面灵敏度	伽玛照相机、单光子发射断层成像设备（SPECT）质量控制检测规范 WS523-2019 4.5	仅限用户设备现场	2026-08-03
		6	系统空间分辨力	伽玛照相机、单光子发射断层成像设备（SPECT）质量控制检测规范 WS523-2019 4.6	仅限用户设备现场	2026-08-03
		7	断层空间分辨力	伽玛照相机、单光子发射断层成像设备（SPECT）质量控制检测规范 WS523-2019 4.7	仅限用户设备现场	2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	全身成像系统空间分辨力	伽玛照相机、单光子发射断层成像设备（SPECT）质量控制检测规范 WS523-2019 4.8	仅限用户设备现场	2026-08-03
3	医用电子直线加速器	1	X 射线限束装置泄漏辐射	医用电子直线加速器质量控制检测标准 WS674-2025 A.1	仅限用户设备现场	2026-08-03
		2	电子线限束装置泄漏辐射	医用电子直线加速器质量控制检测标准 WS674-2025 A.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
		3	M 区域外的泄漏辐射（中子除外）	医用电子直线加速器质量控制检测标准 WS674-2025 A.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		4	感生放射性检测	医用电子直线加速器质量控制检测标准 WS674-2025 A.4	仅限用户设备现场	2026-08-03
		5	剂量偏差	医用电子直线加速器质量控制检测标准 WS674-2025 G.1.1.1	仅限用户设备现场	2026-08-03
		6	重复性	医用电子直线加速器质量控制检测标准 WS674-2025 G.1.1.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
		7	线性	医用电子直线加速器质量控制检测标准 WS674-2025 G.1.1.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		8	随设备角度位置的变化	医用电子直线加速器质量控制检测标准 WS674-2025 G.1.1.4	仅限用户设备现场	2026-08-03
		9	随机架旋转的变化	医用电子直线加速器质量控制检测标准 WS674-2025 G.1.1.5	仅限用户设备现场	2026-08-03
		10	日稳定性	医用电子直线加速器质量控制检测标准 WS674-2025 G.1.1.6	仅限用户设备现场	2026-08-03
		11	X 射线深度吸收剂量特性	医用电子直线加速器质量控制检测标准 WS674-2025 G.1.2.1	仅限用户设备现场	2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		12	电子线深度吸收剂量特性	医用电子直线加速器质量控制检测标准 WS674-2025 G.1.2.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
		13	X 射线方形照射野的均整度	医用电子直线加速器质量控制检测标准 WS674-2025 G.1.3.1	仅限用户设备现场	2026-08-03
		14	X 射线方形照射野的对称型	医用电子直线加速器质量控制检测标准 WS674-2025 G.1.3.1	仅限用户设备现场	2026-08-03
		15	电子线照射野的均整度	医用电子直线加速器质量控制检测标准 WS674-2025 G.1.3.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
		16	电子线照射野的对称性	医用电子直线加速器质量控制检测标准 WS674-2025 G.1.3.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
		17	照射野的半影	医用电子直线加速器质量控制检测标准 WS674-2025 G.1.3.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		18	照射野的数字指示（单元限束）	医用电子直线加速器质量控制检测标准 WS674-2025 G.1.4	仅限用户设备现场	2026-08-03
		19	照射野的数字指示（多元限束）	医用电子直线加速器质量控制检测标准 WS674-2025 G.1.4	仅限用户设备现场	2026-08-03
		20	辐射束轴在入射表面上的位置指示	医用电子直线加速器质量控制检测标准 WS674-2025 G.1.5	仅限用户设备现场	2026-08-03
		21	辐射束轴相对于等中心点的偏移	医用电子直线加速器质量控制检测标准 WS674-2025 G.1.6	仅限用户设备现场	2026-08-03
		22	等中心的指示（激光灯）	医用电子直线加速器质量控制检测标准 WS674-2025 G.2.1	仅限用户设备现场	2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		23	旋转运动标尺的零刻度位置	医用电子直线加速器质量控制检测标准 WS674-2025 G.2.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
		24	治疗床的运动刚度	医用电子直线加速器质量控制检测标准 WS674-2025 G.2.4	仅限用户设备现场	2026-08-03
		25	治疗床的运动精度	医用电子直线加速器质量控制检测标准 WS674-2025 G.2.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		26	治疗床的等中心旋转	医用电子直线加速器质量控制检测标准 WS674-2025 G.2.5	仅限用户设备现场	2026-08-03
4	γ源后装治疗机	1	源活度	后装γ源近距离治疗质量控制检测规范 WS262-2017 4.1	仅限用户设备现场	2026-08-03
		2	源传输到位精确度	后装γ源近距离治疗质量控制检测规范 WS262-2017 4.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		3	放射源累计定位误差	后装γ源近距离治疗质量控制检测规范 WS262-2017 4.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
		4	贮源器表面（5cm、100cm）泄漏辐射所致周围剂量当量率	后装γ源近距离治疗质量控制检测规范 WS262-2017 4.4	仅限用户设备现场	2026-08-03
		5	源驻留时间误差	后装γ源近距离治疗质量控制检测规范 WS262-2017 4.5	仅限用户设备现场	2026-08-03
		6	多源系统重复性	后装γ源近距离治疗质量控制检测规范 WS262-2017 4.6	仅限用户设备现场	2026-08-03
5	γ 射线立体定向放射治疗系统	1	定位参考点与照射野中心的距离	X、γ射线立体定向放射治疗系统质量控制检测规范 WS582-2017 6.1	仅限用户设备现场	2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	焦点剂量率	X、γ射线立体定向放射治疗系统质量控制检测规范 WS582-2017 6.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
		3	焦点计划剂量与实测剂量的相对偏差	X、γ射线立体定向放射治疗系统质量控制检测规范 WS582-2017 6.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		4	照射野尺寸偏差	X、γ射线立体定向放射治疗系统质量控制检测规范 WS582-2017 6.4	仅限用户设备现场	2026-08-03
		5	照射野半影宽度	X、γ射线立体定向放射治疗系统质量控制检测规范 WS582-2017 6.5	仅限用户设备现场	2026-08-03
6	辐射工作场所放射防护检测	1	X、γ射线周围剂量当量率或空气比释动能率	放射治疗放射防护要求 GBZ121-2020 6.3、8.1	仅限用户设备现场	2026-08-03
				核医学放射防护要求 GBZ120-2020 5.3.1、7.2.1	仅限用户设备现场	2026-08-03
				放射诊断放射防护要求 GBZ130-2020 6.3、8	仅限用户设备现场	2026-08-03
				环境γ辐射剂量率测量技术规范 HJ1157-2021 5	仅限用户设备现场	2026-08-03
				辐射环境技术监测规范 HJ61-2021 5.3.3.2、7.3、8.6	仅限用户设备现场	2026-08-03
		2	中子周围剂量当量率	放射治疗放射防护要求 GBZ121-2020 6.3、8.1	仅限用户设备现场	2026-08-03
				辐射环境技术监测规范 HJ61-2021 5.3.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
				放射治疗辐射安全与防护要求 HJ1198-2021 6.1	仅限用户设备现场	2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	γ射线剂量率	辐射环境技术监测规范 HJ61-2021 5.3.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
				环境γ辐射剂量率测量技术规范 HJ1157-2021 5	仅限用户设备现场	2026-08-03
		4	α、β表面污染剂量率	核医学放射防护要求 GBZ120-2020 5、6、12	仅限用户设备现场	2026-08-03
				表面污染测定 第1部分：β发射体（Eβmax＞0.15MeV）和α发射体 GB/T14056.1-2008 4	仅限用户设备现场	2026-08-03
				辐射环境技术监测规范 HJ61-2021 5.3.2.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
				核医学辐射防护与安全要求 HJ1188-2021 8.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
		5	核医学科通风橱风速	核医学放射防护要求 GBZ120-2020 5.3.2.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
7	口腔CBCT设备	1	管电压指示的偏离	锥形束X射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准 WS818-2023 5.1	仅限用户设备现场	2026-08-03
		2	辐射输出量重复性	锥形束X射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准 WS818-2023 5.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
		3	曝光时间指示的偏离	锥形束X射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准 WS818-2023 5.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		4	有用线束半值层	锥形束X射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准 WS818-2023 5.4	仅限用户设备现场，仅用方法二	2026-08-03
		5	KAP 指示偏离	锥形束X射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准 WS818-2023 5.5	仅限用户设备现场，仅用方法一	2026-08-03
		6	图像均匀性	锥形束X射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准 WS818-2023 5.6	仅限用户设备现场	2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	高对比度分辨力	锥形束 X 射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准 WS818-2023 5.7	仅限用户设备现场	2026-08-03
		8	低对比度分辨力	锥形束 X 射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准 WS818-2023 5.8	仅限用户设备现场	2026-08-03
		9	测距误差	锥形束 X 射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准 WS818-2023 5.9	仅限用户设备现场	2026-08-03
8	具有 CBCT 功能的 C 形臂血管造影机	1	高对比度分辨力	锥形束 X 射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准 WS818-2023 6.1	仅限用户设备现场	2026-08-03
		2	低对比度分辨力	锥形束 X 射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准 WS818-2023 6.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
		3	图像均匀性	锥形束 X 射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准 WS818-2023 6.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		4	测距误差	锥形束 X 射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准 WS818-2023 6.4	仅限用户设备现场	2026-08-03
		5	KAP 指示偏离	锥形束 X 射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准 WS818-2023 6.5	仅限用户设备现场，仅用方法一	2026-08-03
9	电子直线加速器中 CBCT 设备	1	高对比度分辨力	锥形束 X 射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准 WS818-2023 7.1	仅限用户设备现场	2026-08-03
		2	低对比度分辨力	锥形束 X 射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准 WS818-2023 7.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
		3	图像均匀性	锥形束 X 射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准 WS818-2023 7.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		4	测距误差	锥形束 X 射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准 WS818-2023 7.4	仅限用户设备现场	2026-08-03
10	乳腺 CBCT 设备	1	图像均匀性	锥形束 X 射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准 WS818-2023 8.1	仅限用户设备现场	2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	水的 CT 值	锥形束 X 射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准 WS818-2023 8.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
		3	CT 值的准确性	锥形束 X 射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准 WS818-2023 8.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		4	高对比度分辨力	锥形束 X 射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准 WS818-2023 8.4	仅限用户设备现场	2026-08-03
		5	低对比度分辨力	锥形束 X 射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准 WS818-2023 8.5	仅限用户设备现场	2026-08-03
		6	乳腺平均剂量	锥形束 X 射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准 WS818-2023 8.6	仅限用户设备现场	2026-08-03
11	屏片 X 射线摄影设备	1	聚焦滤线栅与有用线束中心对准	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 8.1	仅限用户设备现场	2026-08-03
12	乳腺计算机 X 射线摄影(CR)设备	1	IP 暗噪声	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 15.1	仅限用户设备现场	2026-08-03
		2	IP 响应线性	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 15.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
		3	IP 响应均匀性	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 15.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		4	伪影	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 15.6	仅限用户设备现场	2026-08-03
		5	IP 响应一致性	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 15.4	仅限用户设备现场	2026-08-03
		6	IP 擦除完全性	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 15.5	仅限用户设备现场	2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	高对比分辨力	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 15.7	仅限用户设备现场	2026-08-03
		8	低对比度细节	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 15.8	仅限用户设备现场	2026-08-03
13	乳腺 X 射线摄影设备	1	胸壁侧射野与影像接收器一致性	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 12.1	仅限用户设备现场	2026-08-03
		2	光野与照射野一致性	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 12.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
		3	管电压指示的偏离	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 12.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		4	半值层	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 12.4	仅限用户设备现场	2026-08-03
		5	输出量重复性	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 12.5	仅限用户设备现场	2026-08-03
		6	特定辐射输出量	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 12.6	仅限用户设备现场	2026-08-03
		7	AEC 重复性	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 12.7	仅限用户设备现场	2026-08-03
		8	乳腺平均剂量	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 12.8	仅限用户设备现场	2026-08-03
14	计算机 X 射线摄影（CR）设备	1	IP 暗噪声	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 10.1	仅限用户设备现场	2026-08-03
		2	探测器剂量指示 DDI	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 10.2	仅限用户设备现场	2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	IP 响应均匀性	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 10.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		4	IP 响应一致性	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 10.4	仅限用户设备现场	2026-08-03
		5	IP 响应线性	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 10.5	仅限用户设备现场	2026-08-03
		6	测距误差	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 10.6	仅限用户设备现场	2026-08-03
		7	IP 擦除完全性	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 10.7	仅限用户设备现场	2026-08-03
		8	高对比度分辨力	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 10.8	仅限用户设备现场	2026-08-03
		9	低对比度分辨力	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 10.9	仅限用户设备现场	2026-08-03
15	牙科 X 射线设备	1	管电压指示的偏离	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 11.1	仅限用户设备现场	2026-08-03
		2	辐射输出量重复性	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 11.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
		3	曝光时间指示偏离	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 11.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		4	有用线束半值层	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 11.4	仅限用户设备现场，仅用方法二	2026-08-03
		5	高对比分辨力	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 11.5	仅限用户设备现场	2026-08-03
		6	低对比分辨力	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 11.6	仅限用户设备现场	2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
16	乳腺数字X射线摄影(DR)设备	1	影像接收器响应	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 14.1	仅限用户设备现场	2026-08-03
		2	影像接收器均匀性	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 14.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
		3	伪影	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 14.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		4	高对比分辨力	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 14.4	仅限用户设备现场	2026-08-03
		5	低对比度细节	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 14.5	仅限用户设备现场	2026-08-03
17	X射线计算机断层摄影装置(CT)	1	诊断床定位精度	X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范 GB17589-2011 4.1	仅限用户设备现场	2026-08-03
				X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范 WS519-2019 5.1	仅限用户设备现场	2026-08-03
		2	定位光精度	X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范 GB17589-2011 4.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
				X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范 WS 519-2019 5.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
		3	扫描架倾角精度	X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范 GB17589-2011 4.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
				X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范 WS519-2019 5.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		4	重建层厚偏差	X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范 GB17589-2011 4.4	仅限用户设备现场	2026-08-03
				X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范 WS519-2019 5.4	仅限用户设备现场	2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	CT 剂量指数（CTDIw）	X 射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范 GB17589-2011 4.5	仅限用户设备现场	2026-08-03
				X 射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范 WS519-2019 5.5	仅限用户设备现场	2026-08-03
		6	CT 值（水）、噪声和均匀性	X 射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范 GB17589-2011 4.6	仅限用户设备现场	2026-08-03
				X 射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范 WS519-2019 5.6	仅限用户设备现场	2026-08-03
		7	高对比分辨力	X 射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范 GB17589-2011 4.7	仅限用户设备现场	2026-08-03
				X 射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范 WS519-2019 5.7	仅限用户设备现场	2026-08-03
		8	低对比可探测能力	X 射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范 GB17589-2011 4.8	仅限用户设备现场	2026-08-03
				X 射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范 WS519-2019 5.8	仅限用户设备现场	2026-08-03
		9	CT 值线性	X 射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范 GB17589-2011 4.9	仅限用户设备现场	2026-08-03
				X 射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范 WS519-2019 5.9	仅限用户设备现场	2026-08-03
18	乳腺屏片 X 射线摄影设备	1	标准照片密度	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 13.1	仅限用户设备现场	2026-08-03
		2	AEC 响应	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 13.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
		3	高对比度分辨力	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 13.3	仅限用户设备现场	2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
19	X 射线摄影设备	1	管电压指示的偏离	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 7.1	仅限用户设备现场	2026-08-03
		2	辐射输出量重复性	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 7.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
		3	输出量线性	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 7.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		4	有用线束半值层	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 7.4	仅限用户设备现场,仅用方法二	2026-08-03
		5	曝光时间指示的偏离	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 7.5	仅限用户设备现场	2026-08-03
		6	AEC 重复性	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 7.6	仅限用户设备现场	2026-08-03
		7	AEC 响应	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 7.7	仅限用户设备现场	2026-08-03
		8	AEC 电离室之间一致性	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 7.8	仅限用户设备现场	2026-08-03
		9	有用线束垂直度偏离	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 7.9	仅限用户设备现场	2026-08-03
		10	光野与照射野四边的偏离	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 7.10	仅限用户设备现场	2026-08-03
20	医用数字 X 射线摄影(DR)设备	1	探测器剂量指示（DDI）	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 9.1	仅限用户设备现场	2026-08-03
		2	信号传递特性（STP）	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 9.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
		3	响应均匀性	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 9.3	仅限用户设备现场	2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	测距误差	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 9.4	仅限用户设备现场	2026-08-03
		5	残影	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 9.5	仅限用户设备现场	2026-08-03
		6	伪影	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 9.6	仅限用户设备现场	2026-08-03
		7	高对比度分辨力	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 9.7	仅限用户设备现场	2026-08-03
		8	低对比度分辨力	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 9.8	仅限用户设备现场	2026-08-03
21	外照射个人监测	1	外照射个人剂量监测 Hp(10)	职业性外照射个人监测规范 GBZ128-2019 4	只测 X、γ 外照射剂量	2026-08-03
22	医用诊断用磁共振设备	1	共振频率	医用磁共振成像（MRI）设备影像质量检测与评价规范 WS/T263-2006 4.1	仅限用户设备现场	2026-08-03
		2	信噪比 SNR	医用磁共振成像（MRI）设备影像质量检测与评价规范 WS/T263-2006 4.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
		3	几何畸变率	医用磁共振成像（MRI）设备影像质量检测与评价规范 WS/T263-2006 4.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		4	高对比空间分辨力	医用磁共振成像（MRI）设备影像质量检测与评价规范 WS/T263-2006 4.4	仅限用户设备现场	2026-08-03
		5	影像均匀性	医用磁共振成像（MRI）设备影像质量检测与评价规范 WS/T263-2006 4.5	仅限用户设备现场	2026-08-03
		6	层厚	医用磁共振成像（MRI）设备影像质量检测与评价规范 WS/T263-2006 4.6	仅限用户设备现场	2026-08-03
		7	层厚非均匀性	医用磁共振成像（MRI）设备影像质量检测与评价规范 WS/T263-2006 4.7	仅限用户设备现场	2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	纵横比	医用磁共振成像（MRI）设备影像质量检测与评价规范 WS/T263-2006 4.8	仅限用户设备现场	2026-08-03
		9	静磁场（Bo）均匀性	医用磁共振成像（MRI）设备影像质量检测与评价规范 WS/T263-2006 4.9	仅限用户设备现场	2026-08-03
		10	静磁场（Bo）非稳定性	医用磁共振成像（MRI）设备影像质量检测与评价规范 WS/T263-2006 4.10	仅限用户设备现场	2026-08-03
		11	影像伪影	医用磁共振成像（MRI）设备影像质量检测与评价规范 WS/T263-2006 4.11	仅限用户设备现场	2026-08-03
		12	制冷剂（液氮、液氦）挥发率	医用磁共振成像（MRI）设备影像质量检测与评价规范 WS/T263-2006 4.12	仅限用户设备现场	2026-08-03
23	X 射线透视设备	1	透视受检者入射体表空气比释动能率典型值	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 4.1	仅限用户设备现场	2026-08-03
		2	透视受检者入射体表空气比释动能率最大值	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 4.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
		3	高对比度分辨力	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 4.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		4	低对比度分辨力	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 4.4	仅限用户设备现场	2026-08-03
		5	入射屏前空气比释动能率	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 4.5	仅限用户设备现场	2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	自动亮度控制	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 4.6	仅限用户设备现场	2026-08-03
		7	透视防护区检测平面上周围剂量当量率	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 4.7	仅限用户设备现场	2026-08-03
24	直接荧光屏透视设备	1	直接荧光屏透视的灵敏度	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 5.1	仅限用户设备现场	2026-08-03
		2	最大照射野与直接荧光屏尺寸相同时的台屏距	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 5.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
25	数字减影血管造影设备	1	DSA 动态范围	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 6.1	仅限用户设备现场	2026-08-03
		2	DSA 对比灵敏度	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 6.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
		3	伪影	医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 6.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
26	X 射线立体定向放射治疗系统	1	等中心偏差	X、γ 射线立体定向放射治疗系统质量控制检测规范 WS582-2017 7.1	仅限用户设备现场	2026-08-03
		2	治疗定位偏差	X、γ 射线立体定向放射治疗系统质量控制检测规范 WS582-2017 7.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
		3	照射野尺寸与标称值最大偏差	X、γ 射线立体定向放射治疗系统质量控制检测规范 WS582-2017 7.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		4	照射野半影宽度	X、γ 射线立体定向放射治疗系统质量控制检测规范 WS582-2017 7.4	仅限用户设备现场	2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	等中心处计划剂量与实测剂量相对偏差	X、γ射线立体定向放射治疗系统质量控制检测规范 WS582-2017 7.5	仅限用户设备现场	2026-08-03
测量、控制及实验室用电气设备						
1	生化分析仪	1	吸光度范围	全自动生化分析仪 YY/T0654-2017 6.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
		2	吸光度准确度	全自动生化分析仪 YY/T0654-2017 6.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		3	吸光度的稳定性	全自动生化分析仪 YY/T0654-2017 6.4	仅限用户设备现场	2026-08-03
		4	吸光度的重复性	全自动生化分析仪 YY/T0654-2017 6.5	仅限用户设备现场	2026-08-03
		5	温度准确度与波动度	全自动生化分析仪 YY/T0654-2017 6.6	仅限用户设备现场	2026-08-03
		6	临床项目的批内精密度	全自动生化分析仪 YY/T0654-2017 6.9	仅限用户设备现场	2026-08-03
2	电解质分析仪	1	精密度	电解质分析仪 YY/T0589-2016 5.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		2	准确度	电解质分析仪 YY/T0589-2016 5.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
		3	携带污染率	电解质分析仪 YY/T0589-2016 5.6	仅限用户设备现场	2026-08-03
3	凝血分析仪	1	温度控制	凝血分析仪 YY/T0659-2017 6.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		2	精密度	凝血分析仪 YY/T0659-2017 6.8	仅限用户设备现	2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					场	
		3	准确度	凝血分析仪 YY/T0659-2017 6.9	仅限用户设备现场	2026-08-03
		4	线性	凝血分析仪 YY/T0659-2017 6.10	仅限用户设备现场	2026-08-03
4	发光免疫分析仪	1	反应区温度控制的正确度和波动度	全自动发光免疫分析仪 YY/T1155-2019 5.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		2	发光值的线性	全自动发光免疫分析仪 YY/T1155-2019 5.4.2	仅限用户设备现场	2026-08-03
		3	发光值的重复性	全自动发光免疫分析仪 YY/T1155-2019 5.4.3	仅限用户设备现场	2026-08-03
		4	发光值的稳定性	全自动发光免疫分析仪 YY/T1155-2019 5.4.4	仅限用户设备现场	2026-08-03
		5	临床项目的批内精密度	全自动发光免疫分析仪 YY/T1155-2019 5.6	仅限用户设备现场	2026-08-03
三、建设工程与建材						
洁净室						
1	洁净室	1	风量和风速	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 E.1		2026-08-03
		2	静压差	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 E.2		2026-08-03
		3	空气洁净度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 E.4		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法 GB/T 16292-2025 6		2026-08-03
		4	相对湿度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 E.5		2026-08-03
		5	温度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 E.5		2026-08-03
		6	噪声	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 E.6		2026-08-03
		7	照度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 E.7		2026-08-03
		8	自净时间	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 E.11		2026-08-03
		9	浮游菌	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 E.8.4		2026-08-03
				医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法 GB/T 16293-2025 8		2026-08-03
		10	沉降菌	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 E.8.3		2026-08-03
				医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法 GB/T 16294-2025 8		2026-08-03
		11	过滤器检漏	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 D		2026-08-03
		12	气流流型	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 E.12		2026-08-03
		13	甲醛	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 E.13		2026-08-03
		14	臭氧	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 E.15		2026-08-03
		15	细菌菌落总数	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 E.8.5		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2024 A		2026-08-03
		16	表面导静电性	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 E.9		2026-08-03
2	医药工业洁净室	1	空气洁净度	医药工业洁净厂房设计标准 GB 50457-2019 3.2.1		2026-08-03
				医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法 GB/T 16292-2010 4，5，6		2026-08-03
				医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法 GB/T 16292-2025 6		2026-08-03
		2	浮游菌	医药工业洁净厂房设计标准 GB 50457-2019 3.2.2		2026-08-03
				医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法 GB/T 16293-2025 8		2026-08-03
		3	沉降菌	医药工业洁净厂房设计标准 GB 50457-2019 3.2.2		2026-08-03
				医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法 GB/T 16294-2010 4，5		2026-08-03
				医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法 GB/T 16294-2025 8		2026-08-03
3	医院洁净手术部	1	风量和风速	医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 13.3.6,13.3.7		2026-08-03
		2	静压差	医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 13.3.10		2026-08-03
		3	洁净度	医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 13.3.11		2026-08-03
		4	相对湿度	医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 13.3.12		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	温度	医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 13.3.12		2026-08-03
		6	噪声	医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 13.3.13		2026-08-03
		7	照度	医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 13.3.14		2026-08-03
		8	浮游菌	医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 13.3.18		2026-08-03
		9	检漏	医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 13.3.8		2026-08-03
		10	甲醛	医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 13.3.16		2026-08-03
		11	沉降菌	医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 13.3.18		2026-08-03
		12	换气次数	医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 13.3.7		2026-08-03
4	洁净厂房	1	风量（换气次数）	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 A.3.1		2026-08-03
				洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 C.2		2026-08-03
		2	风速	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 A.3.1		2026-08-03
				洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 C.2		2026-08-03
		3	静压差	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 A.3.2		2026-08-03
				洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 C.3		2026-08-03
		4	过滤器检漏	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 A.3.3		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 C.4		2026-08-03
		5	空气洁净度	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 A.3.5		2026-08-03
				洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 C.1		2026-08-03
		6	温度	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 A.2.4		2026-08-03
				洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 C.6		2026-08-03
		7	相对湿度	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 A.2.4		2026-08-03
				洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 C.7		2026-08-03
		8	噪声	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 A.2.4		2026-08-03
				洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 C.9		2026-08-03
		9	照度	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 A.2.4		2026-08-03
				洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 C.10		2026-08-03
		10	浮游菌	洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 C.16		2026-08-03
		11	沉降菌	洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 C.16		2026-08-03
		12	自净时间	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 A.2.4		2026-08-03
				洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 C.11		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		13	气流流型	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 A.2.4		2026-08-03
				洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 C.5		2026-08-03
5	电子工业洁净厂房	1	洁净度	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 D.3.4		2026-08-03
		2	检漏	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 D.3.3		2026-08-03
		3	静压差	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 D.3.2		2026-08-03
		4	风速、风量、换气次数	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 D.3.1		2026-08-03
		5	照度	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 D.3.8		2026-08-03
		6	温湿度	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 D.3.6		2026-08-03
		7	噪声	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 D.3.7		2026-08-03
		8	自净时间	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 D.3.10		2026-08-03
		9	气流流型	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 D.3.5		2026-08-03
		10	微振	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 D.3.9		2026-08-03
6	传递窗	1	外观	传递窗 JG/T 382-2012 7.3		2026-08-03
		2	喷口中心风速	传递窗 JG/T 382-2012 7.4.1		2026-08-03
		3	换气次数	传递窗 JG/T 382-2012 7.4.2		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	洁净度	传递窗 JG/T 382-2012 7.4.3		2026-08-03
		5	气密性	传递窗 JG/T 382-2012 7.4.4		2026-08-03
		6	压差	传递窗 JG/T 382-2012 7.4.5		2026-08-03
		7	噪声	传递窗 JG/T 382-2012 7.4.6		2026-08-03
		8	接地电阻	传递窗 JG/T 382-2012 7.4.8		2026-08-03
		9	耐电压	传递窗 JG/T 382-2012 7.4.9		2026-08-03
		10	绝缘电阻	传递窗 JG/T 382-2012 7.4.10		2026-08-03
		11	门互锁	传递窗 JG/T 382-2012 7.4.11		2026-08-03
7	空气吹淋室	1	外观	空气吹淋室 JG/T 296-2010 7.3		2026-08-03
		2	吹淋区洁净度	空气吹淋室 JG/T 296-2010 7.4.1		2026-08-03
		3	最少喷口数	空气吹淋室 JG/T 296-2010 7.4.3		2026-08-03
		4	喷口风速	空气吹淋室 JG/T 296-2010 7.4.2		2026-08-03
		5	噪声	空气吹淋室 JG/T 296-2010 7.4.4		2026-08-03
		6	照度	空气吹淋室 JG/T 296-2010 7.4.5		2026-08-03
		7	接地电阻	空气吹淋室 JG/T 296-2010 7.4.7		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	耐电压	空气吹淋室 JG/T 296-2010 7.4.8		2026-08-03
		9	绝缘电阻	空气吹淋室 JG/T 296-2010 7.4.9		2026-08-03
		10	门连锁	空气吹淋室 JG/T 296-2010 7.4.10		2026-08-03
8	洁净室及相关受控环境	1	空气洁净度	洁净室及相关受控环境 第 1 部分：按粒子浓度划分空气洁净度等级 ISO 14644-1:2015 A		2026-08-03
				洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法 GB / T 25915.1-2021 A		2026-08-03
		2	压差测试	洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法 ISO 14644-3:2019 B.1		2026-08-03
				洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法 GB/T 25915.3-2024 B.1		2026-08-03
		3	风速和风量检测	洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法 ISO 14644-3:2019 B.2		2026-08-03
				洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法 GB/T 25915.3-2024 B.2		2026-08-03
		4	气流方向检测和可视化	洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法 ISO 14644-3:2019 B.3		2026-08-03
		5	自净检测	洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法 ISO 14644-3:2019 B.4		2026-08-03
		6	温度检测	洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法 ISO 14644-3:2019 B.5		2026-08-03
				洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法 GB/T 25915.3-2024 B.5		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	湿度检测	洁净室及相关受控环境 第3部分：检测方法 ISO 14644-3:2019 B.6		2026-08-03
				洁净室及相关受控环境 第3部分：检测方法 GB/T 25915.3-2024 B.6		2026-08-03
		8	已装过滤系统泄漏检测	洁净室及相关受控环境 第3部分：检测方法 ISO 14644-3:2019 B.7		2026-08-03
				洁净室及相关受控环境 第3部分：检测方法 GB/T 25915.3-2024 B.7		2026-08-03

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章